

PRÍLOHA Č. 1

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Názov skupiny dodávateľov: <i>v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku</i>		
Obchodné meno alebo názov uchádzača:	ADYTON medical devices SK s.r.o.	
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:	Stupavská 14, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača	
IČO:	45 849 765	
DIČ:	2023403998	
IČ DPH:	SK2023403998	
Bankové spojenie:		
Číslo účtu IBAN:		
BIC / SWIFT:		
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným	
Internetová adresa (web):	www.adyton.org	
Zápis v Obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom registri ustanovenom osobitným predpisom:	Zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 68082/B	
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača:	meno a priezvisko	štátna príslušnosť
	Vítězslav Bureš	česká
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:	Ing. Daniela Žinčáková	
Telefón a e-mail:		
Je uchádzač mikropodnik, malý alebo stredný podnik? /nehodí sa preškrtnite/:	MIKROPODNIK/ MALÝ PODNIK /STREDNÝ PODNIK	

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR



Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Súťažné podklady na predmet zákazky: **Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu**; Prílohy č. 1 - 13 súťažných podkladov

PRÍLOHA Č. 10

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ PRE ČASŤ 7

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	ADYTON medical devices SK s.r.o. Stupavská 14, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača 45 849 765	
Identifikácia verejného obstarávateľa:	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. , so sídlom: Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 644 331 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)	
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ ŠPECIÁLNY ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL PRE INTERVENČNÚ KARDIOLÓGIU, RÁDIOLÓGIU A KARDIOCHIRURGIU “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 23.12.2024 pod značkou 790045-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 253/2024 zo dňa 27.12.2024 pod značkou 31932 - MST (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare)	
Je uchádzač platiteľom DPH v Slovenskej republike?	<input checked="" type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	najnižšia cena príslušnej časti za nákup a dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu, vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH, zaokrúhlený na dve (2) desatinné miesta	
Návrh na plnenie kritéria:	967 914,49 EUR s DPH	

V Bratislave, dňa 17.02.2025

.....

.....

Vítězslav Bureš

konateľ ADYTON medical devices SK s.r.o.

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:

Typ zákazky:

Postup:

Predmet zákazky:

Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Verejná súťaž

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu

Príloha č. 13 Súťažných podkladov/Príloha č. 2 zmluvy

ČASŤ 7

Uchádzač/Predávajúci:

ADYTON medical devices SK s.r.o., Stupavská 14, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČ: 45 849 765

Časť	Pol. číslo	Opis položky	Merná jednotka (MJ)	Predpokladané množstvo MJ	ŠUKL kód	Kód MZ SR (ak bol pridelený)	Názov položky/typ/popis/výrobca	Cena za MJ (EUR)				Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky		
								bez DPH	Sadzba DPH	DPH	sDPH	bez DPH	DPH	s DPH/MJ
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	I/100xJ	I+K	I*E	M/100*J	L*E
Časť 7	1.	Systém na aterektómiu a mechanickú trombektómiu	ks	230	P2350A	X05295	Zariadenie ByCross / TARYAG Medical Ltd.	1 900,81	23	437,19	2 338,00	437 186,30	100 552,85	537 739,15
	2.	Systém pre uzáver uška ľavej predsene	ks	200	P89062	X01181	Systém na exklúziu LAA AtriClip FLEX / AtriCure Inc.	1 535,00	5	76,75	1 611,75	307 000,00	15 350,00	322 350,00
	3.	Zariadenie pre epikardiálny uzáver uška ľavej predsene	ks	40	P3597A	X05445	Systém na exklúziu LAA AtriClip FLEXV / AtriCure Inc.	2 567,27	5	128,36	2 695,63	102 690,80	5 134,54	107 825,34
												846 877,10		967 914,49

Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov:



Údaje vyplní uchádzač



Kritérium

V Bratislave, dňa 17.02.2025

Vítězslav/Bureš, konateľ ADYTON medical devices SK s.r.o.

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:

Typ zákazky:

Predmet zákazky:

Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu

Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Uchádzač/Predávajúci:

ADYTON medical devices SK s.r.o., Stupavská 14, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČ: 45 849 765

Minimálne technické vlastnosti/parametre požadovaného predmetu zákazky/časti predmetu zákazky:

Systém na atrektómiu a mechanickú trombektómiu

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)	Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1.1	Určené na priemery ciev - otvorený hrot: min.5mm	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 10
1.2	Určené na priemery ciev - uzavretý hrot: min.3mm	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 10
1.3	Vonkajší priemer hrotu - otvorený hrot: min.4,7mm	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 10
1.4	Vonkajší priemer hrotu - uzavretý hrot: min.1,9mm	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 10
1.5	Vnútorňý priemer katétra: max.0,95mm	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 10
1.6	Dĺžka katétra (4 varianty): 50, 70, 95, 130cm	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 10
1.7	Rýchlosť otáčania - LOW: max.3100ot./min	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 10
1.8	Rýchlosť otáčania - HIGH: max.5750ot./min	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 10
1.9	Kapacita aspirácie - 6F vodiaci sheat: max.70ml/min	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 10
1.10	Kapacita aspirácie - 7F vodiaci sheat: max.170ml/min	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 10
1.11	Bycross - kompatibilita s vodiacim drôtom: 0,014-0,035"	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 10
1.12	Napájanie: 12V lítiová batéria	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 11
1.13	flexibilný rotačný hriadeľ s roztiahnuteľným hrotom	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 11
1.14	rotačný hriadeľ - materiál: nehrdzavejúca oceľ	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 10
1.15	roztiahnuteľný hrot - materiál: nitinol	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 11
1.16	balenie: sterilné	áno	Návod na použitie časť 7, položka 1; str. 26

Systém pre uzáver uška ľavej predsieni

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)	Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
2.1	Svorka na uzáver uška ľavej predsieni	áno	Návod na použitie časť 7, položka 2; str.4
2.2	Rôzne veľkosti klipu: 35, 40, 45, 50 mm	áno	Návod na použitie časť 7, položka 2; str.4
2.3	Svorka pozostáva z titánovej rúrky, nitinolovej pružiny, obalená polyesterovou tkaninou	áno	Návod na použitie časť 7, položka 2; str.4
2.4	Konzistentná prítlačná sila: 2-8 psi (podľa hrúbky tkaniva)	áno	Návod na použitie časť 7, položka 2; str.4
2.5	Aplikuje sa epikardiálne	áno	Návod na použitie časť 7, položka 2; str.4
2.6	Cirkulárne uzavretie uška ľavej predsieni	áno	Návod na použitie časť 7, položka 2; str.4
2.7	Možnosť repozície po naložení	áno	Návod na použitie časť 7, položka 2; str.4
2.8	Len pre operácie na otvorenom hrudníku	áno	Návod na použitie časť 7, položka 2; str.4
2.9	Sterilné meradlo na určenie veľkosti bázy uška	áno	Návod na použitie časť 7, položka 2; str.4

Zariadenie pre epikardiálny uzáver uška ľavej predsieni

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)	Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
3.1	Rôzne veľkosti klipu: 35, 40, 45, 50 mm	áno	Návod na použitie časť 7, položka 3; str. 4
3.2	Implantát zložený z titánu tr.5 potiahnutý biokompatibilnou tkaninou	áno	Návod na použitie časť 7, položka 3; str. 4
3.3	Distálne otvorený koniec pre jednoduché zavedenie pozdĺž bázy uška	áno	Návod na použitie časť 7, položka 3; str. 4
3.4	Epikardiálne uzavretie uška ľavej predsieni	áno	Návod na použitie časť 7, položka 3; str. 4
3.5	Možnosť repozície po naložení na uško ľavej predsieni	áno	Návod na použitie časť 7, položka 3; str. 4
3.6	Ohybný shaft aplikátora	áno	Návod na použitie časť 7, položka 3; str. 4
3.7	Možnosť rotácie aplikátora voči rukoväti o 180st.	áno	Návod na použitie časť 7, položka 3; str. 4
3.8	Sterilné meradlo na určenie správnej veľkosti	áno	Návod na použitie časť 7, položka 3; str. 4

V Bratislave, dňa 23.01.2025

.....
 Vítězslav Bureš, konateľ ADYTON medical devices SK s.r.o.