



Titulný list

Názov zákazky: „Monitory a monitorovacia centrála“

Ponuka pre časť 2 – Zostava komplexného monitora vitálnych funkcií s monitorovacím modulom pre I. KK - Arytmologické odd.

1. Identifikačné údaje uchádzača
2. Vyhlásenie uchádzača o verejnom obstarávaní
3. Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok
4. Vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov
5. Špecifikácia predmetu zákazky
6. Kalkulácie ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
7. Zoznam známych subdodávateľov
8. Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zvo
9. Doklad o zápise v zozname hospodárskych subjektov
10. Vyhlásenie o zhode k prístroju IntelliVue MX550
11. Vyhlásenie o zhode k prístroju IntelliVue X3
12. MDR Certifikát ako doplňujúci doklad k vyhláseniam o zhode
13. ŠÚKL kód k prístroju IntelliVue MX550
14. ŠÚKL kód k prístroju IntelliVue X3
15. Prospektový materiál IntelliVue MX550
16. Prospektový materiál IntelliVue X3

V Nitre, dňa 10.1.2025

Karol Janovič, MBA
konateľ spoločnosti



M E D I S Nitra, spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/81
949 01 Nitra – Dražovce
www.medis.sk

Tel : 037/6533 541
Fax : 037/6535 616
IČO : 36 531 774
DIČ : 2020148152
IČ DPH : SK2020148152

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka číslo: 11430/N,
ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Príloha č. 1 SP

Identifikačné údaje uchádzača

Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodný názov uchádzača: **MEDIS Nitra, spol. s r.o.**
Sídlo uchádzača: Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce
IČO: 36531774
DIČ: SK2020148152

Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO

Meno a priezvisko: **Eva Indrišková**
Telefónne číslo: 09052/905061
E-mail: indriskova@medis.sk

Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu

Meno a priezvisko: **Eva Indrišková**
Telefónne číslo: 0905/905061
E-mail: indriskova@medis.sk

V: Nitre

Dňa: 10.1.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Karol Janovič, MBA

Podpis
A - Pokyny pre
súťaž

od 11.9 časti
úloh a uchádzačov
odkladov

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála

UYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obchodný názov uchádzača: **MEDIS Nitra, spol. s r.o.**
Sídlo uchádzača: Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce
IČO: 36531774
DIČ: SK2020148152

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

V: Nitre
Dňa: 10.1.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Karol Jančík, MBA

Podpis podľa 11.9 časti
A - Pokyny pre záujemcov uchádzačov súťažných
pod v

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 3 SP

Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok

Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála

**VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE
S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK**

Obchodný názov uchádzača: **MEDIS Nitra, spol. s r.o.**
Sídlo uchádzača: Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce
IČO: 36531774
DIČ: SK2020148152

Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad **SÚHLASÍ**.

Prehľad častí/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):

Časť č.	Názov príslušnej časti predmetu zákazky
2	Zostava komplexného monitora vitálnych funkcií s monitorovacím modulom pre I. KK - Arytmologické odd.

V: Nitre
Dňa: 10.1.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Karol Janovič, MBA

Podpis
A - Pokyny pre uchádzačov a uchádzačov
súťažných podkladov

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 4 SP

Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov

Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV

Obchodný názov uchádzača: **MEDIS Nitra, spol. s r.o.**
Sídlo uchádzača: Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra - Dražovce
IČO: 36531774
DIČ: SK2020148152

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- som neposkytol a neposkytnem akékoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akékoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.

V: Nitre

Dňa: 10.1.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Karol Janovič, MBA

Podpis

A - Pokyny pre záu

bodu 11.9 časti

on a uchádzačov súťažných
kladov

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 2 - Zostava komplexného monitora vitálnych funkcií s monitorovacím modulom pre I. KK - Arytmologické

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		
		spĺňa/nesplňa	ekvivalentná hodnota ponúkaného produktu	názov predloženého dokladu v ponuke, prostredníctvom ktorého identifikuje dodávateľ splnenie (napr. prospektový materiál / strana č. 15)
Položka č. 1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií s multiparametrickým monitorovacím modulom monitora vitálnych funkcií s obsahom vstupov pre monitorovanie EKG, SpO2, NTK, 2x ITK, teplota				
Modulárny monitor vitálnych funkcií				
1.	Monitor vitálnych funkcií so základnými modulmi musí monitorovať: EKG (ST segment), respirácia, SpO2, neinv.TK, 2x invaziv. KT, teplotu	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.2-3
2.	Minimálny počet zobrazených kriviek vitálnych funkcií pacienta na jednej obrazovke - min. 8 ks	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.10
3.	Farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou min. 15 palcov	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.3
4.	Počet vstupov pre zásuvné moduly - min. 4 ks	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.5
5.	Maximálna váha monitora s batériou - max. 8 kg	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.7
6.	Minimálny rozsah pre merania HR od 15 do 300 bmp	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.17
7.	Pamäť trendov v monitore - min. 48 hod.	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.10
8.	Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.19
9.	Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0 - 100 %	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.20
10.	Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.30
11.	Meranie EKG 12 - zvodové	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.2
12.	Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr. fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.16-19
13.	Meranie Qt/QtC intervalu	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.17-18
14.	Neinvazívny krvný tlak spustiteľný aj s centrálnej stanice s možnosťou voľby intervalu pravidelných meraní, manuálne merania, možnosť merania v 4 rôznych nastavitelných sekvenciách	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.31
15.	Monitor vitálnych funkcií musí mať rozlíšené alarmy vizuálne aj akusticky minimálne do 2 úrovni podľa priority	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.6 a 10
16.	Monitor s funkciou zrkadlenia obrazovky a vzdialeného ovládania z iného miesta v sieti	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.3
17.	Monitor vitálnych funkcií musí zobrazovať stav alarmu ostatných monitorov na oddelení a musí byť neustále viditeľný na obrazovke monitora (bez ďalších kliknutí).	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.3
18.	Monitor vitálnych funkcií musí umožňovať priame pripojenie modulov: IBP modul, Teplotný modul, BIS modul, CO2 modul, NMT modul, modul pre regionálnu cerebrálnu oxygenáciu, C.O. PiCCO modul	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.7-9
19.	Monitor vitálnych funkcií musí mať výstup na externý displej	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.4
20.	Monitor vitálnych funkcií musí mať možnosť pripojenia čítačky čiarových kódov	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.3
21.	Monitor vitálnych funkcií musí byť kompatibilný s protokolom HL7	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.3
22.	Monitor musí byť plne kompatibilný a schopný pripojenia do centrálnej stanice PIIcIX ver. B. ktorá je súčasťou arytmiologického oddelenia spolu s telemetrickými modulmi MX40	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.4
23.	Minimálne príslušenstvo k monitorom vitálnych funkcií - senzory a káble pre monitorovanie vitálnych funkcií: EKG (12 zvodové), Neinv.TK, SpO2 senzor, teplotná sonda	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf
24.	Modul pre monitor vitálnych funkcií umožňujúci nepretržité neinvazívne monitorovanie Pleth variability index, Total hemoglobin, Methemoglobin, Carboxyhemoglobin, Oxygen content - 1ks	spĺňa		Pacientsky monitor IntelliVue MX550.pdf /str.26-27
Multiparametrický monitorovací modul monitora vitálnych funkcií s obsahom vstupov pre monitorovanie EKG, SpO2, NTK, ITK, teplota				

25.	Transportný modul musí monitorovať: EKG (ST segment), respiráciu, SpO2, neinv. TK, 2x inaziv. TK, teplotu	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.5
26.	Dotyková farebná obrazovka s uhlopriečkou min. 15 cm	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.11
27.	Minimálny počet zobrazených kriviek - min. 3x	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.9
28.	Transportný modul musí kontinuálne monitorovať pacienta počas transportu s následným prenosom údajov do modulárneho monitora a centrálnej siete PIIČIX	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.5
29.	Transportný modul musí byť plne kompatibilný a priamo pripojiteľný do ľubovoľného monitora VF opísaného v položke č. 1	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.5
30.	Rotácia obrazovky (zobrazovaných údajov) podľa polohy modulu pre uľahčenie pozorovania pre obsluhujúci personál	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.5
31.	Prevádzka na internú batériu - min. 4 hodiny	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.9
32.	Nabíjanie modulu je priamo z monitora VF alebo dokovacej stanice	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.6
33.	Hmotnosť modulu s batériou a rukoväťou na prenášanie - max. 1,5 kg	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.2
34.	Rozsah merania HR minimálne v rozsahu - 15 - 300 bmp	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.14
35.	Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.17
36.	Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0-100 %	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.18
37.	Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.26
38.	Monitorovanie 12-zvodového EKG	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.5 a 14-16
39.	Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.14-16
40.	Zobrazenie grafických trendov na obrazovke aj bez modulárneho monitora VF	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.5
41.	Prenosná dokovacia stanica pre nabíjanie transportného modulu aj mimo monitora - 1ks	spĺňa		Technická špecifikácia X3.pdf / str.4

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

MEDIS Nitra, spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra -

IČO:

36531774

DIČ:

SK2020148152

V: Nitre

Dňa: 10.1.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: **Karol**

Š, MBA

Podpis

ođu 11.9

A - Poky
uchád.

ujemcov a
ťažných

Poznámka:

 - povinné údaje vyplní uchádzač

