



Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen

IČO:47 043 024

DIČ : 2023740444

IČ DPH : SK2023740444

tel: 0911 284 722

ivan.dropco@elmedzv.sk

www.elmedzv.sk

Zvolen, dňa: 13.01.2025

Titulný list

zoznam predložených dokladov a dokumentov

Príloha č. 1 - „Identifikačné údaje uchádzača“

Príloha č. 2 - „Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní“

Príloha č. 3 - „Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok“

Príloha č. 4 - „Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov“

Príloha č. 5 - časť 1 - „Špecifikácia predmetu zákazky“

Príloha č. 6 - časť 1 - „Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“

Príloha č. 7 - „Zoznam známych subdodávateľov“

Príloha č. 9.1 - „Návrh Kúpnej zmluvy“

Čestné vyhlásenie uchádzača

Návod na použitie ICS Wide_5.0

Návod na použitie Infinity Acute Care System - príslušenstvo

Návod na použitie Infinity Acute Care System_8.0

Návod na použitie Infinity M540_8.0

Vyhlásenie o zhode IACS a M540_SK

Vyhlásenie o zhode ICS_SK

Ing. Ivan Dropčo
konateľ

Príloha č. 1 SP

Identifikačné údaje uchádzača

Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodný názov uchádzača: **ELMED, s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen
IČO: 47043024
DIČ: 2023740444

Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO

Meno a priezvisko: **Ing. Ivan Dropčo**
Telefónne číslo: 0911 284 722
E-mail: ivan.dropco@elmedzv.sk

Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu

Meno a priezvisko: **Ing. Ivan Dropčo**
Telefónne číslo: 0911 284 722
E-mail: ivan.dropco@elmedzv.sk

V: Zvolen
Dňa: 13.1.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: **Ing. Ivan Dropčo, konateľ**

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 2 SP

Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní

Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obchodný názov uchádzača: **ELMED, s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen
IČO: 47043024
DIČ: 2023740444

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predložennom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky vrátane príloh
- nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

V: Zvolen
Dňa: 13.1.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Ing. Ivan Dropčo, konateľ

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 3 SP

Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok

Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála**VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE
S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK**

Obchodný názov uchádzača:

ELMED, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen

IČO:

47043024

DIČ:

2023740444

Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväznú zmluvnú podmienku súťažných podkladov bez výhrad **SÚHLASÍ**.

Prehľad časti/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):

Časť č.	Názov príslušnej časti predmetu zákazky
1	Monitory a monitorovacia centrála pre KCCH

V: Zvolen

Dňa: 13.1.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Ing. Ivan Dropčo, konateľ

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 4 SP

Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov

Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV

Obchodný názov uchádzača: **ELMED, s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen
IČO: 47043024
DIČ: 2023740444

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- som neposkytol a neposkytnem akejkolvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.

V: Zvolen

Dňa: **13.1.2025**

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: Ing. Iván Dropčo, konateľ

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 1 - Monitory a monitorovacia centrála pre KCCH

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		
		spĺňa/nespĺňa	ekvivalentná hodnota ponúkaného produktu	názov predloženého dokladu v ponuke, prostredníctvom ktorého identifikuje dodávateľ splnenie (napr. prospektový materiál / strana č. 15)
Položka č. 1 - Hemodynamický patientský monitor				
Počet monitorov - 4 ks na pevno, 2 ks na stojan				
1.	Použitie pre novorodencov, deti a dospelých pacientov (bez ďalšieho rozšírenia softwaru) s automatickým nastavením algoritmov podľa zvolenej kategórie pacienta	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 40
2.	EKG 3 resp. 5 zvod, kábiemi s detekciou základných arytmií (možnosť jednoduchého SW rozšírenia o plné arytmie)	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 233
3.	Vyžaduje sa analýza ST segmentu	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 263
4.	Vyžaduje sa detekcia pacemakeru	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 250
5.	Vyžaduje sa odolnosť proti defibrilačnému výboju	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 20
6.	Vyžaduje sa možnosť monitorovania 12 zvodového EKG	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 234
7.	SpO2 monitorovanie (možnosť použitia Masimo SET ako aj NellcorOximax technológie merania)	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 286
8.	Meranie neinvazívneho tlaku krvi (jednorazové, periodické, nepretržité meranie) s venostázou	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 327
9.	Súčasné meranie min. 2 invazívnych tlakov s možnosťou rozšírenia na 8 invazívnych tlakov krvi a srdcového výdaja	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 349
10.	Meranie respirácie so sledovaním respiračnej frekvencie z EKG elektród s možnosťou voľby zvodu	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 274
11.	Meranie teploty 2x s možnosťou merania kožnou aj vnútro-teleovou sondou	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 316
12.	Integrované monitorovanie etCO2 minimálne technológiou mainstream	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 370
13.	Možnosť doplnenia o meranie etCO2 technológiou microstream a sidestream (pre meranie u neintubovaných aj intubovaných pacientov)	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 382
14.	Možnosť doplnenia o meranie kontinuálneho srdcového výdaja	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 430
Ďalšie vlastnosti hemodynamického monitora:				
15.	3 úrovne alarmov podľa priority (život ohrozujúci, hraničný, technický), zvukovo a vizuálne-farebne odlišných, manuálne alebo automatické nastavenie	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 139
16.	Automatické alebo manuálne nastavenie alarmových hraníc a ich zobrazenie	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 158
17.	Možnosť nastavenia alarmových hraníc pomocou centrálného monitora	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wde, str. 142
18.	Voľba farby pre zobrazenie jednotlivých parametrov (hodnoty aj krivky)	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 103
19.	Možnosť rozšírenia o kalkulácie liekov	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 221
20.	Trendy min. 72 hodín	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 513
21.	Automatický záznam udalostí vrátane kriviek (min 150 udalostí) s možnosťou spätného vyvolania, archivácie, tlače	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 174
22.	Užívateľsky konfigurovateľná obrazovka s možnosťou uloženia aspoň 4 nastavení monitora	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 497
23.	Vizualizácia chybových hlásení - textov na obrazovke	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 534
24.	Monitor musí umožniť priame prepojenie do monitorovacej siete s centrálnym monitorom, ako aj so sieťovou tlačiarňou s možnosťou priamej tlače z monitora	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 546
25.	Hemodynamický monitor musí umožniť priame prepojenie s externými zariadeniami: minimálne patientske servoventilátory a anesteziologické prístroje so zobrazením kriviek, slúchák a hodnoty ich parametrov	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 440
26.	Hemodynamický monitor musí umožniť pripojenie ďalšieho displeja pre rozšírené zobrazenie	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 78
27.	Zostava hemodynamického monitora musí byť tvorená dvomi komponentmi: zobrazovacia/ovládacia funkčná jednotka a transportný modul/monitor vitálnych funkcií	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 44
Vlastnosti transportného modulu / monitora:				
28.	Transportný modul/monitor musí byť súčasne použiteľný ako samostatný transportný monitor aj bedside monitor vitálnych funkcií	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 45
29.	Možnosť okamžitého použitia pre transport bez odpojovania monitora zo siete a od pacienta	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 40
30.	Uhlopriečka farebnej dotykovej obrazovky transportného modulu/monitora: maximálne 6,5"	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 403
31.	Pinohodnotné ovládanie ako pri klasickom monitore vitálnych funkcií	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 403
32.	Výdrž prevádzky na jedno nabitie integrovanej batérie: min. 4 hodiny	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 404
33.	Vyžaduje sa bezdrôtový prenos a obojsmerná komunikácia transportného modulu s monitorovacou centrálnou stanicou najmä počas transportu pacienta po nemocničnom oddelení	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 63
34.	Hmotnosť: max 1 kg	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 403
35.	Rozmery: max. 260 x 90 x 45 mm	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 403

36.	Požadované možnosti uchytenia: do dokovacej stanice umiestnenej na postranicu (čelo, bočnicu) lôžka, stropný statív, ako aj na eurolištu	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 43
37.	Požadované integrované monitorovanie parametrov v rámci transportného modulu/monitora:			
37.1	Vstup pre monitorovanie EKG (3/5 zdrojové káble)	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 43
37.2	Vstup pre monitorovanie saturácie (možnosť Nelcor aj Masimo technológie)	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 196 a 212
37.3	Vstup pre monitorovanie neinvazívneho tlaku krvi	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 228
37.4	2 vstupy pre invazívne tlaky krvi	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 240
37.5	2 vstupy pre teplotu (dutinková - univerzálna)	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 220
37.6	Vstup pre monitorovanie CO2	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 280
38.	Zostava transportného modulu/monitora musí obsahovať:			
38.1	transportný modul/monitor	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 43 a 44
38.2	dokovacia stanica (s rozhraním pre elektrické napájanie transportného modulu/monitora), dobíjanie jeho batérie a dátovú komunikáciu, uchytená na statíve/eurolište staticky, ako samostatná funkčná jednotka fungujúca v prípade nutnosti aj nezávisle od napájania celého systému	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 43 a 44
38.3	transportná dokovacia stanica pre uchytenie k lôžku pacienta/inkubátoru pri transporte	spĺňa		Návod na použitie IACS - patientsky monitor M540, str. č. 43
Zobrazovacia / ovládacia funkčná jednotka (ZOFJ) hemodynamického monitora:				
39.	Farebná dotyková uhlopriečka s dotykovým ovládaním o veľkosti minimálne 17"	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 63
40.	Vyžaduje sa funkčné prepojenie s transportným modulom/monitorom tvoriaca jeden ucelený hemodynamický patientsky monitor s veľkou obrazovkou poskytujúcou poľnohodnotné zobrazenie monitorovaných parametrov, trendov, udalostí ako aj rôznych terapeutických funkcií pri rozšírenom monitoringu	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 44
41.	ZOFJ musí poskytovať kontinuálne trendy a udalosti pacienta bez prerušenia pri jeho privezení späť z transportu	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 63
42.	ZOFJ musí umožniť rozšírenie o prepojenie do nemocničné siete (NIS, PACS, WEB) pre elektronický prenos údajov medzi nimi - prenos patientskych údajov, snímok RTG, a pod.	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 78
43.	Vyžaduje sa možnosť pripojenia klávesnice a myši k ZOFJ pre jednoduchšie zadávanie demografických údajov pacienta a nastavení monitora	spĺňa		Návod na použitie Infinity Acute Care System, str. č. 64
44.	Vybavenie hemodynamického monitora o príslušenstvo a senzory pre monitorovanie parametrov: EKG, neinv. TK, SpO2, 2x IBP, 2 x teplota	spĺňa		Návod na použitie IACS - príslušenstvo pre monitorovanie
45.	Monitor vybavený všetkými potrebnými senzormi a káblami, okrem prevodníkov IBP, podľa uvedenej špecifikácie pre jeho uvedenie do prevádzky. Senzory pre kategóriu pacientov dospelý v minimálnom množstve 1 ks na parameter.	spĺňa		Návod na použitie IACS - príslušenstvo pre monitorovanie
Položka č. 2 - Centrálna monitorovacia stanica				
Počet - 1 ks				
1.	Centrálna monitorovacia stanica pre pripojenie patientskych monitorov vitálnych funkcií, hemodynamických patientskych monitorov pomocou LAN a WiFi siete	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wide, str. 67
2.	Možnosť súčasného pripojenia a zobrazenia minimálne 16 pacientov na jednej centrálnej stanici s možnosťou rozšírenia minimálne do 32 pacientov	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wide, str. 50
3.	72 hodín FullDisclosure/EventDisclosure pre 12 pacientov vrátane hemodynamiky	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wide, str. 63
4.	Grafické a tabuľkové trendy na 72 hodín	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wide, str. 170
5.	1000 alytmov alebo alarmov uložených pre 1 pacienta	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wide, str. 198
6.	HL7 Interface	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wide, str. 322
7.	Vzdialený prístup z centrálneho monitora k monitorom vitálnych funkcií s potlačením alarmu na lôžkovom monitore	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wide, str. 142
8.	Vybavenie k centrálnej stanici:			
8.1	displej s uhlopriečkou minimálne 21"	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wide, str. 377
8.2	UPS	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wide, str. 380
8.3	laserová tlačiareň	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wide, str. 65
8.4	klávesnica	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wide, str. 51
8.5	myš	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wide, str. 51
8.6	switch	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wide, str. 65
9.	V prípade prepojenia servoventilátorov, anestéziologických prístrojov, telemetrických monitorov sa vyžaduje zobrazenie ich kriviek a parametrov na obrazovke centrálnej stanice	spĺňa		Návod na použitie Infinity® CentralStation Wide, str. 210

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

ELMED, s.r.o.

Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:

Neresnícka cesta 13, 960 01 Žilina
47043024
2023740444

V: Zvolen
Dňa: 13.1.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: Ing. Ivan Drozd, konateľ

Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 6 SP

Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 2 zmluvy)

Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála

KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Časť č. 1 - Monitory a monitorovacia centrála pre KCCH

Por. č.	Názov položky	Mer. jed. (MJ)	Požadované množstvo MJ počas trvania zmluvy	Obchodný názov ponúkaného tovaru	Názov výrobcu ponúkaného tovaru	Katalógové číslo	Kód ŠUKL	CPV kód	Jednotková cena za MJ v EUR				Celková cena za požadované množstvo MJ v EUR		
									bez DPH	sadzba DPH v %	DPH v EUR	s DPH	bez DPH	DPH v EUR	s DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Položka č. 1 - Hemodynamický patientský monitor - na pevno	ks	4	IACS C500	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Nemecko	MS25510	P 0740A	33195100-4	13 520,00 €	23%	3 109,60 €	16 629,60 €	54 080,00 €	12 438,40 €	66 518,40 €
2.	Položka č. 1 - Hemodynamický patientský monitor - na stojan	ks	2	IACS C500	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Nemecko	MS25510	P 0740A	33195100-4	13 520,00 €	23%	3 109,60 €	16 629,60 €	27 040,00 €	6 219,20 €	33 259,20 €
SPOLU za položku č. 1:													81 120,00 €		99 777,60 €

Doplňujúce informácie:

1.	Termín dodania pre Položku č. 1	45	pracovných dní
2.	Záručná doba pre Položku č. 1	24	mesiacov
3.	Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby	75,00 €	v EUR bez DPH na hodinu
4.	Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre Položku č. 1, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%.	0,50%	zľava

Por. č.	Názov položky	Mer. jed. (MJ)	Požadované množstvo MJ počas trvania zmluvy	Obchodný názov ponúkaného tovaru	Názov výrobcu ponúkaného tovaru	Katalógové číslo	Kód ŠUKL	CPV kód	Jednotková cena za MJ v EUR				Celková cena za požadované množstvo MJ v EUR		
									bez DPH	sadzba DPH v %	DPH v EUR	s DPH	bez DPH	DPH v EUR	s DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Položka č. 2 - Centrálna monitorovacia stanica	ks	1	ICS Wide	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Nemecko	MS26800	P 0738A	33195200-5	19 075,00 €	223%	42 537,25 €	61 612,25 €	19 075,00 €	42 537,25 €	61 612,25 €
SPOLU za položku č. 2:													19 075,00 €		61 612,25 €

Doplňujúce informácie:

1.	Termín dodania pre Položku č. 2	45	pracovných dní
2.	Záručná doba pre Položku č. 2	24	mesiacov
3.	Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby	75,00 €	v EUR bez DPH na hodinu
4.	Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre Položku č. 2, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%.	0,50%	zľava

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

ELMED, s.r.o.

Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen

47043024

2023740444

V: Zvolen

Dňa: 13.1.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Ing. Ivan Drobot, konateľ

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač

- uchádzač do súťaže č. 11 uvedie sadzbu DPH v súlade s platnou legislatívou od 1.1.2025

- kritérium

**ELMED**
medical technology

Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen

IČO: 47043024, IČ DPH: SK2023740444

SPOLU za časť č. 1 predmetu zákazky:

100 195,00 €

161 389,85 €