

Príloha č. 1 SP

Identifikačné údaje uchádzača

Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodný názov uchádzača: BLUEMED s.r.o.
Sídlo uchádzača: Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava
IČO: 51835827
DIČ: 2120805610

Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Husár
Telefónne číslo: +421-918-894-174
E-mail: bluemed@bluemed.sk

Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Husár
Tefelónne číslo: +421-918-894-174
E-mail: bluemed@bluemed.sk

V: Bratislave
Dňa: 13.01.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Ing. Vladimír Husár, konateľ

Podpis podľa bodu 11.9 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov
súťažných podkladov

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač

Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obchodný názov uchádzača: **BLUEMED s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava
IČO: 51835827
DIČ: 2120805610

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

V: Bratislave
Dňa: 13.01.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Ing. Vladimír Husár, konateľ

Podpis podľa bodu 11.9 časti

A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 3 SP

Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok

Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála**VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE
S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK**Obchodný názov uchádzača: **BLUEMED s.r.o.**

Sídlo uchádzača: Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava

IČO: 51835827

DIČ: 2120805610

Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Závazné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad **SÚHLASÍ**.

Prehľad časti/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):

Časť č.	Názov príslušnej časti predmetu zákazky
Časť č. 2	Zostava komplexného monitora vitálnych funkcií s monitorovacím modulom pre I. KK - Arytmologické odd.

V: Bratislave

Dňa: 13.01.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: **Ing. Vladimír Husár, konateľ**

Podpis podľa bodu 11.9 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov
súťažných podkladov

Poznámka:

 - povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 4 SP

Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov

Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV

Obchodný názov uchádzača: **BLUEMED s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava
IČO: 51835827
DIČ: 2120805610

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.

V: Bratislava

Dňa: **13.01.2025**

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Ing. Vladimír Husár, konateľ

Podpis podľa bodu 11.9 časti

A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných
podkladov

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 2 - Zostava komplexného monitora vitálnych funkcií s monitorovacím modulom pre I. KK - Arytmologické odd.

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		
		spĺňa/nesplňa	ekvivalentná hodnota ponúkaného produktu	názov predloženého dokladu v ponuke, prostredníctvom ktorého identifikuje dodávateľ splnenie (napr. prospektový materiál / strana č. 15)
Položka č. 1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií s multiparametrickým monitorovacím modulom monitora vitálnych funkcií s obsahom vstupov pre monitorovanie EKG, SpO2, NTK, 2x ITK, teplota				
Modulárny monitor vitálnych funkcií				
1.	Monitor vitálnych funkcií so základnými modulmi musí monitorovať: EKG (ST segment), respirácia, SpO2, neinv.TK, 2x invaziv. KT, teplotu	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
2.	Minimálny počet zobrazených kriviek vitálnych funkcií pacienta na jednej obrazovke - min. 8 ks	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
3.	Farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou min. 15 palcov	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
4.	Počet vstupov pre zásuvné moduly - min. 4 ks	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
5.	Maximálna váha monitora s batériou - max. 8 kg	Nesplňa	10kg	Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
6.	Minimálny rozsah pre merania HR od 15 do 300 bmp	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
7.	Pamäť trendov v monitore - min. 48 hod.	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
8.	Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
9.	Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0 - 100 %	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
10.	Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
11.	Meranie EKG 12 - zvodové	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
12.	Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr. fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
13.	Meranie QT/QTc intervalu	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
14.	Neinvazívny krvný tlak spustiteľný aj s centrálnej stanice s možnosťou voľby intervalu pravidelných meraní, manuálne merania, možnosť merania v 4 rôznych nastaviteľných sekvenciách	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
15.	Monitor vitálnych funkcií musí mať rozlíšené alarmy vizuálne aj akusticky minimálne do 2 úrovní podľa priority	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
16.	Monitor s funkciou zrkadlenia obrazovky a vzdialeného ovládania z iného miesta v sieti	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
17.	Monitor vitálnych funkcií musí zobrazovať stav alarmu ostatných monitorov na oddelení a musí byť neustále viditeľný na obrazovke monitora (bez ďalších kliknutí).	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
18.	Monitor vitálnych funkcií musí umožňovať priame pripojenie modulov: IBP modul, Teplotný modul, BIS modul, CO2 modul, NMT modul, modul pre regionálnu cerebrálnu oxygenáciu, C.O. PICCO modul	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
19.	Monitor vitálnych funkcií musí mať výstup na externý displej	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
20.	Monitor vitálnych funkcií musí mať možnosť pripojenia čítačky čiarových kódov	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
21.	Monitor vitálnych funkcií musí byť kompatibilný s protokolom HL7	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
22.	Monitor musí byť plne kompatibilný a schopný pripojenia do centrálnej stanice PIICIX ver. B. ktorá je súčasťou arytmiologického oddelenia spolu s telemetrickými modulmi MX40	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
23.	Minimálne príslušenstvo k monitorom vitálnych funkcií - senzory a káble pre monitorovanie vitálnych funkcií: EKG (12 zvodové), Neinv.TK, SpO2 senzor, teplotná sonda	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
24.	Modul pre monitor vitálnych funkcií umožňujúci nepretržité neinvazívne monitorovanie Pleth variability index, Total hemoglobin, Methemoglobin, Carboxyhemoglobin, Oxygen content - 1ks	Spĺňa		Modulárny monitor vitálnych funkcií-TDS.pdf
Multiparametrický monitorovací modul monitora vitálnych funkcií s obsahom vstupov pre monitorovanie EKG, SpO2, NTK, ITK, teplota				
25.	Transportný modul musí monitorovať: EKG (ST segment), respiráciu, SpO2, neinv.TK, 2x inaziv. TK, teplotu	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul-TDS.pdf
26.	Dotyková farebná obrazovka s uhlopriečkou min. 15 cm	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul-TDS.pdf
27.	Minimálny počet zobrazených kriviek - min. 3x	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul-TDS.pdf
28.	Transportný modul musí kontinuálne monitorovať pacienta počas transportu s následným prenosom údajov do modulárneho monitora a centrálnej siete PIICIX	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul-TDS.pdf
29.	Transportný modul musí byť plne kompatibilný a priamo pripojiteľný do ľubovoľného monitora VF opísaného v položke č. 1	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul-TDS.pdf
30.	Rotácia obrazovky (zobrazovaných údajov) podľa polohy modulu pre uľahčenie pozorovania pre obsluhujúci personál	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul-TDS.pdf
31.	Prevádzka na internú batériu - min. 4 hodiny	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul-TDS.pdf
32.	Nabíjanie modulu je priamo z monitora VF alebo dokovacej stanice	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul-TDS.pdf
33.	Hmotnosť modulu s batériou a rukoväťou na prenášanie - max. 1,5 kg	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul-TDS.pdf
34.	Rozsah merania HR minimálne v rozsahu - 15 - 300 bmp	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul-TDS.pdf

35.	Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul TDS.pdf
36.	Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0-100 %	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul TDS.pdf
37.	Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul TDS.pdf
38.	Monitorovanie 12-zvodového EKG	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul TDS.pdf
39.	Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul TDS.pdf
40.	Zobrazenie grafických trendov na obrazovke aj bez modulárneho monitora VF	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul TDS.pdf
41.	Prenosná dokovacia stanica pre nabíjanie transportného modulu aj mimo monitora - 1ks	Spĺňa		Multiparametrický monitorovací modul TDS.pdf

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača: BLUEMED s.r.o.

Sídlo uchádzača: Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava
IČO: 51835827
DIČ: 2120805610

V: Bratislave
Dňa: 13.01.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: Ing. Vladimír Husár, konateľ
Podpis podľa bodu 11.9 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov

Poznámka
- povinné údaje vyplní uchádzač

Názov predmetu zákazky:
Monitory a monitorovacia centrála

KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Časť č. 2 - Zostava komplexného monitora vitálnych funkcií s monitorovacím modulom pre I. KK - Arytmologické odd.

Por. č.	Názov položky	Mer. jed. (MJ)	Požadované množstvo MJ počas trvania zmluvy	Obchodný názov ponúkaného tovaru	Názov výrobcu ponúkaného tovaru	Katalógové číslo	Kód ŠUKL	CPV kód	Jednotková cena za MJ v EUR				Celková cena za požadované množstvo MJ v EUR		
									bez DPH	sadzba DPH v %	DPH v EUR	s DPH	bez DPH	DPH v EUR	s DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Položka č. 1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií s multiparametrickým monitorovacím modulom monitora vitálnych funkcií s obsahom vstupov pre monitorovanie EKG, SpO2, NTK, 2x ITK, teplota	ks	9	MX750	PHILIPS	MX750	P 0669A	33195000-4	20 842,60 €	23%	4 793,80 €	25 636,40 €	187 583,40 €	43 144,18 €	230 727,58 €
SPOLU za časť č. 2 predmetu zákazky;													187 583,40 €		230 727,58 €

Doplňujúce informácie:

1.	Termín dodania pre Položku č. 1	30	pracovných dní
2.	Záručná doba pre Položku č. 1	24	mesiacov
3.	Cena servisnej hodiny na mimozáručný servis počas záručnej doby	88,00 €	v EUR bez DPH na hodinu
4.	Výška zľavy (v %) z fakturovanej sumy pre Položku č. 1, ktorú poskytne dodávateľ v prípade, že objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia (dodávateľ na výšku zľavy vystaví dobropis). Ak takúto zľavu dodávateľ nechce poskytnúť, uvedie 0%.	0,00%	zľava

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača: BLUEMED s.r.o.
Sídlo uchádzača: Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava
IČO: 51835827
DIČ: 2120805610

V: Bratislave
Dňa: 13.01.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby Ing. Vladimír Husár, konateľ
Podpis podľa bodu 11.9 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov

Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- uchádzač do stĺpca č. 11 uvedie sadzbu DPH v súlade s platnou legislatívou od 1.1.2025
- kritérium

Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála**ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV****I. Na realizácii predmetu zmluvy**☐ *sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:*

P.č.	Subdodávateľ-práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ-fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel plnenia zmluvy v %	Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

II. Na realizácii predmetu zmluvy☒ *sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami*

V: Bratislava

Dňa: 13.01.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Ing. Vladimír Husár, konateľ

Podpis podľa bodu 11.9 časti

A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov

Poznámka:

 - povinné údaje vyplní uchádzač

Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA PODĽA § 32 ODS. 7 a ODS. 8 ZVO

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní čestne vyhlasujem, že

- I. ☐ nie je mi známa iná osoba podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktorá zároveň musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
- II. ☐ sú mi známe iné osoby podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktoré zároveň musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO:

P.č.	Mená osôb, ktoré podľa § 32 odseku 7 ZVO musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
1.	2.

- I. ☐ Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
- II. ☐ Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie nespĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.

V: Bratislave

Dňa: 13.01.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:

Ing. Vladimír Husár, konateľ

Podpis podľa bodu 11.9 časti

A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov

Poznámka:

 - povinné údaje vyplní uchádzač