

Príloha č. 2 – Technická špecifikácia predmetu zákazky

Rozsah diela:**1. Opravy (kontrola, vyčistenie, výmena batérie, nulovanie kalorimetrického počítadla) a metrologické overenie kalorimetrických počítadiel**

TYP	Plánovaný počet za rok 2025
Multical 66, 601,602, 603	1001
SPOLU	1001

- u kalorimetrických počítadiel požadujeme výmenu batérií, prípadne po vzájomnej dohode na základe našej požiadavky aj opravu prípadne zmenu konfigurácie kalorimetrického počítadla.

2. Metrologické overenie odporových snímačov teploty

TYP	Plánovaný počet za rok 2025
Pt 500/6311, 65	702
SPOLU	702

3. Opravy (bežná, stredná a generálna) a metrologické overenie prietokomernej časti meračov tepla

TYP	Plánovaný počet za rok 2025
Ultraflow 15,20, 25/16	364
Ultraflow 20, 25/25	138
Ultraflow 40/25	94
Ultraflow 50/25	410
Ultraflow 65/25	55
Ultraflow 80/25	6
Ultraflow 100/25	3
WS 80/40	5
Vodomery na SV 20/16, 25/16, 40/16, 50/16	112
SPOLU	1187

Definície jednotlivých typov opráv:

Bežná: rozobratie, vyčistenie prietokomeru v čistiacich láznach

Stredná: rozobratie, vyčistenie prietokomeru v čistiacich láznach, dodávka náhradných dielov: tesnení, závadný kolík u mechanického prietokomeru, magnetická spoja.

Generálna: dodávka všetkých náhradných dielov