



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:  
R-2925/OVO-771/25/Mi

v Martine, dňa:  
10.07.2025

### Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Vážený záujemca,

na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie k zákazke „**Detské nemocničné lôžka do 7 rokov – 5 ks**“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Zdravotnícky nábytok“, uverejneného v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 19.12.2022 pod číslom 2022/S 244-704413 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 268/2022 zo dňa 20.12.2022 pod označením 50614-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

#### Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ v Prílohe č.1 Opis predmetu zákazky uvádza v bode 9. požiadavku na sklápacie bočnice (1 bočnica na každej strane).

Mohol by verejný obstarávateľ definovať, ako sa majú bočnice sklápať? Bude verejný obstarávateľ akceptovať bočnice, ktoré sa spúšťajú po stranách hore a dole?

#### Odpoveď č. 1:

*Áno, pre verejného obstarávateľa sú akceptovateľné bočnice, ktoré sa spúšťajú po stranách hore a dole. Pre vylúčenie pochybností verejný obstarávateľ upravuje pôvodné znenie v bode 9. minimálnej technickej špecifikácie „Sklápacie bočnice (1 bočnica na každej strane): áno“ na nové znenie nasledovne „sklápacie bočnice/bočnice spúšťajúce sa po stranách hore a dole (1 bočnica na každej strane): áno“.*

Verejný obstarávateľ upravuje opis predmetu zákazky tak, ako je uvedené vyššie, s účinnosťou odo dňa zverejnenia tohto vysvetlenia súťažných podkladov v systéme JOSEPHINE.

Z dôvodu, že dochádza k úprave minimálnej technickej špecifikácie zadefinovanej konečným užívateľom v Opise predmetu zákazky (Príloha č. 1 Súťažných podkladov), uvedená úprava bude implementovaná do aktuálnej minimálnej technickej špecifikácie, ktorá bude poskytnutá všetkým známym záujemcom a zverejnená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním, Univerzitná nemocnica Martin v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 28.07.2025 do 10:00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 28.07.2025 o 13:00 hod.

S pozdravom

.....  
MUDr. Peter Durný, PhD., MPH  
riaditeľ UNM

Príloha: Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky – aktualizované znenie

## Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie piatich kusov detských nemocničných lôžok do 7 rokov, vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania potrebnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, v prípade, že je lôžko dodávané v demonte, tak aj vrátane montáže a uvedenia do prevádzky, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Kliniky detí a dorastu.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

### Minimálne technicko-medicínske parametre predmetu zákazky

- požaduje sa nový, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

Požadovaný min. technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota:		
<i>Technické špecifikácie nemocničného lôžka</i>	<i>Podmienka</i>	<i>Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia</i>
<b>I. Štandardná výbava nemocničného lôžka</b>		
1. Nosnosť lôžka	detské / junior lôžko	
2. Nosnosť postele	min. 75 kg	
3. Ložná plocha : Výška	min. 50 cm	
4. Ložná plocha: Šírka	min. 65 cm	
5. Ložná plocha: Dĺžka	v rozpätí 135 - 150 cm	
6. Vonkajšie rozmery: Dĺžka	max. 190 cm	
7. Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami	max. 85 cm	
8. Nastavenie výšky ložnej plochy	min. mechanicky / hydraulicky (pneumaticky) - bude predmetom kritériálneho hodnotenia	uved'te spôsob nastavenia výšky ložnej plochy
9. Sklápacie bočnice/bočnice spúšťajúce sa po stranách hore a dole (1 bočnica na každej strane)	áno	
10. Podjazdnosť	min. 5 cm	
11. Priemer koliesok	min. 100 mm	
12. Dielna ložná plocha	min. 2 diely	
13. Polohovanie chrbtového dielu	min. mechanicky	
14. Lôžko zaisťujúce bezpečnosť pacienta	áno	
15. Centrálné brzdenie koliesok alebo samostatne brzdené kolieska (min. 2 kolieska)	áno	
16. Farebné prevedenie lôžka	základná biela alebo sivá farba	

<b>II. Doplnková výbava nemocničného lôžka</b>		
17. Infúzny stojan	áno	
<b>III. Matrace</b>		
<b>Typ matraca I.</b>	<b>detský pasívny antidekubitný matrac</b>	
18. Rozmery matraca	rozmery zodpovedajú rozmerom lôžnej plochy ponúkaného lôžka	
19. Vonkajšie rozmery: Výška matraca	min. 10 cm	
20. Hustota peny (spodnej, strednej a vrchnej časti peny)	min. 30 kg/m <sup>3</sup>	
21. Stupeň antidekubitného charakteru matraca - stupnica Norton	riziko vzniku dekubitu min. stupňa II	
22. Nosnosť matraca	min. 75 kg	