

Príloha č. 3 k Zápisnici z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účastiHodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky: **Doplnenie prístrojového vybavenia – Systém pre vertikalizáciu a mobilizáciu**Posudzovaná ponuka uchádzača: **Stargen EU s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO: 28487150**

Obchodný názov ponúkaného tovaru: ErigoPro

Názov výrobcu ponúkaného tovaru: Hocoma AG

Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky stanovené verejným obstarávateľom (Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov)		Ponuka uchádzača	Hodnotenie požiadaviek komisiou	
		Parametre ponúkaného tovaru s uvedením strany dokladu, kde sa parameter nachádza	Overenie súladu predkladaných informácií o ponúkanom tovare v Prílohe č. Špecifikácia predmetu zákazky s predloženým produktovým listom k prístroju v ponuke uchádzača (súhlas/nesúlad predložených dokladov)	Posúdenie požiadavky komisiou splnil / nesplnil
Systém pre vertikalizáciu a mobilizáciu - 1 ks				
1	Nastavovací stôl s integrovaným motorickým pohybom dolných končatín	spĺňa, návod str. 30	v súlade	splnil
2	Tri rôzne vzory pohybu - sinus, chôdza, striedanie	spĺňa, technický list str. 1	v súlade	splnil
3	Možnosť nastavenia kadencie	spĺňa, návod str. 53,64,80	v súlade	splnil
4	Softwarové nastavenie rozsahu pohybu oddelenie pre ľavú a pravú končatinu	spĺňa, návod str. 53	v súlade	splnil
5	Synchrónna funkčná svalová elektrostimulácia dolných končatín	spĺňa, technický list str. 1	v súlade	splnil
6	Elektrostimulácia (4 svalové skupiny): flexory a extenzory stehna a predkolenia, pre ľavú a pravú dolnú končatinu zvlášť	spĺňa, návod str. 47	v súlade	splnil
7	Možnosť nastavenie intenzity stimulácie	spĺňa, technický list str. 1	v súlade	splnil
8	Polohovanie stola s elektronickým meraním v rozsahu 0° - 90°, pre plnú vertikalizáciu pacienta	spĺňa, technický list str. 1	v súlade	splnil
9	Nastaviteľný uhol v bedrovom kĺbe v min. 10°	spĺňa, technický list str. 1	v súlade	splnil
10	Podpery chodidiel so systémom cyklickej záťaže	spĺňa, návod str. 30	v súlade	splnil
11	Nastavenie záťaže dolných končatín v rozsahu min. (0 - 50) kg	spĺňa, technický list str. 1	v súlade	splnil
12	Meranie zaťaženia dolných končatín	spĺňa, technický list str. 1, návod str. 30,66	v súlade	splnil

13	Nastavitelné nášlapné plochy pre rôzne postavenie chodidiel	spĺňa, technický list str. 1	v súlade	splnil
14	Bezpečnostný mechanizmus pre sklopenie pacienta do horizontálnej polohy v prípade výpadku prúdu	spĺňa, návod str. 28,66	v súlade	splnil
15	Riadiaci hardware a software	spĺňa, návod str. 53,58, technický list str. 1	v súlade	splnil
16	Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky	spĺňa, technický list str. 1	v súlade	splnil
17	Databáza pacientov s možnosťou ukladania údajov o priebehu tréningu	spĺňa, technický list str. 1	v súlade	splnil
18	Nastavenie podpory pohybu končatín pre aktívny tréning v rozsahu min. 0 - 100 %	spĺňa, technický list str. 1	v súlade	splnil
19	Pre pacientov s hmotnosťou min. 130 kg	spĺňa, technický list str. 2	v súlade	splnil
20	Výška pri plnej vertikalizácii max. 245 cm	spĺňa, návod str. 81	v súlade	splnil
21	Kolieska s centrálnou brzdou	spĺňa, technický list str. 2	v súlade	splnil
22	Nastaviteľná výška stola	spĺňa, technický list str. 1	v súlade	splnil
23	Integrovaná medicínska lišta	spĺňa, technický list str. 2	v súlade	splnil
24	Antidekubitný matrac	spĺňa, technický list str. 1	v súlade	splnil
25	Univerzálne nastaviteľný postroj pacienta	spĺňa, návod str. 30,35,41,42	v súlade	splnil
26	Rôzne veľkosti manžiet pre uchytenie stehien pacienta v rozsahu obvodu	spĺňa, návod str. 35	v súlade	splnil
27	Tlačidlo pre núdzové zastavenie chodu prístroja	spĺňa, technický list str. 2	v súlade	splnil
28	Možnosť pripojenia podpery rúk	spĺňa, technický list str. 2	v súlade	splnil
29	PC s kompatibilnými funkciami	spĺňa, návod str. 75	v súlade	splnil

Vyhodnotenie :

Komisia s právom na vyhodnotenie ponúk konštatuje, že uchádzač **Stargen EU s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO: 28487150** splnil všetky verejným obstarávateľom stanovené požiadavky na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

Prítomní členovia komisie:	Podpis komisie	člena
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof. – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky		

MUDr. Ildikó Morochovičová – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky	
PhDr. Martina Komarovská, MPH – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Ivana Baraníková – člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky	
Ing. Katarína Kupcová – člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky, procesný garant	

V Košiciach, dňa 01.04.2025