

Príloha č. 3 k Zápisnici z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti

Hodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky: **Doplnenie prístrojového vybavenia – Systém pre nácvik svalovej sily a mobility DK**

Posudzovaná ponuka uchádzača: **Stargen EU s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO: 28487150**

Obchodný názov ponúkaného tovaru: Vibramoov

Obchodný názov výrobcu ponúkaného tovaru: Technoconcept

Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky stanovené verejným obstarávateľom (Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov)		Ponuka uchádzača	Hodnotenie požiadaviek komisiou	
		Parametre ponúkaného tovaru s uvedením strany dokladu, kde sa parameter nachádza	Overenie súladu predkladaných informácií o ponúkanom tovare uvedených v Prílohe č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky s predloženým produktovým listom tovaru v ponuke uchádzača (súhlas/nesúlad predložených dokladov)	Posúdenie požiadavky komisiou splnil / nesplnil
Systém pre nácvik svalovej sily a mobility DK - 1 ks				
1	Systém pre nácvik svalovej sily a mobility DK (ešte pred vertikalizáciou) s proprioceptívnou stimuláciou, t.j. systém umožňujúci terapie v rôznych polohách, vrátane ležiacej polohy priamo na lôžku pacienta	spĺňa, Návod strana 2, 24, 35, 47, Brožúra str. 4, 5	v súlade	splnil
2	Aplikácia fokálnych vibrácií na dolnej končatine	spĺňa, Brožúra Vibramoov strana 2	v súlade	splnil
3	Možnosť stimulácie oboch končatín zároveň a každú zvlášť	spĺňa, Návod strana 35	v súlade	splnil
4	Riadiace PC s dobíjacou stanicou pre stimulačné jednotky	spĺňa, Návod strana 11, 12, 13	v súlade	splnil
5	Integrovaná spätná väzba poskytujúca vizualizáciu výkonu pacienta v reálnom čase a podnecujúcu motiváciu a aktívne zapojenie pacienta v terapii	spĺňa, Návod strana 41, 42, Brožúra Vibramoov strana 9	v súlade	splnil
6	Možnosť individuálneho prispôsobenia rehabilitačných cvičení u pacienta	spĺňa, Brožúra Vibramoov strana 9	v súlade	splnil
7	Možnosť nastavenia dĺžky terapie	spĺňa, Návod str. 41	v súlade	splnil
8	Možnosť nastavenia intenzity terapie	spĺňa, Návod str. 41	v súlade	splnil
9	Možnosť nastavenia odľahčenia končatín	spĺňa, Návod str. 28	v súlade	splnil

10	Terapeutický software	spĺňa, Návod str. 11, 29	v súlade	splnil
11	Terapeutické módy pre dolné končatiny	spĺňa, Návod str. 36	v súlade	splnil
12	Možnosť rôznych pohybov podpory, chôdza, chôdza po schodoch, pohyblivom páse	spĺňa, Návod strana 36, Brožúra Vibramoov strana 10	v súlade	splnil
13	Synchronizované zapojenie stimulačných jednotiek / docielenie správneho pohybového vnemu	spĺňa, Brožúra Vibramoov strana 9	v súlade	splnil
14	Aplikačné bandáže pre uchytenie vibrátorov, set pre dolné končatiny, set pre ošetrovanie spasticity	spĺňa, Návod strana 5, 15-18	v súlade	splnil
15	PC s kompatibilnými funkciami	spĺňa, Návod strana 11, 12	v súlade	splnil

Vyhodnotenie :

Komisia s právom na vyhodnotenie ponúk konštatuje, že uchádzač **Stargen EU s.r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, IČO: 28487150** **splnil** verejným obstarávateľom stanovené požiadavky na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch.

<i>Prítomní členovia komisie:</i>	<i>Podpis člena komisie</i>
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., mim. prof. – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Ildikó Morochovičová – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky	
PhDr. Martina Komarovská, MPH – člen komisie na vyhodnotenie ponúk s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Ivana Baraníková – člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky	
Ing. Katarína Kupcová – člen komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky, procesný garant	

V Košiciach, dňa 01.04.2025