



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-9 / 133-17 / 2018

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
04. 09. 2018

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – predloženie

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 133-07 / 2018 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2018/S 159-364060 z 21.08.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 166/2018 z 22.08.2018 pod zn. 11804-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**Dvojrovinný angiografický prístroj**“ pre zdravotnícke zariadenia UNBB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Otázka č. 1:

V časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov požadujete:

E. Clona, 7. Hrúbka medených filtrov v rozsahu maximálne od 0,1 - 1,0 mm.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj hodnoty hrúbok medených filtrov 0,1 mm, 0,2 mm a 0,3 mm? Túto skutočnosť sme uvádzali v prípravných jednaniach.

Odpoveď:

Bude akceptovať.

Hrúbka medených filtrov sa vyžaduje v uvedenom rozsahu.