



Č. R1-9 / 133-42 / 2018

Z Á P I S N I C A

z vyhodnotenia ponúk po eAukcii a vyhodnotenia podmienok účasti uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v poradí úspešnosti ponúk v eAukcii

(podľa § 55 ods. 1 a § 40 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Vyhodnotenie ponúk po eAukcii a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti úspešnými uchádzačmi podľa § 40 zákona, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v poradí úspešnosti ponúk v rámci automatizovaného vyhodnotenia ponúk - elektronickou aukciou pre každú časť rozdeleného predmetu zákazky zvlášť, u ktorých podľa § 39 ods. 6 zákona nedošlo k predloženiu dokladu alebo dokladov k preukázaniu podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač splnenie podmienok účasti preukázal predložením jednotného európskeho dokumentu, v súťaži vyhlásenej verejným obstarávateľom – Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2018/S 159-364060 z 21.08.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 166/2018 z 22.08.2018 pod zn. 11804-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „Dvojrovinný angiografický prístroj“ pre zdravotnícke zariadenia UNB;

A) ZOZNAM ČLENOV KOMISIE

Komisia na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1) zriadená verejným obstarávateľom, rozhodnutím riaditeľa UNB zo dňa 12. 09. 2018 v zložení:

Predseda komisie: **Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.**, prednosta I. Rádiologickej kliniky LFUK, SZU a UNB

Tajomník komisie: **Ing. Ján Mlynarčík**, zamestnanec oddelenia verejného obstarávania úseku generálneho riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava

Člen komisie: **MUDr. Anton Šoka**, vedúci lekár rádiologického pracoviska I. Rádiologickej kliniky LFUK, SZU a UNB v Nemocnici akad. L. Dére
MUDr. Magdalénu Mižičková, vedúca lekárka rádiologického pracoviska I. Rádiologickej kliniky LFUK, SZU a UNB v Nemocnici Staré Mesto,
MUDr. Irena Haluzová, vedúca lekárka rádiologického pracoviska I. Rádiologickej kliniky LFUK, SZU a UNB v Nemocnici Ružinov
MUDr. Vladimír Javorka, PhD., lekár I. Rádiologickej kliniky LFUK, SZU a UNB v Nemocnici Staré Mesto,
MUDr. Miroslav Malík, lekár rádiologického pracoviska I. Rádiologickej kliniky LFUK, SZU a UNB v Nemocnici Staré Mesto.



Komisia vykonala všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti úspešnými uchádzačmi podľa § 40 zákona, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v poradí úspešnosti ponúk v poradí úspešnosti ponúk v rámci automatizovaného vyhodnotenia ponúk - elektronickou aukciou pre každú časť rozdeleného predmetu zákazky zvlášť, u ktorých podľa § 39 ods. 6 zákona nedošlo k predloženiu dokladu alebo dokladov k preukázaniu podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač splnenie podmienok účasti preukázal predložením jednotného európskeho dokumentu, v súlade s vyhodnotením splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a v zmysle Zápisnice z vyhodnotenia ponúk – časť „OSTATNÉ“ č. R1-9 / 133-30 / 2018 z 2.11.2018, ktorej kópia je uvedená v prílohe č. 2 tejto zápisnice ako jej neoddeliteľná súčasť.

Prezenčná listina členov komisie prítomných na vyhodnotení tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice ako jej neoddeliteľná súčasť.

B) VYHODNOTENIE PONÚK PO EAUKEII

Na základe výsledkov automatizovaného spôsobu vyhodnocovania ponúk - elektronickou aukciou, sa na prvých troch miestach v poradí úspešnosti umiestnili:

Dvojrovný Angiografický prístroj, PHZ 2 800.000,00 EUR bez DPH / 2 ks

Uchádzač	INTES Poprad, s.r.o.	S&T Slovakia s.r.o.	Siemens Healthcare s.r.o.
Sídlo:	Nám. Sv. Egídia 96, 058 01 Poprad	Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava	Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Ponúkaný typ (označenie)	Innova IGS 630 LDM	Allura Xper FD20/15	Artis Q biplane
Výrobca	General Electric Healthcare	Koninklijke Phillips N.V.	Siemens AG, Nemecko

Kritériá na hodnotenie ponúk	Váha kritéria	Návrh	Body	Návrh	Body	Návrh	Body
Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH po eAukcii	82,00%	1 800.000,00	76,26	1 674.000,00	82,00	1 820.500,00	75,40
Naklápanie stola hlavou dole a hore, spolu ± v stupňoch	0,20%	0	0,00	34	0,20	30	0,18
Počet ohnísk vysokovýkonného rtg žiariča v ks	0,20%	3	0,20	2	0,13	3	0,20
Tepelná kapacita anódy v MHU	0,50%	3,7	0,36	2,4	0,23	5,2	0,50
Tepelná kapacita rtg žiariča v MHU	0,50%	6,9	0,47	5,4	0,37	7,3	0,50
Veľkosť najmenšieho ohníska (priemerná hodnota veľkostí najmenšieho ohníska oboch rontgeniek) v mm	0,30%	0,3	0,20	0,45	0,30	0,3	0,20
Minimálna rýchlosť odvodu tepla z anódy žiariča v kWh / min.	0,50%	544	0,18	910	0,30	1520	0,50
Aktívna plocha detektorov v 1. rovine v cm ²	0,75%	961	0,64	1119,26	0,75	1119,26	0,75
Aktívna plocha detektorov v 2. rovine v cm ²	0,75%	961	0,64	754	0,51	1119,26	0,75
Hĺbka digitalizácie detektorov v bitoch	0,50%	14	0,44	16	0,50	16	0,50
Rozlišovacia schopnosť detektora v 1. rovine v Lp / mm	0,50%	2,5	0,38	3,25	0,50	3,25	0,50
Rozlišovacia schopnosť detektora v 2. rovine v Lp / mm	0,50%	2,5	0,38	2,72	0,42	3,25	0,50
Možnosť spracovania obrazu a archivácie v matrici 2K v oboch rovinách súčasne /áno (v oboch rovinách) =10, áno (len v jednej rovine) = 5, nie (ani v jednej rovine = 0) /	10,00%	0	0,00	5	5,00	10	10,00
Max. počet obrazov/s pri digitál. obrazovej akvizícii v matrici 2K v obr./s v oboch rovinách súčasne	0,50%	0	0,00	6	0,40	7,5	0,50
Max. počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii pre rotačnú angiografiu techn. CBCT v obr. / s	0,25%	50	0,17	60	0,20	75	0,25



Max. počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii pri natívnej rotačnej angiografii, pri zobrazovaní mäkkých častí v obr. / s	0,25%	50	0,17	60	0,20	75	0,25
3D rotačná angiografia s vyhotovením VRT rekonštrukcií v reálnom čase v časovej slučke (intervale), využívaná hlavne pre diagnostiku a plánovanie terapie mozgových cievnych malformácií, áno / nie (áno=0,5, nie=0)	0,50%	0,5	0,50	0,5	0,50	0,5	0,50
Pracovná stanica pozostávajúca z 2 ks 30" diagnost. monitorov v ovládacej miestnosti, pre ovládacie ako aj vyhodnocovacie pracovnú stanicu, pre znázornenie živého a referenčného obrazu, súčasne vykonávanie 3D rekonštrukcií, s možnosťou variabilného rozdelenia obrazovej plochy, tak aby sa dal sledovať aktuálny skiaskopický obraz, roadmap v oboch rovinách, ako a vykonávať 3D, VRT rekonštrukcie, áno / nie (áno=0,5, nie=0)	0,50%	0	0,00	0	0,00	0	0,00
USG – pulzný doppler, áno / nie (áno=0,1, nie=0)	0,10%	0,1	0,10	0,1	0,10	0	0,00
Nožný spínač skiaskopie cez WIFI, áno / nie (áno=0,2, nie=0)	0,20%	0	0,00	0,2	0,20	0,2	0,20
Pracovná stanica pozostávajúca z 2 ks 30" diagnost. monitorov v ovládacej miestnosti, pre ovládacie ako aj vyhodnocovacie pracovnú stanicu, pre znázornenie živého a referenčného obrazu, súčasne vykonávanie 3D rekonštrukcií, s možnosťou variabilného rozdelenia obrazovej plochy, tak aby sa dal sledovať aktuálny skiaskopický obraz, roadmap v oboch rovinách, ako a vykonávať 3D, VRT rekonštrukcie, áno / nie (áno=0,5, nie=0)	0,50%	6	0,33	8	0,25	4	0,50
Celkom bodov	100,00%		81,42		93,06		92,68
Poradie pred eAukciou			3		1		2

Vyhodnocovali sa tri ponuky.

C) POSÚDENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 33 ZÁKONA

Komisia (každý prítomný člen komisie samostatne) posúdil splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov **INTES Poprad, s.r.o.**, Nám. Sv. Egídia 96, 058 01 Poprad, **S&T Slovakia, s.r.o.**, Mlynské Nivy 71, 821 5 Bratislava a **Siemens Healthcare, s.r.o.**, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, v súlade s oznámením a súťažnými podkladmi verejnej súťaže, pričom postupovala výhradne podľa § 40 zákona, v súlade s § 55 ods. 1 zákona.

D) POSÚDENIE SPLNENIA POŽIADAVIEK VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĽA § 53 ZÁKONA

Komisia (každý prítomný člen komisie samostatne) posúdil splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa kladených na predmet zákazky uchádzačov **INTES Poprad, s.r.o.**, Nám. Sv. Egídia 96, 058 01 Poprad, **S&T Slovakia, s.r.o.**, Mlynské Nivy 71, 821 5 Bratislava a **Siemens Healthcare, s.r.o.**, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, v súlade so súťažnými podkladmi verejnej súťaže, pričom postupovala výhradne podľa § 53 zákona.

E) POSÚDENIE MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY PODĽA § 53 ODS. 3 ZÁKONA

Nepoužilo sa.



F) ZÁVER

Komisia vyhodnotila ponuky uchádzačov (dodávateľov) **INTES Poprad, s.r.o.**, Nám. Sv. Egídia 96, 058 01 Poprad, **S&T Slovakia, s.r.o.**, Mlynské Nivy 71, 821 5 Bratislava a **Siemens Healthcare, s.r.o.**, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.

Na nižšie uvedenom vyhodnotení sa všetci členovia komisie zhodli a je ich spoločným stanoviskom.

Na základe vykonaného hodnotenia komisia pre vyhodnotenie ponúk

konštatuje:

- uchádzači **INTES Poprad, s.r.o.**, Nám. Sv. Egídia 96, 058 01 Poprad, **S&T Slovakia, s.r.o.**, Mlynské Nivy 71, 821 5 Bratislava a **Siemens Healthcare, s.r.o.**, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava vyhovelí podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s § 40 zákona; nebol vylúčený žiaden uchádzač,
- uchádzači **INTES Poprad, s.r.o.**, Nám. Sv. Egídia 96, 058 01 Poprad, **S&T Slovakia, s.r.o.**, Mlynské Nivy 71, 821 5 Bratislava a **Siemens Healthcare, s.r.o.**, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava vyhovelí všetkým požiadavkám kladeným na predmet zákazky; nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača,
- na základe výsledkov automatizovaného spôsobu vyhodnocovania ponúk - elektronickou aukciou, sa umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti ponúk a vo verejnej súťaži uspel, uchádzač **S&T Slovakia, s.r.o.**, Mlynské Nivy 71, 821 5 Bratislava; Na ďalších miestach v poradí úspešnosti ponúk sa umiestnili ponuky uchádzačov:
 - 2. miesto: Siemens Healthcare, s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
 - 3. miesto: INTES Poprad, s.r.o., Nám. Sv. Egídia 96, 058 01 Poprad.

odporúča:

- v súlade s § 55 ods. 2 zákona, bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane uvedenia poradia úspešnosti;
- úspešnému uchádzačovi **S&T Slovakia, s.r.o.**, Mlynské Nivy 71, 821 5 Bratislava oznámiť, že sa jeho ponuka prijíma a bude s ním uzavretá zmluva,
- neúspešným uchádzačom **Siemens Healthcare, s.r.o.**, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, **INTES Poprad, s.r.o.**, Nám. Sv. Egídia 96, 058 01 Poprad, oznámiť, že v súťaži neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky. V oznámení uviesť identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa [§ 170 ods. 4 písm. f\)](#) zákona,
- v súlade s § 56 zákona uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom **S&T Slovakia, s.r.o.**, Mlynské Nivy 71, 821 5 Bratislava, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti ponúk a vyhovel podmienkam účasti vo verejnom obstarávaní,
- zmluvu s úspešným uchádzačom uzavrieť v lehote viazanosti, najskôr šesťnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola podaná žiadosť o nápravu podľa § 164, resp. po uplynutí lehoty na nápravu alebo odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo ak neboli podané námietky podľa § 170 zákona,
- informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov zverejniť v profile..

Súčasťou tejto zápisnice je podpisová doložka ako jej neoddeliteľná súčasť.

Zapísal: Ing. Ján Mlynarčík
tajomník komisie

V Bratislave 10. 12. 2018



**Podpisová doložka
k Zápisnici z vyhodnotenia podmienok účasti úspešného uchádzača
č. R1-9 / 133-42 / 2018**

Za správnosť: Ing. Ján Mlynarčík, tajomník komisie
V Bratislave 10. 12. 2018

Podpisy členov komisie:	Prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc.	v.r.
	Ing. Ján Mlynarčík	v.r.
	MUDr. Anton Šoka	v.r.
	MUDr. Magdaléna Mižičková	v.r.
	MUDr. Irena Haluzová	v.r.
	MUDr. Vladimír Javorka, PhD.	v.r.
	MUDr. Miroslav Malík	v.r.

Vzal na vedomie:

v.r.

.....
Riaditeľ UNB

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1. Menovanie členov komisie na vyhodnotenie ponúk č. R3-3 / 133-22 / 2018
- Príloha č. 2. Kópia Zápisnice z vyhodnotenia ponúk – časť „OSTATNÉ“ č. R1-9 / 133-30 / 2018
- Príloha č. 3. Prezenčná listina z vyhodnotenia ponúk č. R1-9 / 133-41 / 2018
- Príloha č. 4. Odtlačok eAukčnej siene a Výsledkový protokol elektronickej aukcie Dvojrovinný Angiografický prístroj,