



INFORMÁCIA

Verejný obstarávateľ vykonal opravu v dokumente Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ktorý bol zverejnený 26.06.2025

Verejný obstarávateľ nedopatrením nesprávne uviedol údaj „Tepelná kapacita anódy RTG lampy min. 75 MHU – 0 bodov“ v dokumente. Dokument s odstránením formálneho nedostatku (ktorý vznikol chybou pri písaní) a správnym znením technického parametra „Tepelná kapacita anódy RTG lampy – min. 7,5 MHU“ je zverejnený pod názvom Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – oprava.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice