



Všetkým záujemcom/uchádzačom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Dňa 17.04.2025 bola verejnému obstarávateľovi doručená Žiadosť o predĺženie lehoty v rámci zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ OJ S 57/2025 pod č. 185147-2025 zo dňa 21.03.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 59/2025 zo dňa 24.03.2025 pod číslom 5495-MST na predmet zákazky „Doplnenie prístrojového vybavenia pre roboticky asistovanú stimuláciu chôdze“.

Zájemca žiada o vysvetlenie a predkladá návrhy na úpravu nasledovných technických parametrov špecifikovaných v Prílohe č. 5 — Špecifikácia predmetu zákazky (citácia):

Otázka č. 1:

Bod 2: „Prístroj počas rehabilitácie chôdze umožňuje pevnú oporu až po hrudnú chrbticu s pevnými nezávisle nastaviteľnými modulmi pre oporu chrbta/trupu a panvy“ Tento parameter považujeme za obmedzujúci hospodársku súťaž, nakoľko technicky a štrukturálne zodpovedá konkrétnemu typu zariadenia (napr. Tyromotion LEXO), a vylučuje iné porovnateľné riešenia s rovnakým klinickým účelom. Náš prístroj zabezpečuje oporu prostredníctvom postroja a fixačných popruhov v celom rozsahu — od panvy až po hrudník — čo zabezpečuje stabilitu trupu počas chôdze bez potreby „pevných modulov“.

Žiadame o vysvetlenie: Aké je medicínske odôvodnenie pre požiadavku „pevných nezávisle nastaviteľných oproti bežne používanému, overenému systému postroja a popruhov? Považujete takúto fixáciu za klinicky nevyhnutnú pre efektívnu roboticky asistovanú stimuláciu chôdze? Ak áno, prosíme o poskytnutie relevantného medicínskeho zdôvodnenia.

Návrh na úpravu parametra:

„Prístroj počas rehabilitácie chôdze umožňuje oporu a fixáciu panvy až po hrudnú chrbticu s nezávisle nastaviteľným panvovým modulom alebo s ekvivalentnou oporou zabezpečenou pomocou nastaviteľných popruhov.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ vyššie uvedenú otázku záujemcu zodpovedal už v rámci prípravných trhových konzultácií.

Pri fixácii pacienta až po hrudníkovú chrbticu počas včasnej fázy rehabilitácie chôdze sa zabezpečí plynulý prenos pôsobiacich síl z prístroja na pacienta pri laterálnom posune a rotačnom pohybe panvy. Je to žiadúce pri spinálnych pacientoch po úrazoch v hrudníkovej oblasti, pri ktorých je pri nácviku chôdze nutná fixácia v tejto oblasti a nie je prípustný nežiadúci pohyb jednotlivých oblastí chrbtice resp. panvy.

V zmysle vyššie uvedeného verejný obstarávateľ neakceptuje požiadavku záujemcu na úpravu parametra a trvá na pôvodnom parametri „Prístroj počas rehabilitácie chôdze umožňuje pevnú oporu až po hrudnú chrbticu s pevnými nezávisle nastaviteľnými modulmi pre oporu chrbta /trupu/ a panvy“.

Otázka č. 2:

Bod 3: „Pevná opora panvy zospodu s možnosťou odľahčenia s použitím závesného systému aj bez jeho použitia“

Domnievame sa, že požiadavka na „pevnú oporu panvy zospodu“ nespĺňa kritérium funkčnej relevancie k cieľu zákazky, ktorým je robotická stimulácia chôdze. Tento spôsob opory je skôr typický pre terapiu v sede a nie pre dynamickú lokomóciu. Tento parameter považujeme za obmedzujúci hospodársku súťaž, nakoľko technicky a štrukturálne zodpovedá konkrétnemu typu zariadenia (napr. Tyromotion LEXO), a vylučuje iné porovnateľné riešenia s rovnakým klinickým účelom.

Žiadame o vysvetlenie: Aké je medicínske odôvodnenie pre požiadavku? Prečo má byť zospodu podopretá panva kritickým parametrom pri stimulácii chôdze?

Návrh na úpravu parametra:

Navrhujeme parameter úplne vypustiť, nakoľko môže byť chápaný ako priama referencia na konkrétny produkt (napr. Tyromotion LEXO), čím sa porušuje princíp zákazu diskriminácie podľa S 42 ods. 3 ZVO.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ vyššie uvedenú otázku záujemcu zodpovedal už v rámci prípravných trhových konzultácií.

S použitím pevného sedla je možné rehabilitovať pacientov s rôznym stupňom stability trupu. Pri pacientoch s rôznym stupňom stability trupu je v klinickej praxi výhodou možnosť využitia opory so závesným systémom alebo aj bez jeho použitia s pomocou pevnej opory zosponu panvy. Týmto je možný nácvik rovnováhy, aktivácia hlbokého stabilizačného systému a prenos váhy.

V zmysle vyššie uvedeného verejný obstarávateľ neakceptuje požiadavku záujemcu na úpravu parametra a trvá na pôvodnom parametri „Pevná opora panvy zosponu s možnosťou odľahčenia s použitím závesného systému aj bez jeho použitia“.

Otázka č. 3:

Bod 5: „Softvérové nastavenie laterálneho pohybu panvy“

Tento parameter vnímame ako príliš úzko zadaný. Náš prístroj umožňuje nastavenie viacerých typov pohybov panvy (laterálny a rotačný), a preto obmedzenie len na „laterálny“ nie je odôvodnené, ak je dostupná širšia funkcionálna.

Žiadame o vysvetlenie: Je dôvod, prečo verejný obstarávateľ požaduje výlučne softvérové nastavenie laterálneho pohybu panvy, ak klinickú hodnotu má aj kombinácia ďalších rovin pohybu?

Návrh na úpravu parametra:

„Prístroj umožňuje softvérové nastavenie pohybov panvy, vrátane laterálneho alebo rotačného pohybu — podľa voľby terapeuta.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na základe požiadavky záujemcu upresňuje vyššie uvedený parameter nasledovne „**Softwarové nastavenie min. laterálneho pohybu panvy**“

Otázka č. 4:

Bod 9: „Hmotnosť pacienta min. 140 kg — tolerancia $\pm 10\%$ “.

Tento parameter môže byť nejasne formulovaný. V aktuálnom znení by mohol byť chápaný ako minimálna záťaž pacienta, čo nedáva zmysel z hľadiska medicínskeho ani technického. Predpokladáme, že išlo o nesprávne znenie.

Žiadame o vysvetlenie: Má parameter definovať minimálnu alebo maximálnu hmotnosť pacienta? Je medicínsky dôvod, prečo by sa prístroj mal používať iba od hmotnosti 140 kg?

Návrh na úpravu parametra:

„Prístroj je určený pre pacientov s hmotnosťou do max. 180 kg $\pm 10\%$.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ prehodnotil požiadavku záujemcu na úpravu parametra a parameter Hmotnosť pacienta min. 140 kg — tolerancia $\pm 10\%$ upravuje nasledovne „**Prístroj je určený pre pacientov s hmotnosťou do max. 180 kg $\pm 10\%$** .“

V nadväznosti na poskytnuté vysvetlenie verejný obstarávateľ upraví technickú špecifikáciu predmetu zákazky a s tým súvisiace dokumenty uvedené v súťažných podkladoch a bezodkladne zabezpečí aktualizáciu príslušných súťažných podkladov a ich zverejnenie v sw JOSEPHINE.

V zmysle § 21 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 30.04.2025 do 12:00 hod.

Príslušné oznámenie (tzv. korigendum) bude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania v najbližších dňoch.

V Košiciach, dňa 22.04.2024