



Vysvetlenie č. 4:

Verejný obstarávateľ Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (ďalej len "verejný obstarávateľ") pri zadávaní nadlimitnej zákazky podľa § 66 vyhlásenej vo Vestníku EÚ č. S 103 dňa 30.05.2025 pod ozn. 346693-2025 a vo Vestníku VO č. 108/2025 dňa 02.06.2025 pod ozn. 8968-MST, ktorej predmetom je **„Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu“** poskytuje odpoveď na žiadosť o vysvetlenie, ktorú obdržal dňa 13.06.2025:

Dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie špecifikácie predmetu zákazky (dokument Príloha č. 5 k SP) - časť č.1. - Sterilný angiografický set:

Otázka č. 1:

Položka č. 1.4 "skalpel č. 11 s dlhou rukoväťou - 1x" - na zamýšľaný účel použitia je vhodnejšie a praktickejšie použitie skalpela so štandardnou dĺžkou rukoväte. Navrhujeme preto zmeniť položku č. 1.4 na "skalpel č. 11 s rukoväťou - 1x".

Bude verejný obstarávateľ akceptovať uvedenú zmenu technickej špecifikácie predmetu zákazky pre časť č.1 - položka 1.4?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v Časti 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu - sterilný angiografický set upravuje v položke č. 1 - Sterilný angiografický set riadok č. 1.4 skalpel č. 11 s dlhou rukoväťou - 1x na **„skalpel č. 11 s rukoväťou - 1x (možný ekvivalent skalpel s dlhou rukoväťou - 1 ks)“** - viď. Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky.

Otázka č. 2:

Položka č. 1.15 "ochranný vak na štít a zosilňovač, transparentný, rozmer minimálne 120x120cm - 2x" - na zamýšľaný účel použitia je vhodnejšie a praktickejšie použitie ochranného vaku s menším rozmerom. Navrhujeme úpravu položky č. 1.15 na "ochranný vak na štít a zosilňovač, transparentný, rozmer minimálne 70x120cm - 2x".

Bude verejný obstarávateľ akceptovať uvedenú zmenu technickej špecifikácie predmetu zákazky pre časť č.1 - položka 1.15?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v Časti 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu - sterilný angiografický set upravuje v položke č. 1 Sterilný angiografický set riadok č. 1.15 ochranný vak na štít a zosilňovač, transparentný, rozmer minimálne 120x120cm - 2x na **„ochranný vak na štít a zosilňovač, transparentný, rozmer medzi 70x120 - 120x120cm - 2x“** - viď. Príloha č. 5 – Špecifikácia predmetu zákazky.