



Vysvetlenie č. 7:

Verejný obstarávateľ Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (ďalej len "verejný obstarávateľ") pri zadávaní nadlimitnej zákazky podľa § 66 vyhlásenej vo Vestníku EÚ č. S 103 dňa 30.05.2025 pod ozn. 346693-2025 a vo Vestníku VO č. 108/2025 dňa 02.06.2025 pod ozn. 8968-MST, ktorej predmetom je „**Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu**“ poskytuje odpoveď na žiadosť o vysvetlenie, ktorú obdržal dňa 18.06.2025:

Otázka č. 1:

Príloha č.5 k SP časť 1 až časť 65. V časti 9 sa uvádza, že požadované balóny musia byť kompatibilné podľa veľkosti a typu so 4-6F zavádzačom. Uvedené portfólio požadovaných produktov vieme plne pokryť ako aj ďalšie náležitosti s tým spojené, avšak naše produkty sú kompatibilné s 5 a 6 F zavádzačom. Máme za to, že uvedené požiadavky v SP nevylučujú akceptáciu 5-6F zavádzačov. Je uvedené tvrdenie z pohľadu verejného obstarávateľa správne?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v časti 9 - DCB balóny, Položke č. 2 - 0.018'' DCB balóny upravil špecifikáciu nasledovne: „Požadované balóny musia byť nízko-profilové, povlečené paclitaxelom, kompatibilné s 0.018'' vodičom a so 4 resp. 5 - 6 F zavádzačom. Priemer balónov musí byť minimálne medzi a vrátane 4 - 6 mm a dĺžkach vybraných balónov medzi a vrátane 40 – 120 mm, optimálne aj s väčšou dĺžkou. Balóny sa môžu používať aj na ošetrovanie dialyzačných AV fistúl“ (viď. Príloha č. 5 k SP_časť 1 až časť 65_oprava2).