



Vysvetlenie č. 8:

Verejný obstarávateľ Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (ďalej len "verejný obstarávateľ") pri zadávaní nadlimitnej zákazky podľa § 66 vyhlásenej vo Vestníku EÚ č. S 103 dňa 30.05.2025 pod ozn. 346693-2025 a vo Vestníku VO č. 108/2025 dňa 02.06.2025 pod ozn. 8968-MST, ktorej predmetom je „**Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu**“ poskytuje odpoveď na žiadosť o vysvetlenie, ktorú obdržal dňa 18.06.2025:

Otázka č. 1:

parameter 1.16, príloha č.5 časť 1

1.16 rúškovanie angiografického stola minim. rozmer 225x300cm - 1x

Prosíme o upresnenie charakteristiky rúškovania angiografického stola z pohľadu potreby počtu prípadných otvorov v krytí a ich rozmerov. Predpokladáme, že týmto by bol zabezpečený prístup operátora k operačnej rane.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v časti 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu - sterilný angiografický set dopĺňa v položke 1- Sterilný angiografický set v riadku 1.16 špecifikáciu predmetu zákazky nasledovne:

- rúškovanie angiografického stola minim.rozmer 225x300cm - 1x,
- štandardne minimálne 2 otvory (tzv. na femorálny vstup), optimálne obe prekryté, s možnosťou otvorenia požadovanej strany,
- pripúšťame aj možnosť ďalších 2 otvorov (brachiálnych resp radiálnych) symetricky na oboch stranách rúškovania (podobne ako na femorálne vstupy),
- krytie stola (rúško) z materiálu, ktoré dokáže dostatočne sať tekutiny, ako fyziologický roztok, tak aj krv (vid'. Príloha č. 5 k SP_časť 1 až časť 65_oprava2).