

Príloha 3 k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti– požiadavky

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice IČO: 00606707

Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – USG prístroje vrátane príslušenstva pre oftalmologické vyšetrenia

Postup VO: nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO

Vyhlásenie VO: v Úradnom vestníku EÚ č. OJ S 54/2025 zo dňa 18.03.2025 pod označením č.174930-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 56/2025 zo dňa 19.03.2025 pod označením 5312-MST

Lehota na predkladanie ponúk: 17.04.2025 do 12:00 hod.

Dátum a čas otvárania ponúk: 17.04.2025 o 12:30 hod.

Predpokladaná hodnota zákazky: 120 000,00 EUR bez DPH

Názov projektu: Doplnenie prístrojového vybavenia – USG -Očná klinika Tr. SNP 1

Kód Projektu: 11I02-21-V11-000185

Názov investície/reformy: Investícia 2_Nová sieť nemocníc-výstavba, rekonštrukcie a vybavenie

Názov komponentu:11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Názov projektu: Doplnenie prístrojového vybavenia – USG pre Očná oddelenie Rastislavova

Kód Projektu: 11I02-21-V11-000195

Názov investície/reformy: Investícia 2_Nová sieť nemocníc-výstavba, rekonštrukcie a vybavenie

Názov komponentu:11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť

Posudzovaná ponuka uchádzača: CMI spol. s r.o. , Na Slavíne 3, 82109 Bratislava, IČO: 35733853 (ďalej len „CMI“)

Obchodný názov ponúkaného tovaru uchádzačom: EyeCubed

Obchodný názov výrobcu ponúkaného tovaru uchádzačom: Ellex

ŠUKL: P87702

Stanovené min. požiadavky (parametre, hodnoty, vlastnosti) verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch predmetného verejného obstarávania (časť C. Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 6 Špecifikácia predmetu zákazky)					Ponuka uchádzača CMI spol. s.r.o.		Hodnotenie splnenia stanovených min. požiadaviek na predmet zákazky komisiou s právom vyhodnotenia	
					informácia o ponúkanom tovare (prístroji) uchádzačov v doklade s názvom Špecifikácia predmetu zákazky	informácia o ponúkanom tovare (prístroji) v predložených dokladoch - prospektový materiál - brožúra EyeCubed a návod na použitie EyeCubed	posúdenie informácií o ponúkanom tovare uchádzačom v dokladoch k ponúkanému tovaru komisiou (v súlade/ v nesúlade)	splnil/nesplnil
Položka č. 1 USG vrátane príslušenstva -2 kompletné zostavy		parametre						
		MJ	min.	max.				
Konzola								

Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia-USG prístroje vrátane príslušenstva pre oftalmologické vyšetrenia

1.	konzola s odnímateľnými držiakmi sond				áno	áno	Návod na použitie str.14	v súlade	splnil
2.	nožný spínač (sken štart, sken stop)				áno	áno	Návod na použitie str. 20	v súlade	splnil
3.	Širokouhlá obrazovka s vysokým rozlíšením	px	1920 x 1200			1920x1200	Prospektový materiál/brožúra str.11	v súlade	splnil
4.	Odnímateľný pevný disk				áno	áno	Návod na použitie str. 112	v súlade	splnil
Počítač									
5.	klávesnica, myš				áno	áno	Návod na použitie str. 112	v súlade	splnil
6.	zabudovaný operačný systém				áno	áno	Prospektový materiál/brožúra str.11	v súlade	splnil
7.	USB 2.0 porty	ks	2			6ks	Prospektový materiál/brožúra str.11	v súlade	splnil
8.	Viacjazyčné používateľské rozhranie (ovládanie vrátane SJ resp. ČJ)				áno	áno	Návod na použitie str. 72	v súlade	splnil
9.	Archivácia dát a schopnosť exportovať obrázky				áno	áno	Prospektový materiál/brožúra str.11	v súlade	splnil
10.	DICOM pripojiteľnosť				áno	áno	Prospektový materiál/brožúra str.11	v súlade	splnil
A sken módy									
	A-Scan axiálnej dĺžky biometrie	ks	1			1ks	Prospektový materiál/brožúra str.9	v súlade	splnil
11.	Frekvencia sondy	MHz	10			10MHz	Prospektový materiál/brožúra str.9	v súlade	splnil
12.	kalkulácia a analýza vnútroočných šošoviek (Holladay-I, SRK-T, Haigis, Hoffer-Q)				áno	áno	Prospektový materiál/brožúra str.9	v súlade	splnil
13.	rýchlosť snímkovania		50 snímkov/s			50 snímkov/s	Prospektový materiál/brožúra str.9	v súlade	splnil
14.	kontaktná alebo imerzná metóda				áno	áno	Prospektový materiál/brožúra str.9	v súlade	splnil
15.	sonda s vnútorným fixačným svetlom				áno	áno	Prospektový materiál/brožúra str.9	v súlade	splnil
16.	Hĺbka obrazu	mm	40			40 mm	Prospektový materiál/brožúra str.9	v súlade	splnil
17.	rozlíšenie	bit	8			8bit	Prospektový materiál/brožúra str.9	v súlade	splnil
18.	Automatické alebo manuálne získavanie skenov				áno	áno	Prospektový materiál/brožúra str.9	v súlade	splnil
B sken módy									

Predmet zákazky: Doplňenie prístrojového vybavenia-USG prístroje vrátane príslušenstva pre oftalmologické vyšetrenia

Zadný segment 1									
19.	Frekvencia sondy	MHZ	10			10MHz	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
20.	Rýchlosť snímania obrazu		25 snímok / s			25 snímok / s	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
21.	kapacita slučky	s	10			10s	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
22.	nastaviteľný gain	dB	27 - 90			27-90dB	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
23.	Hĺbka obrazu	mm	48			48mm	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
24.	Ohniskový rozsah	mm	15-35			15-35mm	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
25.	Ohnisková hĺbka	mm	25			25mm	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
26.	Uhol snímania	°	52 °			52°	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
UBM predný segment ks 1									
27.	Frekvencia sondy	MHz	40			40MHz	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
28.	rýchlosť snímania obrazu		13 snímok / s			13 snímok / s	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
29.	kapacita slučky	s	20			20s	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
30.	nastaviteľný gain	dB	27 - 90			27-90dB	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
31.	Hĺbka obrazu	mm	11,9			11,9mm	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
32.	Ohniskový rozsah	mm	10,5-14,5			10,5-14,5mm	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
33.	Ohnisková hĺbka	mm	12,5			12,5mm	Prospektový materiál/brožúra str.8	v súlade	splnil
Sondy									
34.	Zaostrovacia A sonda s frekvenciou min. 10 MHz a s vnútornou fixáciou pre biometrický A-Scan	2				2	Prospektový materiál/brožúra str.9- 10MHz/ zaostrovacia A sonda s vnútornou fixáciou pre biotrický A-Scan	v súlade	splnil
35.	Zaostrovacia B sonda s frekvenciou min. 10 MHz	2				2	Prospektový materiál/brožúra str.8- 10Mhz/ zaostrovacia B sonda	v súlade	splnil

Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia-USG prístroje vrátane príslušenstva pre oftalmologické vyšetrenia

36.	UBM sonda s frekvenciou min.40 MHz	2				2	Prospektový materiál/brožúra str.8- /40 MHz UBM širokohlový predný segment	v súlade	splnil
-----	------------------------------------	---	--	--	--	---	--	----------	--------

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky::

Komisia s právom vyhodnotenia ponúk konštatuje, že uchádzač **CMI spol. s r.o. , Na Slavíne 3, 82109 Bratislava, IČO: 35733853** splnil požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch a v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky v predmetnom verejnom obstarávaní.

Členovia komisie :	Podpis
MUDr. Barbora Horváthová - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Ľubomír Demský - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
MUDr. Monika Moravská - člen komisie s právom otvárania a vyhodnocovania ponúk	
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH, DPA –bez práva vyhodnocovať ponuky, procesný garant	

V Košiciach, dňa 17.04.2025

Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia-USG prístroje vrátane príslušenstva pre oftalmologické vyšetrenia