

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice

Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – 1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRazM

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

Názov skupiny dodávateľov:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:

(Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje)

Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov:

(Uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov)

Uchádzač je MSP (uchádzač uviedie do akej kategórie podnikov patrí):

MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov (Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrát a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR)

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrát a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrát neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR)

Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora:

(Uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do Registra partnerov verejného sektora)

ELMED, s.r.o.

Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen

47 043 024

2023740444

SK2023740444

Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo 38220/S

registračné číslo 2023/5-PO-G2857

malý podnik

číslo vložky 17644

Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO

Meno a priezvisko:

Telefónne číslo:

E-mail:

Ing. Ivan Dropčo

421 911 284 722

ivan.dropco@elmedzv.sk

Údaje o osobe podľa § 49 ods.5 ZVO

Meno a priezvisko:

Obchodné meno alebo názov:

Adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania:

IČO (ak je pridelené)

V: Zvolen

Dňa: 17.4.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: Ing. Ivan Dropčo, konateľ

Podpis a pečiatka uchádzača

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice

Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – 1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRazM

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obchodný názov uchádzača:

ELMED, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen

IČO:

47 043 024

DIČ:

2023740444

IČ DPH:

SK2023740444

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch vrátane ich príloh,
- som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia, potvrdenia a údaje a informácie uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé, aktuálne a úplné a zároveň vyhlasujem, že doklady/dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe a predložené v ponuke sú zhodné s originálnym vyhotovením, ktoré mám k dispozícii v listinnej podobe
- poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, uvedených v predložennom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- vyhlasujem, že s návrhom zmluvných podmienok v Prílohe č. 8 "Kúpna zmluva" bez výhrad SÚHLASÍM,
- nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
- vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile verejného obstarávateľa v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) ZVO

V: Zvolen

Dňa: 17.4.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: Ing. Ivan Dropčo, konateľ

Podpis a pečiatka uchádzača

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice

Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – 1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRazM

ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV

Obchodný názov uchádzača:

ELMED, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen

IČO:

47 043 024

DIČ:

2023740444

IČ DPH:

SK2023740444

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
 - som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
 - budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese <https://www.uvo.gov.sk/extdoc/13427> a v nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania.

V:

Zvolen

Dňa:

17.4.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: Ing. Ivan Dropčo, konateľ

Podpis a pečiatka uchádzača

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice

Predmet zákazky: Doplňenie prístrojového vybavenia – 1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRZM

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obchodný názov uchádzača:

ELMED, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen

IČO:

47 043 024

DIČ:

2023740444

IČ DPH:

SK2023740444

Týmto vyhlasujem, že:

- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V:

Zvolen

Dňa:

17.4.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: Ing. Ivan Dropčo, konateľ

Podpis a pečiatka uchádzača

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Čestné vyhlásenie uchádzača k obmedzeniam vo verejnom obstarávaní v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine

Predmet zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia –1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRazM

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K OBMEDZENIAM VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V SÚVISLOSTI S VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE – SANKCIE VOČI RUSKU

Obchodný názov uchádzača:

ELMED, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen

IČO:

47 043 024

DIČ:

2023740444

IČ DPH:

SK2023740444

Týmto čestne vyhlasujem, že:

- v spoločnosti, uchádzača nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

- (a) uchádzač ani zástupcovia jeho orgánov nie sú ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- (b) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- (c) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto Čestného vyhlásenia
- (d) subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, ktorého kapacity ako uchádzač využívam na plnenie zákazky podľa § 34 ods.3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň prehlasujem, že realizácia plnenia zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany uchádzača (úspešného) nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcii podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.

V: Zvolen

Dňa: 17.4.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: Ing. Ivan Dropčo, konateľ

Podpis a pečiatka uchádzača

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Doplňenie prístrojového vybavenia –1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM

Špecifikácia predmetu zákazky						
Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávaním definované požiadavky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky uvedie odkaz na presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde v predloženom prospektovom doklade k ponúkanému tovaru sa informácia nachádza pre účely overenia verejným obstarávaním)						
Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	parametre			spĺňa/nespĺňa	presná hodnota parametra/hodnoty / vlastnosti	Názov predloženia dokladu (u každej požiadavky/atribútu samostatne), prostredníctvom ktorého preukáže dodržanie splnenie (napr. prospektový materiál: názov / strana napr. č. 15).
	MJ	min.	max.			
Minimálne medicínske - technické požiadavky						
1. Jednorovinné angiografické zariadenie na stope montované so zameraním na intervenčnú angiografiu a onkológiu				áno		produktový list Artis Q str. 2
2. Antikolízny systém				áno		produktový list Artis Q str. 12
3. Vzdialenosť izocentra od podlaží	cm	105			108 cm	produktový list Artis Q str. 24
4. Ukladanie naprogramovaných pozícií C-ramena do panelu prístroja pre jednoduchšiu a rýchlejšiu manipuláciu so zariadením	ks	50			50	produktový list Artis Q str. 24
5. Nastavenie pozície na základe vybraného referenčného obrazu a nastavenie referenčného obrazu podľa aktuálnej pozície				áno	AUTOMAP	produktový list Artis Q str. 25
6. Bezdrôtový programovateľný nočný spínač pre ovládanie min. fluoroskopie, akvizície, nízkodávkového snímkovania a iné				áno	áno	všeobecný opis programovateľného nočného spínača produktový list Artis Q str. 34, návodové snímkovanie :
7. Možnosť motorického alebo manuálneho umiestnenia zariadenia do palivovacej polohy alebo vytočenia ramena mimo výškovaciu stĺp kvôli voľnému prístupu k pacientovi zo všetkých strán				áno	áno	produktový list Artis Q str. 21
Minimálne požiadavky na C-rameno namontované na strope						
8. Hĺbka C-ramena	cm	90			94 cm	produktový list Artis Q str. 24
9. Možnosť zmeny vzdialenosti obríska ↔ detektor	cm	min. 89,5 až 119,50 min. 89,5 až 119,50			od 90-120 cm	produktový list Artis Q str. 24
10. Rýchlosť rotácie C-ramena	°/s	50			60°/s	produktový list Artis Q str. 17, 24
11. Rotácia C-ramena LAO pre vyšetrenia tela min. pre každú pozíciu C-ramena	°	90			100°	produktový list Artis Q str. 24
12. Rotácia C-ramena RAO pre vyšetrenia tela min. pre každú pozíciu C-ramena	°	90			100°	produktový list Artis Q str. 24
13. Rozsah pohybu C-ramena do šikmých projekcií	°	180			330°	produktový list Artis Q str. 24
14. Pohyb C-ramena musí byť umožnený pozdĺž celého pacienta, musí byť možné nastaviť akúkoľvek pozíciu v longitudinálnom smere	cm	rozsah pohybu C-ramena longitudinálne min. 260			266 cm	produktový list Artis Q str. 24
15. Možnosť vizualizácie uhla C-ramena na monitore vo výškovacej miestnosti				áno	áno	manuál na obsluhu Artis, časť large display na veľkom monitore je časť o vizualizáciu nazvaná asistent a v tejto časti sa dajú zobrazit informácie ako napr. aj uhol C-ramena, manuál str. 219-221
Minimálne požiadavky na generátor						
16. Výstupný výkon generátora, maximálny výkon generátora	kW	100			100 kW	produktový list Artis Q str. 10

17.	Maximálny sliagafický púd	mA	1000			spíňa	1000 mA	produktový list Artis Qstr.10
18.	Maximálny púd pulznej fluoroskopie	mA	250			spíňa	250 mA	produktový list Artis Qstr.10
19.	Rozsah sliagafického napätia	kV	min od 40-125			spíňa	40-125 kV	produktový list Artis Qstr.10
20.	Maximálny kontinuálny výkon časovo počas doby, ktorý je v súlade s legislatívou o radiačnej ochrane	W	2500			spíňa	3500W	produktový list Artis Qstr.10
21.	Rozsah frekvencií generátora pulznej sklopky v rozsahu	pulzov/s	min. od 0,5 do min. 30			spíňa	0,5-100 p/s	produktový list Artis Qstr.10
Minimálne požiadavky na RTG lampu								
22.	Vysokoodrádkový mriežkou spínaný RTG žiariv s anódou uloženou v ložiskách so spirálovou diažkou s tekutým kovom				áno	spíňa	áno GIGALIX 125/40/40/90 - G (k delektoru as40HDR)	produktový list Artis Qstr.9
23.	Počet ohnísk	ks	2			spíňa	3 ks	produktový list Artis Qstr.9
24.	Veľkosť mriežky ohnísk	mm		max. 0,4		spíňa	0,3 a 0,4 mm	produktový list Artis Qstr.9
25.	Najväčší púd RTG žiariva pri pulznej sklopke pre malé ohnísko	mA	140			spíňa	250 mA pre 0,4 mm	produktový list Artis Qstr.9
26.	Veľkosť veľkého ohnísk	mm		max. 1		spíňa	0,9 mm	produktový list Artis Qstr.9
27.	Maximálna tepelná kapacita anódy	MHU	4			spíňa	5,2 MHU	produktový list Artis Qstr.9
28.	Čistková tepelná kapacita	MHU	6,5			spíňa	7,3 MHU	produktový list Artis Qstr.9
29.	Chladiaci výkon žiariva	MHU/min	1,2			spíňa	1,42 MHU/min	produktový list Artis Qstr.9
30.	Integrovaná mriežka pre spínanie pulznej fluoroskopie (grid-switch) pre odstavenie náklých zložiek žiariva				áno	spíňa	áno	produktový list Artis Qstr.9
31.	Max. kontinuálna fluoroskopická záťaženia röntgenky pre čas viac ako min. 20 min.	W	3000			spíňa	4000 W pre 20 minút, pre viac ako 30 minút až 3500 W	produktový list Artis Qstr.9
Minimálne požiadavky na detektor								
32.	Materiál scintilátora		CsI			spíňa	CsI	produktový list Artis Qstr.12
33.	Aktívna plocha detektora	cm	38x29			spíňa	38,2 x 29,3 cm - Detektor as40HDR+	produktový list Artis Qstr.12
34.	Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke	bit	16			spíňa	16 bit	produktový list Artis Qstr.12
35.	Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel)	µm		max.154		spíňa	154µm	produktový list Artis Qstr.12
36.	Výbavosť antiozpyňová mriežka	-	áno			spíňa	áno	produktový list Artis Qstr.12
37.	Rýchlosť 3D snímokovania s conebeam technológiou	ob/s	60			spíňa	75 obr/s	produktový list Artis Qstr.17
38.	Automatické synchronizované odčítanie citu a detektora pri ľubovoľných pohyboch Camenu pri nastaveniach širokých alebo úzkych škálnych projekcií aj pri objektoch, ktoré nie sú paralelné s osou vyšetřovacieho stola (napr. pri radiačnom prístupe alebo pri vyšetřenej úložnej dosky pacienta okolo vertikálnej osi) kvôli zobrazeniu vyšetřovacieho objektu vždy vertikálne na obrazovke, čímto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu.				áno/hie - nie nevyučuje	spíňa	áno	produktový list Artis Qstr.13
39.	Ovládacie prvky na odčítanie seškov, nastavenie sklonu C ramena a posuvu C ramena v pozdĺžnom smere priamo na detektore				áno/hie - nie nevyučuje	spíňa	áno membránové klávesy	manuál Artis Qstr. 110, 125, 126
Minimálne požiadavky na pacientský stôl								
40.	Karizračný stôl s „glavícou“ úložnou doskou s možnosťou odčítania - pivo v rozsahu	°	240			spíňa	±120 ° ±240	produktový list Artis Qstr.26, 27
41.	Nastaviteľná výška stolu v rozsahu	cm	min. v rozsahu 79 do 104			spíňa	77,5cm až 110 cm	produktový list Artis Qstr.26
42.	Dĺžka pacientskej dosky stola prispôbenej na angiografiu a onkologickú intervenciu	cm	220			spíňa	228,6 cm	produktový list Artis Qstr.27
43.	Šírka pacientskej dosky stola	cm	45			spíňa	45 cm	produktový list Artis Qstr.27
44.	Longitudálny pohyb pacientskej dosky stola	cm	120			spíňa	125 cm	produktový list Artis Qstr.26
45.	Transverzálny pohyb pacientskej dosky stola	cm	35			spíňa	±17,5 cm ± 35	produktový list Artis Qstr.26
46.	Náklon pacientského stola	°	30			spíňa	± 15° ± 30	produktový list Artis Qstr.26
47.	Softvér na zachovanie priebehu počas náklonu pacientského stola				áno	spíňa	IsoTilt	produktový list Artis Qstr.5
48.	Maximálne dovolené zaťaženie stola vrátane doplnkov	kg	325			spíňa	340 kg	produktový list Artis Qstr.26
49.	Fixačné pomôcky pre fixovanie pacienta				áno	spíňa	áno	produktový list Artis Qstr.37
50.	Úložná doska, ktorú je možné pripnúť na stôl pre odčítanie sporebného materiálu a nástrojov				áno	spíňa	áno	produktový list Artis Qstr.37
51.	Dotiak pre podporu ramena pri prístupe z radiačnej alebo bachilnej lepy				áno	spíňa	áno	produktový list Artis Qstr.37

52.	Stojan infúzií s rozťahovateľným rámom a držiak káblov k stolu					áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 37
53.	Špeciálny EKG kábel pre ich pripojenie na pacientsky stôl					áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 37
Minimálne požiadavky na technológiu na redukciu dávky									
54.	Integrovaný DAP meter					áno	spĺňa	áno CAREwath	produktový list Artis Q str. 20
55.	Zobrazenie kumulatívnej dávky prebiehajúcej počas zákroku na monitore					áno	spĺňa	áno CAREwath	produktový list Artis Q str. 20
56.	Nastavenie prahovej hodnoty dávky, pričom pri jej prekročení zariadenie audiovizuálne upozorní na jej prekročenie					áno	spĺňa	áno CAREguard	produktový list Artis Q str. 21
57.	Zabudovaný laserový marker					áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 13
58.	Automatické nastavenie parametrov na základe angulácie					áno	spĺňa	áno Automatické riadenie expozície	produktový list Artis Q str. 21
59.	Automatická optimalizácia dávky pomocou riadenia niekoľkých parametrov súčasne: napätie a prúd röntgenovej trubice, spektrálna filtrácia, dĺžka pulzu a ohrievanie, pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C-ramena, vzdialenosť objektu od detektora a žiarenie a dĺžka a hustota vyšetřovateľného orgánu					áno	spĺňa	áno Automatické riadenie expozície	produktový list Artis Q str. 21
60.	Nízko-dávkové protokoly pre akvizíciu a/alebo módu (uvádzané aj v oficiálnom produktovom liste výrobcu)					áno	spĺňa	áno - Problémy s nízkou dávkou syngo DynaCT	produktový list Artis Q str. 21
61.	Nízko-dávkové 3D protokoly, dosiahnuté pre 3D snímkovanie deli (uvádzané aj v oficiálnom produktovom liste výrobcu)					áno	spĺňa	áno CAREvision 0.5; 1.0; 2.0; 3.0 p/s	produktový list Artis Q str. 20
62.	Pužná skúška so zníženou pulznou frekvenciou min. 0,5 až 3 p/s					áno	spĺňa	áno CAREreport	produktový list Artis Q str. 21
63.	Tvorba štruktúrnych reportov vo formáte DICOM o dávke pacienta					áno	spĺňa	áno CAREprofile	produktový list Artis Q str. 20
64.	Nastavenie primárnych a podtransparenčných cív bez žiarenia na poslednom zapažovanom obraze - LIT bez žiarenia					áno	spĺňa	áno CAREposhion	produktový list Artis Q str. 20
65.	Nastavenie polohy vyšetřovaného objektu na stole na základe posledného snímku (LIT) pomocou grafických značiek, bez použitia fluoroskopie, sledovanie skutočnej polohy RTG zvätku voči vyšetřovateľnému stolu, bez nutnosti použitia fluoroskopie					áno	spĺňa	áno CAREposhion	produktový list Artis Q str. 20
Technológia pre vylepšenie kvality obrazu									
66.	Automatické spracovanie a kompenzácia pixel shift počas Roadmap a DSA založené na detekcii pohybu v reálnom čase					áno	spĺňa	áno CLEARmatch	produktový list Artis Q str. 16
67.	Softvérové vylepšenie pre čínné potlačenie šumu v obraze a zlepšenie ostrosti aj pri akvizícii s nízkou dávkou v reálnom čase					áno	spĺňa	áno CLEARview	produktový list Artis Q str. 19
68.	Zvýraznenie hran objektov v reálnom čase					áno	spĺňa	áno CLEARresel	produktový list Artis Q str. 19
69.	Automatická analýza samostatných pikselov v reálnom čase pre dosiahnutie vyššieho kontrastu pri vizualizácii ciev a jemných štruktúr v reálnom čase					áno	spĺňa	áno CLEARresel	produktový list Artis Q str. 19
70.	Detekcia jemných štruktúr a kompenzácia pohybových artefaktov v reálnom čase					áno	spĺňa	áno CLEARmotion	produktový list Artis Q str. 19
71.	Automatické zvýšenie kvality snímok aj pri obzorných pacientoch v reálnom čase					áno	spĺňa	áno ClearPulse	produktový list Artis Q str. 9
72.	Automatická úprava obrazu pre zvýšenie homogenity obrazu na základe histogramovej analýzy v reálnom čase					áno	spĺňa	áno CLEARcontrol	produktový list Artis Q str. 19
73.	Softvér na redukciu pohybových artefaktov počas fluoroskopie					áno	spĺňa	áno CLEARmotion	produktový list Artis Q str. 19
74.	Softvér na zlepšenie kvality obrazu Roadmap s možnosťou využitia vopred nasmerovaných DSA obrazov					áno	spĺňa	áno CLEARmap	produktový list Artis Q str. 14
Softvérová výbava zariadenia po celú dobu životnosti zariadenia									
75.	Softvér pre kvalitatívnu vektúrnú analýzu (m.h. meranie plánu ciev, meranie stenby, automatická detekcia stenby, kalibrácia)					áno	spĺňa	QVA	produktový list Artis Q str. 22
76.	DSA s kontinuálnym alebo krokovým posunom C-ramena alebo posunom šliachovej desky v reálnom čase					áno	spĺňa	áno posunom C-ramena	produktový list Artis Q str. 18
77.	DSA - subtrakčná rotačná angiografia v reálnom čase					áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 15
78.	DR - rotačná rotačná angiografia					áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 15
79.	3D roadmapping, vrátane funkcie pre prekrývanie živého a referenčného obrazu na jednom obrazovom zdroji spolu s možnosťou využitia iných obrazových zdrojov z CT a MR modali					áno	spĺňa	syngo 3D Roadmap, syngo Adjust 3D Roadmap	produktový list syngo X workplace str. 9
80.	Funkcia 3D Roadmap s automatickým aktualizovaním v reálnom čase v prípade zmeny polohy C-ramena, stola, zväčšenia					áno	spĺňa	syngo 3D Roadmap	produktový list syngo X workplace str. 9
81.	3D rotačná angiografia					áno	spĺňa	áno syngo DynaCT	produktový list Artis Q str. 17

83.	3D snímokovanie s vysokým kontrastom pre snímky podobné CT snímkom, zobrazovanie 3D-obrázov s technológiou CBCT (Cone beam computed tomography) s vysokokontrastným rozlíšením, znázornenie obrazu v MPR, MIP, VRT				áno	spĺňa	áno syngo DynaCT	produktový list Aris Q str.17
84.	SW pre automatickú detekciu cieľov vyvíjajúcich tumor pre celenú embolizáciu pečene. Cieľový ston musí byť možné manuálne meniť, cievy pridávať alebo mazať.				áno	spĺňa	syngo Embolization Guidance	produktový list syngo X workplace str. 20
85.	SW na segmentáciu a výpočet objemu tumoru pre správny výpočet množstva chemoembolizačnej látky. Segmentovaný lúziu musí byť možné slúžovať so živým fluoroskopickým obrazom.				áno	spĺňa	syngo Embolization Guidance	produktový list syngo X workplace str. 20
86.	2D perfúzia s farebnou odlišnosťou prietoku krvi s vykonaním farebnej odlišnosti napajami objemu krvi				áno	spĺňa	syngo iFlow	produktový list syngo X workplace str. 13
87.	Telová perfúzia 3D – súvisí na funkčné znázornenie prekrvenia časti tela v 3D farebnou odlišnosťou napajami objemu krvi.				áno	spĺňa	syngo DynaFHV Body	produktový list syngo X workplace str. 12
88.	Integrované softvérové vybavenie pre automatickú 2D/3D aj 3D/3D lúziu obrazu z angiografického zariadenia s tými modalitami (napr. CT, MR, PET)				áno	spĺňa	syngo 3D/3D Fusion, syngo 2D/3D Fusion	produktový list syngo X workplace str. 16
89.	Solvér pre 3D plánovanie a navigáciu ihly, pri percutánných intervenciách, ktorý podporuje registráciu vstupných dát z angiografického prístroja, CT, MR alebo PET-CT. Dynamické sledovanie ihly vo fluoroskopickom móde so súčasným preukázaním toho živeho obrazu a plánovanou dráhou ihly. Registrácia plánovanej dráhy ihly na základe individuálnej anatomickej pacienta so 6 stupňami voľnosti.				áno	spĺňa	syngo Needle Guidance	produktový list syngo X workplace str. 20
90.	Dualno zobrazovanie 3D objektov. Solvér na rozlíšenie 2 rovnakých kontrastných anatomických štruktúr napr. tumorov a ich vyvíjajúcich cieľov pomocou rekortňukčného algoritmu kombinujúceho anatomický obraz a obraz cieľov s kontrastom.				áno	spĺňa	syngo DualVolume	produktový list syngo X workplace str. 10
91.	Ovládanie pokročilých 3D aplikácií priamo od výstrovacieho stola.				áno	spĺňa	áno	produktový list Aris Q str.34
92.	Ukáženie a prehliadanie dynamických fluoroskopických snímok				áno	spĺňa	áno	produktový list Aris Q str.14
93.	Pripojenie k počítačovej sieťi a plná funkčnosť s PACS a NIS				áno	spĺňa	neuvádzame v produktovom liste	
94.	Export a import snímok, resp. súčiek a štúdií elektronicky po drôtovej sieťi z PACS-u. Export snímok a rekonštrukcií do PACS-u z ovládača a aj vyhodnocovacej konzoly				áno	spĺňa	neuvádzame v produktovom liste	
95.	Obrazová záznamová kapacita pre maticu min. 1024x1024/12 bit	obrazov	25000			spĺňa	25000	produktový list Aris Q str.19
Minimálne vybavenie výstrovacej miestnosti								
96.	min. 1ks medicínsky LCD HD farebný monitor s technológiou IPS s uhlopriečkou min. 55" s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m2, kontrast min. 1000:1 s možnosťou pripojenia min. 8 externých video vstupov				áno	spĺňa	áno 55", 3840 x 2160, 400 cd/m2 typická svietivosť, 1000:1 kontrast, 9 vstupov	produktový list Aris Q str.29
97.	Ochrana obrazovky veľkého displeja				áno	spĺňa	áno	produktový list Aris Q str.37
98.	Radičná ochrana upravená na stropnom závese - ochranný štít z oloveného skla na dĺžku a výšku nastaviteľnom stropnom závese				áno	spĺňa	áno	produktový list Aris Q str.37
99.	Operačné LED svetlidlá inštalované na nastaviteľnom kĺbovom stropnom závese, so svietivosťou	LUX	70000			spĺňa	áno	produktový list Aris Q str.37
100.	Radičné ochrany upravené z boku stola				áno	spĺňa	áno	produktový list Aris Q str.37
101.	Objsmeťme dozornú kameru zariadenie INTERCOM alebo ekvivalent				áno	spĺňa	áno	produktový list Aris Q str.37
102.	Kľúčový zdrojový zdroj elektrickej energie pre možnosť pokračovania prevádzky systému vrátane radcovej stlačopie min. 10 min				áno	spĺňa	áno	produktový list Aris Q str.37
103.	Ovládaci panel alebo dotykový displej s joystickom, umiestnený na diagnostickom stole s možnosťou umiestniť ho vpravo alebo vľavo podľa potreby poslať obsluhu pre ovládanie systémových funkcií, funkcií zobrazovacieho systému a funkcií vybraných prídavných zariadení				áno	spĺňa	áno	produktový list Aris Q str.34
Minimálne požiadavky na vybavenie ovládača								
104.	Min. 1 display s uhlopriečkou min. 30" s typickou svietivosťou min. 400 cd/m2 s natívnym formátom minimálne 2560x1600 alebo 2x display s uhlopriečkou min. 27" s typickou svietivosťou min. 400 cd/m2 s natívnym formátom minimálne 2560x1600 alebo 2 x display s min. uhlopriečkou 24" s natívnym formátom min. 1900x1024				áno	spĺňa	áno Aris Cockpit 1x30" display s rozlíšením 2560x1600 s typickou svietivosťou 400 cd/m2	produktový list Aris Q str.33
105.	Display v ovládacej miestnosti musí vedieť zobrazovať min.8 externých zdrojov, ktoré je možné ovládať min.1 kľúčovnicou a myšou z ovládača				áno	spĺňa	áno Aris Cockpit 9 zdrojov	produktový list Aris Q str.33

106.	Duálne ovládanie systému z obsluhovne					áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.34
107.	Sekundárny ovládaci panel v ovládaci pre kontiulu pohybov Cramera a kolimátora					áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.34
108.	Sekundárne ovládacie výšetrovacieho stola z ovládaca					áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.34
109.	Sekundárny káblový rozptyľ v ovládaci pre spúšťanie snímkovania					áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.34
110.	Sekundárny ovládanie pre ovládanie obrazového systému, výber operačných programov a post- procesingových aplikácií z inštalovanej ovládaca					áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.34

POZNÁMKA: v prípade požiadaviek uvedených ako hodnota stanovená verejným obstarávateľom áno/hie - nie nevylučuje, verejný obstarávateľ informuje, že v prípade, ak uchádzač daný požiadavku nespĺňa - ponuka nebude vylúčená.

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Uchádzač: **ELMED, s.r.o.**

Sídlo uchádzača: Nerešnická cesta 13, 960 01 Zvolen

IČO: 47 043 024

DIČ: 2023740444

IČ DPH: SK2023740444

V: Zvolen

Dňa: 17.4.2025

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplni uchádzač

Ing. Ivan Drozd, konateľ
Podpis a pečiatka uchádzača

Venovaný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
 Název predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia - 1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA (kalkulácia ceny)

Por. č.	Název položky	Menná jednotka (MJ)	Počet MJ	Ochodný názov ponúkaného tovaru	Název výrobcu ponúkaného tovaru	Katalógové číslo	Kód ŠJKL	Jednotková cena za 1 MJ				Celková cena za počet MJ			
								v EUR bez DPH	Sažba DPH v %	Výška DPH v EUR	v EUR s DPH	v EUR bez DPH	Sažba DPH v %	Výška DPH v EUR	v EUR s DPH
1.	1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva	komplet	1	Artis Q	Siemens Healthcare GmbH	x	P94110	895000,00	23%	205850,00	1100850,00	895000,00	23%	205850,00	1100850,00

Kritérium na vyhodnotenie ponúk - celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky (najnižšia cena)

Informatívny rozpis ceny prístroja vrátane príslušenstva

Por. č.	Název položky	Menná jednotka (MJ)	Počet MJ	Ochodný názov ponúkaného tovaru	Název výrobcu ponúkaného tovaru	Katalógové číslo	Kód ŠJKL	Jednotková cena za 1 MJ				Celková cena za počet MJ			
								v EUR bez DPH	Sažba DPH v %	Výška DPH v EUR	v EUR s DPH	v EUR bez DPH	Sažba DPH v %	Výška DPH v EUR	v EUR s DPH
1.	1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva		1	Artis Q	Siemens Healthcare GmbH	x	P94110	892000,00	23%	205160,00	1097160,00	892000,00	23%	205160,00	1097160,00
2.	Dodanie technologického priestorového usporiadania prístroja / návrh technickej prípravenosti miesta dodania	ks	1	x	x	x	x	1500,00	23%	345,00	1845,00	1500,00	23%	345,00	1845,00
3.	Dodanie technologického projektu k stavebným úpravám	ks	1	x	x	x	x	1500,00	23%	345,00	1845,00	1500,00	23%	345,00	1845,00

Ochodné meno:

ELMED, s.r.o.

Sídlo: Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen

IČO: 47 043 024

DIČ: 2023740444

IČ DPH: SK2023740444

podpis:

meno: Ing. Ivan Droščo

pracovná pozícia: konateľ

pečiatka:

V Zvolen, dňa 17.4.2025

☐ doplní uchádzač

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

- 1. Kupujúci :** **Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice**
v zastúpení: MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, MPH, riaditeľ
sídlo: Rastislavova 43, 041 90 Košice, SR
IČO: 00 606 707
DIČ: 2021141969
IČ DPH: SK2021141969
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
IBAN: SK 06 8180 0000 0070 0028 0550
SWIFT: SPSRSKBA
Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18. 12. 1990
(ďalej len „kupujúci“)

- 2. Predávajúci :** **ELMED, s.r.o.**
v zastúpení: Ing. Ivan Dropčo, konateľ
sídlo: Neresnícka cesta 13, 960 01, Zvolen
IČO: 47 043 024
DIČ: 2023740444
IČ DPH: SK2023740444
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN : SK46 0900 0000 0051 5836 4018
SWIFT : GIBASKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel:Sro, Vložka č. 38220/S
(ďalej len „predávajúci“)

Čl. II. Úvodné ustanovenia

- Kupujúci v rámci plnenia svojich úloh obstaráva tovar postupom stanoveným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (**ďalej len „zák. č. 343/2015 Z. z.“**).
- Túto zmluvu uzatvára Kupujúci ako verejný obstarávateľ s Predávajúcim, ktorý je úspešným uchádzačom ako výsledok verejného obstarávania postupom zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 ods. 7 písm. b/ zák. č. 343/2015 Z. z. realizovanej prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania JOSEPHINE zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 58/2025 zo dňa 21.03.2025 pod. zn., 5441-MST na predmet zákazky s názvom **„Doplnenie prístrojového vybavenia 1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRazM“ (ďalej len „verejné obstarávanie“)** v súlade s ponukou predávajúceho zo dňa 17.04.2025
Interné evidenčné číslo verejného obstarávania Kupujúceho : UNLP-2025-25-NZ-POO
- Kupujúci je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený disponovať s tovarom v zmysle tejto zmluvy.
- Zákazka, ktorá je predmetom plnenia tejto zmluvy bude hradená z finančných prostriedkov, ktoré kupujúci ako verejný obstarávateľ dostal na základe **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti**, uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mechanizme“), **číslo zmluvy : 943/2024 zo dňa 17.12.2024**, ktorá bola uzatvorená medzi kupujúcim ako Prijímateľom a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ako

Vykonávateľom, (ďalej len „Zmluva o poskytnutí prostriedkov“, príslušnom gramatickom tvare).

Zmluva o poskytnutí prostriedkov bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 07.01.2025 link <https://www.crz.gov.sk/zmluva/10257083/>

Predmetom plnenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov :

Názov a kód výzvy : Nová sieť nemocníc – zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti – doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc, kód výzvy : 11I02-21-V11

Názov projektu : **Doplnenie prístrojového vybavenia –Doplnenie prístrojového vybavenia-RTG angiografický systém – 1rovinový,**

Kód projektu : 11I02-21-V11-000177

Názov investície /reformy : Investícia 2_Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie, Názov komponentu : 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť.

Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov:800 000,00 € bez DPH (slovom : osemstotisíc euro). Zákazka bude hradená z finančných prostriedkov podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov a čiastočne hradená aj z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa – kupujúceho, ak táto povinnosť, vzhľadom na maximálnu výšku poskytnutých finančných prostriedkov obdržaných podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov, vznikne kupujúcemu po uzatvorení tejto zmluvy.

Čl. III. Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa bodu 2. tohto článku a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu podľa tejto zmluvy.
2. **Tovarom** pre účely tejto zmluvy je **1 (jeden) kus 1-rovinového angiografického systému vrátane príslušenstva pre KRazM** ktorého technická špecifikácia je uvedená **v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „tovar“).**
3. **Dodanie tovaru zahŕňa :** dodanie/dopravu tovaru do miesta plnenia, vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidácia obalov, v ktorých bol tovar dodaný, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy, kompletizácia a odborná inštalácia tovaru s následným odskúšaním, vykonaním prvej úradnej skúšky (preberacej skúšky) a uvedením do prevádzky , odskúšanie funkčnosti všetkých min. stanovených parametrov, hodnôt a vlastností tovaru (ak je to relevantné) a prevádzky schopnosti tovaru, odborné zaškolenie zamestnancov kupujúceho na obsluhu a bežnú údržbu tovaru v nevyhnutnom rozsahu, dodanie užívateľskej dokumentácie k tovaru potrebnej pre riadne používanie tovaru na určený účel v súlade so všetkými právnymi predpismi SR a to najmä : Užívateľskej príručky v slovenskom jazyku / Návod na použitie/obsluhu prístroja v slovenskom jazyku, prospektový materiál s popisom technických vlastností tovaru, Vyhlásenie o zhode, CE Certifikát úradne preložený do slovenského jazyka, záručný list, doklad potvrdzujúci pridelenie ŠUKL kódu, poskytovanie autorizovaného záručného servisu počas celej záručnej doby a vykonávanie všetkých preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi SR a predpísané výrobcom na tovar počas celej záručnej doby.
4. Tovar sa dodáva za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti kupujúcim.
5. Porušenie povinností uvedených v tomto článku je považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

Čl. IV. Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa článku III. bod 2. a bod 3. tejto zmluvy kupujúcemu **do 90 kalendárnych dní** odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Konkrétny termín dodania tovaru (len v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 14,30 hod.) oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej 10 (desať) pracovných dní vopred, a to písomne na e-mailovú adresu : ozt@unlp.sk a projektove@unlp.sk a zároveň telefonicky na tel. č. +421 55 6153079, +421 55 6153194.
2. Miestom dodania tovaru je pracovisko kupujúceho **a to Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, areál pracovísk kupujúceho Tr. SNP 1,040 11, Košice.**
3. Predávajúci sa zaväzuje do 30 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy dodať kompletný dokument, t. j. návrh priestorového umiestnenia tovaru, špecifikáciu požadovanej technickej pripravenosti miesta dodania a technologického projektu k potrebným stavebným úpravám

vypracovaný tak, aby kupujúci na základe tohto dokumentu dokázal pripraviť miesto inštalácie tovaru.

4. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, nový, nepoužívaný, nerepasovaný, nevystavovaný, v bezchybnom stave, schválený na dovoz a predaj v rámci Slovenskej republiky resp. v rámci Európskej únie, ktorý vyhovuje platným medzinárodným normám, STN, ktorý zodpovedá všetkým platným právnym predpisom na území SR, v originálnom balení a kompletný v rozsahu podľa čl. III. bod 2 a bod 3. tejto zmluvy.
5. Dodanie tovaru do miesta dodania potvrdzuje kupujúci písomne, a to podpísaním preberacieho protokolu/dodacieho listu. V Preberacom protokole/dodacom liste sa potvrdzuje druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť dodaného tovaru podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. V prípade zistenia väd tovaru pri jeho prevzatí je kupujúci oprávnený tovar neprevziať.
6. Osobou oprávnenou na prevzatie tovaru za kupujúceho (oprávnený na podpísanie Preberacieho protokolu/dodacieho listu) je: určený zamestnanec Oddelenia zdravotníckej techniky, e-mail adresa: ozt@unlp.sk, tel. č. + 421 55 6153079, + 421 55 6153194.
7. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo sa vady mohli zistiť.
8. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak technické a funkčné parametre dodaného tovaru nezodpovedajú špecifikácii tovaru uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Dodaný tovar musí byť zhodný s jeho špecifikáciou v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je obsahom zhodná so špecifikáciou tovaru uvedenou v ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní.
9. O inštalácii, odskúšaní a uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné strany Inštalачný protokol. Inštalачný protokol sa samostatne nevyhotovuje, ak predávajúci tovar inštaluje ihneď pri jeho dodaní a Inštalачný protokol je súčasťou Preberacieho protokolu.
10. Zaškolenie zamestnancov kupujúceho o obsluhu a údržbe tovaru je predávajúci povinný realizovať pri uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania, najneskôr však do 3 (troch) kalendárnych dní od dňa dodania tovaru do miesta dodania. O zaškolení spíšu zmluvné strany Protokol o zaškolení, s uvedením menného zoznamu zaškolených osôb; zaškolenie potvrdzujú zaškolené osoby svojim podpisom na protokole o zaškolení.
11. Predávajúci je povinný tovar nainštalovať a uviesť do prevádzky najneskôr do 7 (sedem) kalendárnych dní odo dňa jeho dodania kupujúcemu do miesta dodania podľa bodu 2. tohto článku. Predávajúci je povinný dodať a nainštalovať tovar na miesto dodania tovaru na vlastné náklady. Kupujúci je povinný, najneskôr ku dňu dodania tovaru do miesta dodania, pripraviť miesto dodania tak, aby predávajúci mohol riadne a včas nainštalovať, odskúšať a uviesť tovar do prevádzky a poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.
12. Predávajúci je povinný spolu s tovarom dodať kupujúcemu aj príslušnú dokumentáciu k tovaru.
13. Splnením dodávky predávajúcim sa rozumie dodanie tovaru predávajúcim v súlade s touto zmluvou a špecifikáciou tovaru podľa Prílohy č. 1. tejto zmluvy, predloženie príslušnej dokumentácie, podpísanie Preberacieho protokolu/dodacieho listu, Inštalачného protokolu a Protokolu o zaškolení.
14. Kupujúci je povinný, najneskôr ku dňu dodania tovaru do miesta dodania, pripraviť miesto dodania tak, aby predávajúci mohol riadne a včas nainštalovať, odskúšať a uviesť tovar do prevádzky. Po realizácii technickej pripravenosti podľa požiadavky predávajúceho, je predávajúci povinný v Inštalачnom protokole písomne potvrdiť, že technická pripravenosť miesta inštalácie zodpovedá jeho požiadavkám a je vhodná pre inštaláciu tovaru.
15. Porušenie povinností uvedených v tomto článku je považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.

Čl. V. Doba platnosti zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. na jeden obchodný prípad, odo dňa účinnosti tejto zmluvy do doby splnenia dodávky podľa čl. IV. bod 12. tejto zmluvy, okrem ustanovení tejto zmluvy, ktoré upravujú právne vzťahy zmluvných strán aj po splnení dodávky podľa čl. IV. bod 12. tejto zmluvy.
2. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť:
a/ písomnou dohodou zmluvných strán,
b/ odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve.

4. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporučené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta.
5. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov:
 - a/ ak predávajúci nedodá tovar v súlade s touto zmluvou (čl. IV. bod 12. tejto zmluvy),
 - b/ ak kupujúci po dodaní tovaru alebo po predložení príslušnej dokumentácie k tovaru nadobudne dôvodnú pochybnosť o tom, že tovar zodpovedá špecifikácií uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy alebo dôvodnú pochybnosť o dôveryhodnosti, správnosti alebo pravdivosti predloženej príslušnej dokumentácii k tovaru.
 - c/ ak predávajúci poruší zmluvu podstatným spôsobom podľa ustanovení tejto zmluvy,
 - d/ ak predávajúci písomne oznámi, že nie je schopný dodať tovar za podmienok uvedených v tejto zmluve alebo že z akéhokoľvek dôvodu tovar podľa tejto zmluvy nedodá,
 - e/ ak predávajúci poskytne nepravdivé vyhlásenie alebo zavádzajúce informácie vzťahujúce sa na tovar alebo osobu predávajúceho.
6. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak :
 - a/ príslušný orgán štátnej správy/ministerstvo, ktoré má ako poskytovateľ finančných prostriedkov realizovať jej financovanie neposkytol finančné prostriedky z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu na realizáciu tejto zákazky alebo už poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu tejto zákazky verejnému obstarávateľovi - kupujúcemu odňal.
 - b/ výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania predmetu zmluvy alebo kupujúci nesúhlasil s výškou finančnej opravy alebo nespĺnil podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa Zmluvy o poskytnutí prostriedkov.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy z dôvodov, ktoré sú uvedené v tomto bode, nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na akékoľvek finančné plnenie, majetkové sankcie ani náhradu škody.

Čl. VI. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena tovaru je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, takto :

Kúpna cena za dodaný tovar podľa tejto zmluvy je 895 000,00 € bez DPH, slovom: Osemstodeväťdesiatpäť eur a nula centov.

K uvedenej kúpnej cene sa pripočítava DPH v sadzbe a výške podľa právnych predpisov SR platných v čase dodania tovaru. Cenová kalkulácia tovaru je **Prílohou č. 2 tejto zmluvy.**
2. Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový, nepoužívaný, nerepasovaný, nevystavovaný, kompletný a funkčne bezchybný tovar. V uvedenej celkovej kúpnej cene podľa bodu 1. tohto článku je zahrnuté: cena tovaru, clo, dopravné náklady, náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov o obsluhu a údržbe tovaru, príslušná dokumentácia, opravy, servis a údržba tovaru, vrátane náhradných dielov a ďalších nákladov s tým spojených počas celej záručnej doby a všetky ostatné finančné náklady spojené s dodaním tovaru kupujúcemu.
3. Právo na zaplatenie celkovej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov spôsobom uvedeným v čl. IV. bod 12. tejto zmluvy. Kupujúci neposkytne predávajúcemu na plnenie tejto zmluvy žiadne preddavky, ani zálohu.
4. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa tohto článku na základe faktúry vystavenej predávajúcim bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho podľa čl. I. bod 2. tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
5. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru kupujúcemu do 15 dní od dňa riadneho dodania tovaru podľa čl. IV. bod 12. tejto zmluvy, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný a to v 5 (piatich) originálnych vyhotoveniach.
6. **Faktúra musí obsahovať** okrem náležitostí podľa platných právnych predpisov SR v čase fakturácie, aj názov a kód projektu, tak ako sú uvedené v čl. II. bod 5 tejto zmluvy. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť predávajúcemu. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju kupujúcemu.

Prílohou faktúry musí byť : dodací list, Preberací protokol, Inšalačný protokol, Protokol o skúšobnej prevádzke, Protokol o zaškolení, fotodokumentácia dodaného tovaru (elektronicky).

7. Vlastnícke právo k tovaru nadobudne kupujúci až úplným zaplatením celkovej kúpnej ceny podľa tohto článku.
8. Za deň úhrady celkovej kúpnej ceny sa považuje deň jej odpísania z účtu kupujúceho.

Čl. VII. Reklamácia tovaru, vady tovaru, zodpovednosť za vady

1. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, ktorá bola predávajúcim stanovená na najmenej 24 mesiacov; táto záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho splnenia dodávky podľa čl. IV. bod 12. tejto zmluvy. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú tovar nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu vady.
2. V záručnej dobe je predávajúci povinný poskytovať bezplatný autorizovaný záručný servis, najmä :
 - a/ bezplatne odstrániť všetky vady dodaného tovaru, t. j. uviesť tovar do stavu plnej prevádzky a využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
 - b/ zabezpečovať bezplatnú údržbu a opravy tovaru, vrátane bezplatnej dodávky a výmeny potrebných náhradných dielov a súčiastok, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
 - c/ vykonávať pravidelné technické kontroly a servisné prehliadky vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu vrátane elektrických revízií, najmenej však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu/servisnú prehliadku je predávajúci povinný vykonať najviac jeden mesiac pred koncom záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky nezavinené kupujúcim,
 - d/ vykonať validáciu, kalibráciu tovaru a bezpečnostnú technickú kontrolu s periodicitou podľa odporúčaní výrobcu tovaru, najmenej však 1-krát ročne, ak validáciu, kalibráciu, bezpečnostnú technickú kontrolu tovar vyžaduje,
 - e/ vykonanie štandardných vylepšení prístrojov odporúčaných a predpísaných výrobcom prístrojov, vrátane vykonania servisných aktualizácií tzv. servisný update softwarového vybavenia prístrojov,
 - f/ vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnými právnymi predpismi a aplikovateľnými normami,
 - g/ v rámci autorizovaného záručného servisu predávajúci zabezpečuje bezplatné vykonanie servisných prác (servisné hodiny) a dojazdy servisného technika do miesta inštalácie prístrojov,
 - h/ vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú vo servisného plánu výrobcu prístrojov, ak takáto oprava je nevyhnutná na zabezpečenie prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady tovaru počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady tovaru, vrátane, nie však len, všetkých prác spojených s opravami tovaru, dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu tovaru, poradenskej starostlivosti o inštalovaný tovar, dodávky funkčného príslušenstva k tovaru, ktorého nefunkčnosť nie je zavinená kupujúcim.
4. Záruka na tovar podľa tohto článku platí za predpokladu, že kupujúci tovar používa a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií obsiahnutých v príslušnej dokumentácii k tovaru.
5. Počas záručnej doby je servisný technik predávajúceho povinný **nastúpiť na odstránenie vady** v mieste inštalácie tovaru do 24 hodín od nahlásenia vady na tovare. Dni pracovného pokoja (t. j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
6. Predávajúci je povinný počas záručnej doby **odstrániť vady** v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu podľa bodu 5. tohto článku:
 - a) oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu do 48 hodín,
 - b) oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 72 hodín, najneskôr však do jeden stošesťdesiatosem (168) hodín, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika predávajúceho do miesta inštalácie tovaru, je predávajúci oprávnený zabezpečiť odstránenie vady / poruchy pomocou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na prístroji. Dni pracovného pokoja (t. j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú. Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a obsluhou zamestnancami kupujúceho..

7. Kupujúci sa zaväzuje, že vady tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady tovaru za kupujúceho oznámi predávajúcemu oprávnená osoba kupujúceho. Osobou oprávnenou za kupujúceho reklamovať tovar a žiadať odstránenie vady počas záručnej doby je určený zamestnanec Oddelenia zdravotníckej techniky, e-mail adresa: ozt.servis@unlp.sk, tel. č. +421 55 615 31 95.
8. Kupujúci je povinný vady tovaru nahlásiť predávajúcemu písomne na e-mail adresu: usc-sie.sk@siemens-healthineers.com. Za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy predávajúcim.
9. Predávajúci je povinný zabezpečovať autorizovaný záručný servis len odborne kvalifikovanými vyškolenými osobami v súlade so známymi a najnovšími poznatkami výrobcu prístrojov.
10. Autorizovaný záručný servis vykonáva/zabezpečuje predávajúci na mieste inštalácie prístroja, v prípade, že je vhodnejšie vykonať tento autorizovaný záručný servis na inom mieste (napr. na pracovisku predávajúceho), odvoz prístroja sa vykoná na náklady predávajúceho pri poskytnutí súčinnosti kupujúceho.
11. Predávajúci prehlasuje, že garantuje dodanie všetkých náhradných dielov na ním dodaný tovar počas najmenej 10 (desiatich) rokov odo dňa inštalácie tovaru.
12. Predávajúci je povinný počas doby nefunkčnosti tovaru z dôvodu jeho opravy zabezpečiť/poskytnúť/ dodať kupujúcemu na čas vykonania opravy a plného sfunkčnenia tovaru náhradný tovar, ktorý je svojimi technickými parametrami zhodný s tovarom.
13. Zmluvné strany nezodpovedajú za neplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Tá zmluvná strana, ktorá, ktorá sa odvoláva na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od dňa vzniku tejto okolnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu zmluvných podmienok tejto zmluvy, pričom je povinná existenciu tejto okolnosti riadne preukázať. Pokiaľ sa zmluvné strany na úprave/zmene zmluvy nedohodnú je zmluvná strana, ktorá sa dovoláva okolnosti vylučujúce zodpovednosť oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť.

Čl. VIII. Majetkové sankcie

1. V prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. IV. tejto zmluvy zo strany predávajúceho je kupujúci oprávnený vyúčtovať a predávajúci je povinný zaplatiť za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných podmienok zmluvnú pokutu vo výške 5 % z kúpnej ceny bez DPH za tovar nedodaný podľa zmluvných podmienok uvedených v čl. IV tejto zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.
2. V prípade porušenie povinnosti kupujúceho podľa čl. VI. bod 4 tejto zmluvy t.j. neuhradenie faktúry v lehote splatnosti je predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov SR. Úroky z omeškania sú splatné v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
3. V prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. VII. tejto zmluvy, okrem bodu 13., zo strany predávajúceho je kupujúci oprávnený vyúčtovať a predávajúci je povinný zaplatiť za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných podmienok zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 €, slovom: jedentisíc euro. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.
4. V prípade nedodržania podmienok plnenia uvedených v čl. VII. bod 13. tejto zmluvy zo strany predávajúceho je kupujúci oprávnený vyúčtovať a predávajúci je povinný zaplatiť za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných podmienok zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 €, slovom: jedentisíc euro. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci poruší povinnosti uvedené v čl. IX. bod 2. a/alebo 3. tejto zmluvy je povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny bez DPH, ktorá ako pohľadávka bola predmetom postúpenia alebo iného právneho úkonu, ktorým došlo k zmene v osobe veriteľa. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak predávajúci poruší povinnosti uvedené v čl. IX. bod 11. tejto zmluvy je povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 €, slovom: jedentisíc euro, za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvných povinností. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.

7. Uplatnením majetkových sankcií podľa tohto článku nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinností, na ktorú sa vzťahuje majetková sankcia; majetková sankcia sa nezapočíta na náhradu škody.

Čl. IX. Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávok predávajúcim bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Porušenie povinností uvedené v tomto bode je považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že nevykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka, žiadny právny úkon, ktorým by bola alebo ktorého dôsledkom by bola alebo mohla byť zmena v osobe predávajúceho ako veriteľa, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne, pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojim veriteľom a to vo vzťahu k pohľadávkam, vrátane príslušenstva, ktoré ku dňu platnosti tejto zmluvy existujú a ktoré v budúcnosti vzniknú z ich akéhokoľvek vzájomného zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi a kupujúcemu ako dlžníkovi. Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek právny úkon predávajúceho ako veriteľa vedúci k zmene v osobe veriteľa je bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka absolútne neplatný. Súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Porušenie povinností uvedené v tomto bode je považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
4. Predávajúci sa zaväzuje, že
 - a/ nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy;
 - b/ všetky informácie a písomné dokumenty, ktoré budú na základe tejto Zmluvy vypracované, bude považovať za dôverné, a to bez časového obmedzenia aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy;
 - c/ informácie a podklady poskytnuté kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie predmetu tejto Zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto Zmluvy,
 - d/ bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto zmluvou alebo získaných pri plnení tejto zmluvy, a tieto informácie nebude zverejňovať, ani žiadnym spôsobom rozširovať.
5. Predávajúci nie je oprávnený previesť alebo postúpiť práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Postúpenie práv a povinností bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.
6. Predávajúci je povinný, v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečiť ochranu osobných údajov osôb, ktoré kupujúci pri svojej činnosti spracúva a s ktorými môže prísť predávajúci, zamestnanci predávajúceho a tretie osoby vo vzťahu k predávajúcemu, do styku pri vykonávaní činnosti podľa tejto zmluvy. Predávajúci je povinný poučiť o povinnosti mlčanlivosti zamestnancov predávajúceho a všetky tretie osoby, ktoré v mene predávajúceho budú vykonávať činnosti alebo sa akýmkoľvek spôsobom budú zúčastňovať na plnení tejto zmluvy predávajúcim.
7. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/ v súvislosti s plnením tejto zmluvy (dodávkou tovaru), kedykoľvek počas platnosti **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov**, oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť týmto oprávneným osobám riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie povinností uvedené v tomto bode je považované za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. Oprávnenými osobami sú oprávnené osoby podľa **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov**.
8. Kontaktná osoba predávajúceho pre účely plnenia tejto zmluvy je: Ing. Ivan Dropčo, tel. kontakt: 0911284722, e-mail adresa: ivan.dropco@elmedzv.sk
9. Kontaktná osoba kupujúceho pre účely plnenia tejto zmluvy je
 - a/ určený zamestnanec Oddelenia zdravotníckej techniky, e-mail adresa: ozt@unlp.sk, tel. č.: + 421 55 6153079, + 421 55 6153194.
 - b/

10. Predávajúci berie na vedomie a akceptuje, že
- a/ kupujúci zverejní túto zmluvu (ako aj jej dodatky) ako povinne zverejňovanú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade so zák. č. 546/2010 Z. z.,
 - b/ predmet plnenia tejto zmluvy bude financovaný kupujúcim prostredníctvom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti podľa čl. II. bod 5 tejto zmluvy,
 - c/ na plnenie tejto zmluvy sa vzťahujú ustanovenia **Zmluvy o poskytnutí prostriedkov** uvedenej v čl. II. bod 5 tejto zmluvy, a prehlasuje, že sa s obsahom uvedenej zmluvy oboznámil a zaväzuje sa plniť podmienky Zmluvy o poskytnutí prostriedkov, v postavení dodávateľa vzťahujúce sa na alebo v súvislosti s plnením tejto zmluvy.
11. Predávajúci je oprávnený zabezpečiť časť plnenia predmetu tejto zmluvy prostredníctvom svojich **subdodávateľov**, pričom predávajúci:
- a/ je povinný plnenie tejto zmluvy zadať len subdodávateľovi uvedenému v **Prílohe č. 3 tejto zmluvy** s rozsahom jeho plnenia uvedeným vo verejnom obstarávaní;
 - b/ garantuje spôsobilosť každého zo subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, pre plnenie predmetu tejto zmluvy;
 - c/ zodpovedá za celé a riadne plnenie tejto zmluvy počas celej doby platnosti tejto zmluvy a to bez ohľadu na to, či predávajúci použil na plnenie predmetu zmluvy subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť a nemá žiadne povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy voči subdodávateľom predávajúceho.
 - d/ je povinný v prípade zmeny subdodávateľa alebo v prípade doplnenia nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto Zmluva týka písomne oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala;
 - e/ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom predložiť kupujúcemu aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí obsahovať minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet a presný rozsah subdodávky, predpokladaný podiel plnenia zadávaný subdodávateľovi vo vzťahu k celému rozsahu plnenia a osobu oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia). Zoznam subdodávateľov je uvedený Prílohe č. 3 tejto Zmluvy.
- Na zmenu v zozname subdodávateľov t.j. zmenu Prílohy č. 3 tejto zmluvy sa vyžaduje uzatvorenie dodatku k tejto Zmluve. Porušenie povinností predávajúceho uvedených v tomto bode sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
- Predávajúci zodpovedá za plnenie tejto zmluvy alebo jej časti subdodávateľom tak, akoby plnenie zmluvy realizoval sám (osobne).
12. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením tejto zmluvy vznikla povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), je ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcou a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Ak sa na subdodávateľov predávajúceho vzťahuje povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle ZoRPVS, predávajúci je povinný zabezpečiť plnenie tejto povinnosti všetkými subdodávateľmi. V prípade, ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu niektorého zo subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora, je predávajúci povinný bezodkladne ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom tohto subdodávateľa.

Čl. X. Riadenie bezpečnostných incidentov

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o vzniku bezpečnostného incidentu a stupňa závažnosti, alebo bezpečnostnej udalosti spojenej s predmetom tejto zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. Zmluvné strany sú povinné oznámiť vznik bezpečnostného incidentu na e-mailovú adresu:
 - a) kupujúci: incident@unlp.sk
 - b) predávajúci:
2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť incidenty najmä odozvou alebo inou reakciou na incident, ohraničením incidentu a jeho dopadov, nápravou následkov incidentu, asistenciou pri riešení incidentu na mieste, reakciou na incident a podporou reakcií na incident (ďalej len „reaktívne opatrenie“).
3. Pri riešení incidentov sú zmluvné strany povinné na žiadosť druhej zmluvnej strany spolupracovať s Národným bezpečnostným úradom a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a na tento účel im poskytnúť potrebnú súčinnosť a všetky informácie získané z vlastnej činnosti podľa tejto zmluvy alebo inak, ktoré by mohli byť dôležité pre riešenie incidentu.

4. Predávajúci sa zaväzuje v čase incidentu zabezpečiť dôkaz alebo dôkazný prostriedok tak, aby mohol byť použitý v trestnom konaní a poskytnúť ho kupujúcemu.
5. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť Kupujúcemu všetky skutočnosti, že v súvislosti s incidentom mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu.
6. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne oznámiť a preukázať kupujúcemu vykonanie reaktívneho opatrenia a jeho výsledok.
7. Po vyriešení incidentu je predávajúci na výzvu kupujúceho v určenej lehote povinný predložiť kupujúcemu návrh opatrení na zabránenie ďalšieho pokračovania, šírenia a opakovaného výskytu incidentu (ďalej len „ochranné opatrenia“) na schválenie.
8. Ak predávajúci nenavrhne ochranné opatrenie v určenej lehote, alebo ak je navrhované ochranné opatrenie zjavne neúspešné, je predávajúci povinný spolupracovať s kupujúcim na jeho návrhu.
9. Po schválení ochranného opatrenia kupujúcim, je predávajúci povinný ochranné opatrenie bez zbytočného odkladu vykonať. Po vykonaní ochranného opatrenia predávajúcim, je predávajúci povinný preveriť jeho účinnosť.
10. Predávajúci sa zaväzuje prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia minimálne v rozsahu podľa §§ 8, 11, 12, 13, 15 a 17 Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení; tak, aby boli naplnené ciele zmluvy a zachovaná požadovaná úroveň kybernetickej bezpečnosti vzhľadom na aktuálne bezpečnostné riziká

Čl. XI. Záverečné ustanovenia

1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore s ust. zák. č. 343/2015 Z. z.
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiaci právnymi predpismi SR.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorého jedno vyhotovenie dostane predávajúci a tri vyhotovenia kupujúci.
4. Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje predchádzať korupcií v súvislosti s príslušnou transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcim z tejto zmluvy a to v súlade s Prílohou č. 5 tejto zmluvy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1. - Technická špecifikácia tovaru,
Príloha č. 2. - Cenová kalkulácia tovaru
Príloha č. 3. - Zoznam subdodávateľov.
Príloha č.4 - Kontaktné údaje Servisného strediska resp. kontaktné informácie o servisných linkách v prípade väd tovaru
Príloha č. 5 - Protikorupčná doložka

V Košiciach, dňa:

Kupujúci :

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD, MPH, riaditeľ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

V Zvolen, dňa: 17.04.2025

Predávajúci:

Ing. Ivan Dropčo, konateľ
ELMED, s.r.o.

Príloha č. 1 - Technická špecifikácia tovaru
Predmet plnenia – tovar: Doplnenie prístrojového vybavenia – 1 rovinový prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM
Evidenčné číslo verejného obstarávania kupujúceho : UNLP-2025-25-NZ-POO

Špecifikácia predmetu zákazky								
Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky				Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde v predloženom prospektovom doklade k ponúkanému tovaru sa informácia nachádza pre účely overenia verejným obstarávateľom)				
		parametre			spĺňa/nespĺňa	presná hodnota parametra/hodnoty/ vlastnosti	Názov predloženého dokladu (u každej požiadavky/atribútu samostatne), prostredníctvom ktorého preukazuje dodávateľ splnenie (napr. prospektový materiál- názov / strana napr.č.15).	
		MJ	min.	max.				presne
Minimálne medicínsko - technické požiadavky								
1.	Jednorovinné angiografické zariadenie na strope montované so zameraním na intervenčnú angiografiu a onkológiu					áno	spĺňa	produktový list Artis Q str.2
2.	Antikolízny systém					áno	spĺňa	produktový list Artis Q str.12
3.	Vzdialenosť izocentra od podlahy			cm	105		spĺňa	produktový list Artis Q str.24
4.	Ukladanie naprogramovaných pozícií Cramena do pamäte prístroja pre jednoduchšiu a rýchlejšiu manipuláciu so zariadením			ks	50		spĺňa	produktový list Artis Q str.24
5.	Nastavenie pozície na základe vybraného referenčného obrazu a nastavenie referenčného obrazu podľa aktuálnej pozície					áno	spĺňa	produktový list Artis Q str.25
6.	Bezdrôtový programovateľný nožný spínač pre ovládanie min. fluoroskopie, akvizície, nízkodávkového snímkovania a iné					áno	spĺňa	všeobecný opis programovateľného nožného spínača,produktový list

																	Artis Q str.34, nízkodávkové snímkovanie : produktový list Artis Q str.21
7.	Možnosť motorického a/alebo manuálneho umiestnenia zariadenia do parkovacej polohy alebo vytočenia ramena mimo vyšetrovací stôl kvôli voľnému prístupu k pacientovi zo všetkých strán							áno	spĺňa	áno							produktový list Artis Q str.5
Minimálne požiadavky na C-rameno namontované na strope																	
8.	Hĺbka C-ramena				cm	90			spĺňa	94 cm							produktový list Artis Q str.24
9.	Možnosť zmeny vzdialenosti ohnisko ↔ detektor				cm	min. 90 až 120 min. 89,5 až 119,50			spĺňa	od 90-120 cm							produktový list Artis Q str.24
10.	Rýchlosť rotácie C-ramena				°/s	50			spĺňa	60°/s							produktový list Artis Q str.17, 24
11.	Rotácia C-ramena LAO pre vyšetrenia tela min. pre každú pozíciu C ramena				°	90			spĺňa	100°							produktový list Artis Q str.24
12.	Rotácia C-ramena RAO pre vyšetrenia tela min. pre každú pozíciu C ramena				°	90			spĺňa	100°							produktový list Artis Q str.24
13.	Rozsah pohybu C-ramena do šikmých projekcií				°	180			spĺňa	330°							produktový list Artis Q str.24
14.	Pohyb C-ramena musí byť umožnený pozíciou celého pacienta, musí byť možné nastaviť akúkoľvek pozíciu v longitudinálnom smere				cm	rozsah pohybu C-ramena longitudinálne min. 260			spĺňa	266 cm							produktový list Artis Q str.24
15.	Možnosť vizualizácie uhla C-ramena na monitore vo vyšetrovacej miestnosti							áno	spĺňa	áno							manuál na obsluhu Artis, časť large display : naveskom monitore je časť obrazovky nazvaná asistent a v tejto časti sa dajú zobrazíť informácie ako napr. aj uhol C-ramena, manuál str. 219-221
Minimálne požiadavky na generátor																	
16.	Vysokofrekvenčný generátor, maximálny výkon generátora				kW	100			spĺňa	100 kW							produktový list Artis Q str.10

17.	Maximálny skiagrafičný prúd	mA	1000			spĺňa	1000 mA	produktový list Artis Q str. 10
18.	Maximálny prúd pulznej fluoroskopie	mA	250			spĺňa	250 mA	produktový list Artis Q str. 10
19.	Rozsah skiagrafičného napätia	kV	min. od 40-125			spĺňa	40-125 kV	produktový list Artis Q str. 10
20.	Maximálny kontinuálny výkon časovo počas doby, ktorý je v súlade s legislatívou o radiačnej ochrane	W	2500			spĺňa	3500W	produktový list Artis Q str. 10
21.	Rozsah frekvencií generátora pulznej skiaskopie v rozsahu	pulzov/s	min. od 0,5 do min. 30			spĺňa	0,5-100 p/s	produktový list Artis Q str. 10
Minimálne požiadavky na RTG lampu								
22.	Vysokoobrátkový mriežkou spínaný RTG žiarič s anódou uloženou v ložiskách so špirálovou drážkou s tekutým kovom				áno	spĺňa	áno GGALIX 125/30/40/90 - G (k detektoru as40HDR)	produktový list Artis Q str. 9
23.	Počet ohnisk	ks	2			spĺňa	3 ks	produktový list Artis Q str. 9
24.	Veľkosť malého ohniska	mm		max. 0,4		spĺňa	0,3 a 0,4 mm	produktový list Artis Q str. 9
25.	Najväčší prúd RTG žiariča pri pulznej skiaskopii pre malé ohnisko	mA	140			spĺňa	250 mA pre 0,4 mm	produktový list Artis Q str. 9
26.	Veľkosť veľkého ohniska	mm		max. 1		spĺňa	0,9 mm	produktový list Artis Q str. 9
27.	Maximálna tepelná kapacita anódy	MHU	4			spĺňa	5,2 MHU	produktový list Artis Q str. 9
28.	Celková tepelná kapacita	MHU	6,5			spĺňa	7,3 MHU	produktový list Artis Q str. 9
29.	Chladiaci výkon žiariča	MHU/min	1,2			spĺňa	1,52 MHU/min	produktový list Artis Q str. 9
30.	Integrovaná mriežka pre spínanie pulznej fluoroskopie (grid-switch) pre odstránenie mäkkých zložiek žiarenia				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 9
31.	Max. kontinuálne fluoroskopické zaťaženie röntgenky pre čas viac ako min. 20 min.	W	3000			spĺňa	4000 W pre 20 minút, pre viac ako 30 minút až 3500 W	produktový list Artis Q str. 9
Minimálne požiadavky na detektor								
32.	Materiál scintilátora		CsI			spĺňa	CsI	produktový list Artis Q str. 12
33.	Aktívna plocha detektora	cm	38x29			spĺňa	38,2 x 29,3 cm - Detektor as40HDR+	produktový list Artis Q str. 12

34.	Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke	bit	16			spĺňa	16 bit	produktový list Artis Q str. 12
35.	Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel)	µm		max. 154		spĺňa	154 µm	produktový list Artis Q str. 12
36.	Vyberateľná antirozpílyová mriežka	-	áno			spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 12
37.	Rýchlosť 3D snímokovania s conebeam technológiou	obr/s	60			spĺňa	75 obr/s	produktový list Artis Q str. 17
38.	Automatické synchrónne otáčanie clón a detektora pri ľubovoľných pohyboch C ramena, pri nastaveniach šikmých alebo dvojíťch šikmých projekcií aj pri objektoch, ktoré nie sú paralelné s osou vyšetrovacieho stola (napr. pri radiálnom prístupe alebo pri vytočenej úložnej dosky pacienta okolo vertikálnej osi) kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke, týmto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu.				áno/nie - nie nevylučuje	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 13
39.	Ovládacie prvky na otáčanie detektoru, nastavenie sklonu C ramena a posuvu C ramena v pozdĺžnom smere priamo na detektore				áno/nie - nie nevylučuje	spĺňa	áno membránové klávesy	manuál Artis Q str. 110, 125, 126
Minimálne požiadavky na patientsky stôl								
40.	Katetrizálny stôl s „plávajúcou“ úložnou doskou s možnosťou otáčania – pivoť v rozsahu	°	240			spĺňa	± 120° = 240	produktový list Artis Q str. 26, 27
41.	Nastaviteľná výška stôlu v rozsahu	cm	min. v rozsahu 79 do 104			spĺňa	77,5 cm až 110 cm	produktový list Artis Q str. 26
42.	Dĺžka patientskej dosky stola prispôbenej na angiografiu a onkologické intervencie	cm	220			spĺňa	228,6 cm	produktový list Artis Q str. 27
43.	Šírka patientskej dosky stola	cm	45			spĺňa	45 cm	produktový list Artis Q str. 27
44.	Longitudálny pohyb patientskej dosky stola	cm	120			spĺňa	125 cm	produktový list Artis Q str. 26
45.	Transverzálny pohyb patientskej dosky stola	cm	35			spĺňa	± 17,5 cm = 35	produktový list Artis Q str. 26
46.	Náklon patientskeho stola	°	30			spĺňa	± 15° = 30	produktový list Artis Q str. 26
47.	Softvér na zachovanie projekcie počas náklonu patientskeho stola				áno	spĺňa	IsoTilt	produktový list Artis Q str. 5
48.	Maximálne dovolené zaťaženie stola vrátane doplnkov	kg	325			spĺňa	340 kg	produktový list Artis Q str. 26

49.	Fixačné pomôcky pre fixovanie pacienta				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 37
50.	Uložná doska, ktorú je možné pripnúť na stôl pre odkladanie spotrebného materiálu a nástrojov				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 37
51.	Držiak pre podporu ramena pri prístupe z radiálnej alebo brachiálnej tepny				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 37
52.	Stojan infúzných roztokov a držiak káblov k stolu				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 37
53.	Štípe/držiaky EKG káblov pre ich pripnutie na pacientisky stôl				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 37
Minimálne požiadavky na technológiu na redukcii dávky								
54.	Integrovaný DAP meter				áno	spĺňa	áno CAREwatch	produktový list Artis Q str. 20
55.	Zobrazenie kumulatívnej dávky priebežne počas zákroku na monitore				áno	spĺňa	áno CAREwatch	produktový list Artis Q str. 20
56.	Nastavenie prahovej hodnoty dávky, pričom pri jej prekročení zariadenie audiovizuálne upozorní na jej prekročenie				áno	spĺňa	áno CAREguard	produktový list Artis Q str. 21
57.	Zabudovaný laserový marker				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 13
58.	Automatické nastavenie parametrov na základe angulácie				áno	spĺňa	áno Automatické riadenie expozície	produktový list Artis Q str. 21
59.	Automatická optimalizácia dávky pomocou riadenia niekoľkých parametrov súčasne: napätie a prúd röntgenového žiarenia, spektrálna filtrácia, dĺžka pulzu a ohnisko, pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C ramena, vzdialenosť objektu od detektora a žiarivka a denzita vyšetřovaného orgánu				áno	spĺňa	áno Automatické riadenie expozície	produktový list Artis Q str. 21
60.	Nízkozávkové protokoly pre akvizíciu aj fluoro mód (uvedené aj v oficiálnom produktovom liste výrobcu)				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 21
61.	Nízkozávkové 3D protokoly, dedikované pre 3D snímkovanie detí (uvedené aj v oficiálnom produktovom liste výrobcu)				áno	spĺňa	áno - Protokoly s nízkou dávkou syngo DynaCT	produktový list Artis Q str. 21
62.	Pulzná skiaskopía so zníženou pulznou frekvenciou min. 0,5 až 3 p/s				áno	spĺňa	áno CAREvision 0.5; 1.0; 2.0; 3.0 p/s;	produktový list Artis Q str. 20
63.	Tvorba štrukturovaných reportov vo formáte DICOM o dávke pacienta				áno	spĺňa	áno CAREreport	produktový list Artis Q str. 21

64.	Nastavenie primárnych a polotransparentných dón bez žiarenia na poslednom zapamätanom obraze -LIH bez žiarenia				áno	spĺňa	áno CAREprofile	produktový list Artis Q str.20
65.	Nastavenie polohy vyšetřovaného objektu na stole na základe posledného snímku (LIH) pomocou grafických značiek, bez použitia fluoroskopie, sledovanie skutočnej polohy RTG zväzku voči vyšetřovaciemu stolu, bez nutnosti použitia fluoroskopie				áno	spĺňa	áno CAREposition	produktový list Artis Q str.20
Technológie pre vylepšenie kvality obrazu								
66.	Automatické spracovanie a kompenzácia pixel shift počas Roadmap a DSA založené na detekcii pohybu v reálnom čase				áno	spĺňa	áno CLEARmatch	produktový list Artis Q str.16
67.	Softvérové vybavenie pre účinné potlačenie šumu v obraze a zlepšenie ostrosti aj pri akvizícii s nízkou dávkou v reálnom čase				áno	spĺňa	áno CLEARview	produktový list Artis Q str.19
68.	Zvýraznenie hran objektov v reálnom čase				áno	spĺňa	áno CLEARvessel	produktový list Artis Q str.19
69.	Automatická analýza samostatných pixelov v reálnom čase pre dosiahnutie vyššieho kontrastu pri vizualizácii ciev a jemných štruktúr v reálnom čase				áno	spĺňa	áno CLEARvessel	produktový list Artis Q str.19
70.	Detekcia jemných štruktúr a kompenzácia pohybových artefaktov v reálnom čase				áno	spĺňa	áno CLEARmotion	produktový list Artis Q str.19
71.	Automatické zvýšenie kvality snímok aj pri obéznych pacientoch v reálnom čase				áno	spĺňa	áno ClearPulse	produktový list Artis Q str.9
72.	Automatická úprava obrazu pre zvýšenie homogenity obrazu na základe histogramovej analýzy v reálnom čase				áno	spĺňa	áno CLEARcontrol	produktový list Artis Q str.19
73.	Softvér na redukciu pohybových artefaktov počas fluoroskopie				áno	spĺňa	áno CLEARmotion	produktový list Artis Q str.19
74.	Softvér na zlepšenie kvality obrazu Roadmap s možnosťou využitia vopred nasnímaných DSA obrazov				áno	spĺňa	áno CLEARmap	produktový list Artis Q str.14
Softvérová výbava zariadenia po celú dobu životnosti zariadenia								
75.	Software pre kvantitatívnu vaskulárnu analýzu (min. meranie priemeru ciev, meranie stenózy, automatická detekcia stenóz, kalibrácia)				áno	spĺňa	Q/A	produktový list Artis Q str.22
76.	DSA s kontinuálnym alebo krokovým posunom C ramena alebo posunom úložnej dosky v reálnom čase				áno	spĺňa	áno posunom Cramena	produktový list Artis Q str.18
77.	DSA - subtrahčná rotačná angiografia v reálnom čase				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.15

78.	DR – natívna rotačná angiografia				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str. 15
79.	3D roadmaping, vrátane funkcie pre prekrytie živého a referenčného obrazu na jednom obrazovom zdroji spolu s možnosťou využitia iných obrazových zdrojov z CT a MR modalít				áno	spĺňa	syngo 3D Roadmap, syngo Adjust 3D Roadmap	produktový list syngo X workplace str. 9
80.	Funkcia 3D Roadmap s automatickým aktualizovaním v reálnom čase v prípade zmeny polohy C-ramena, stola, zväčšenia				áno	spĺňa	syngo 3D Roadmap	produktový list syngo X workplace str. 9
81.	3D rotačná angiografia				áno	spĺňa	áno syngo DynaCT	produktový list Artis Q str. 17
83.	3D snímkovanie s vysokým kontrastom pre snímky podobné CT snímkom, zobrazenie 3D-objemov s technológiou CBCT (Cone beam computed tomography) s vysokokontrastným rozlíšením, záznamenie obrazu v MPR, MIP, VRT				áno	spĺňa	áno syngo DynaCT	produktový list Artis Q str. 17
84.	SW pre automatickú detekciu diev vyžijúcich tumor pre cieľnú embolizáciu pečene. Cievy stron musí byť možné manuálne meniť- cievy pridávať alebo mazať.				áno	spĺňa	syngo Embolization Guidance	produktový list syngo X workplace str. 20
85.	SW na segmentáciu a výpočet objemu tumoru pre správny výpočet množstva chemoembolizačnej látky. Segmentovanú léziu musí byť možné sfúzať so živým fluoroskopickým obrazom.				áno	spĺňa	syngo Embolization Guidance	produktový list syngo X workplace str. 20
86.	2D perfúzia s farebné odlíšenými prietokmi krvi s vytvorením farebne odlíšenými mapami objemu krvi				áno	spĺňa	syngo iFlow	produktový list syngo X workplace str. 13
87.	Telová perfúzia 3D – softvér na funkčné záznamenie prekrvenia časti tela v 3D farebne odlíšenými mapami objemu krvi.				áno	spĺňa	syngo DynaPBV Body	produktový list syngo X workplace str. 12
88.	Integrované softvérové vybavenie pre automatickú 2D/3D aj 3D/3D fúziu obrazu z angiografického zariadenia s inými modalitami (napr. CT, MR, PET)				áno	spĺňa	syngo 3D/3D Fusion, syngo 2D/3D Fusion	produktový list syngo X workplace str. 16
89.	Softvér pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri perkutánných intervenciách, ktorý podporuje registráciu vstupných dát z angiografického prístroja, CT, MR alebo PET-CT. Dynamické sledovanie ihly vo fluoroskopickom móde so súčasným prekrytím tohto živého obrazu s plánovanou dráhou ihly. Registrácia plánovanej dráhy ihly na základe individuálnej anatómie pacienta so 6 stupňami voľnosti.				áno	spĺňa	syngo Needle Guidance	produktový list syngo X workplace str. 20

90.	Duálne zobrazenie 3D objektov. Softvér na rozlíšenie 2 rovnakých kontrastných anatomických štruktúr napr. tumorov a ich vyživujúcich ciev pomocou rekonštruktívneho algoritmu kombinujúceho anatomický obraz a obraz ciev s kontrastom.			áno	spĺňa	syngo DualVolume	produktový list syngo X workplace str. 10
91.	Ovládanie pokročilých 3D aplikácií priamo od výšetrovacieho stola.			áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.34
92.	Ukladanie a prehrávanie dynamických fluoroskopických snímok			áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.14
93.	Pripojenie k počítačovej sieti a plna funkčnosť s PACS a NIS			áno	spĺňa	áno	neuvádzame v produktovom liste
94.	Export a import snímok, resp. snímok a štúdií elektronicky po dátovej sieti z PACS-u. Export snímok a rekonštrukcií do PACS-u z ovládacej a aj vyhodnocovacej konzoly			áno	spĺňa	áno	neuvádzame v produktovom liste
95.	Obrazová záznamová kapacita pre maticu min. 1024x1024/12 bit	obrazov	25000		spĺňa	25000	produktový list Artis Q str.19
Minimálne vybavenie výšetrovacej miestnosti							
96.	min. 1ks medicínsky LCD HD farebný monitor s technológiou IPS s uhlopriečkou min. 55" s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svietivosť min. 400 cd/m2, kontrast min. 1000:1 s možnosťou pripojenia min. 8 externých video vstupov			áno	spĺňa	áno 55", 3840 x 2160, 400 cd/m2 typická svietivosť, 1000:1 kontrast, 9 vstupov	produktový list Artis Q str.29
97.	Ochrana obrazovky veľkého displeja			áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.37
98.	Radiačná ochrana upevnená na stropnom závese - ochranný štít z oloveného skla na otočnom a výškovo nastaviteľnom stropnom závese			áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.37
99.	Operačné LED svetidlo inštalované na nastaviteľnom klbovom stropnom závese, so svietivosťou	LUX	70000		spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.37
100.	Radiačná ochrana upevnená z boku stola				spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.37
101.	Obojsmerné dorozumievacie zariadenie INTERCOM alebo ekvivalent			áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.37
102.	Krátkodobý záložný zdroj elektrickej energie pre možnosť pokračovania prevádzky systému vrátane núdzovej skúskopie min. 10 min			áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.37

103.	Ovládací panel alebo dotykový displej s joyistikom, umiestnený na diagnostickom stole s možnosťou umiestniť ho vpravo alebo vľavo podľa postavenia obsluhy pre ovládanie systémových funkcií, funkcií zobrazovacieho systému a funkcií vybraných prídavných zariadení				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.34
Minimálne požiadavky na vybavenie ovládača								
104.	Min. 1 display s uhlopriečkou min. 30" s typickou svietivosťou min. 400 cd/m2 s natívnym formátom minimálne 2560x1600 alebo 2xdisplay s uhlopriečkou min. 27" s typickou svietivosťou min. 400 cd/m2 s natívnym formátom minimálne 2560x1600 alebo 2 x display s min. uhlopriečkou 24" s natívnym formátom min. 1980x1024				áno	spĺňa	áno Artis Cockpit: 1x30" display s rozlíšením 2560x1600 s typickou svietivosťou 400 cd/m2	produktový list Artis Q str.33
105.	Display v ovládacej miestnosti musí vedieť zobrazit min.8 externých zdrojov, ktoré je možné ovládať min.1 klávesnicou a myšou z ovládača				áno	spĺňa	áno Artis Cockpit 9 zdrojov	produktový list Artis Q str.33
106.	Dualné ovládanie systému z obsluhovne				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.34
107.	Sekundárny ovládací panel v ovládaci pre kontrolu pohybov C-ramena a kolimátora				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.34
108.	Sekundárne ovládanie vyšetrovacieho stola z ovládača				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.34
109.	Sekundárny káblový nožný spínač v ovládaci pre spustenie snímkovania				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.34
110.	Sekundárny ovládanie pre ovládanie obrazového systému, výber orgánových programov a post-processngových aplikácií z miestnosti ovládača				áno	spĺňa	áno	produktový list Artis Q str.34

V Zvolen, dňa 17.04.2025

Predávajúci :

 IC

Ing. Ivan Dropčo, konateľ

Príloha č. 2 – Cenová kalkulácia tovaru
Predmet plnenia – tovar: Doplnenie prístrojového vybavenia – 1-rovinový prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM
Evidenčné číslo verejného obstarávania kupujúceho : UNLP-2025-25-NZ-POO

Por. č.	Názov položky	Merná jednotka (MJ)	Počet MJ	Obchodný názov ponúkaného tovaru	Názov výrobcu ponúkaného tovaru	Katalógové číslo	Kód ŠUKL	Jednotková cena za 1 MJ				Celková cena za počet MJ			
								v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	v EUR s DPH	v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	Výška DPH v EUR	v EUR s DPH
1.	1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva	komplet	1	Artis Q	Siemens Healthcare GmbH	x	P94110	895000,00	23%	205850,00	1100850,00	895000,00	23%	205850,00	1100850,00

V Zvolen, dňa 17.04.2025

Predávajúci :

Ing. Ivan Dropčo, konateľ

Príloha č. 3. Zoznam subdodávateľov

Predmet plnenia – tovar: Doplnenie prístrojového vybavenia – 1rovinový prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM

Evidenčné číslo verejného obstarávania kupujúceho : UNLP-2025-25-NZ-POO

Subdodávateľ č. 1. *:

a/	Obchodné meno	Siemens Healthcare s.r.o.,
b/	Sídlo	Lamačská cesta 3/B 841 04 Bratislava,
c/	IČO	48146676
d/	Predmet subdodávky	Artis Q
e/	Presný rozsah subdodávky	Artis Q
f/	Percentuálny podiel tejto subdodávky z celkového plnenia zmluvy	99%
g/	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa	Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Adresa pobytu: Lamačská cesta 3/B 841 04 Bratislava Dátum narodenia: 20.7.1964, Tel. kontakt: 0911682500 E-mail adresa: vladimir.solik@siemens-healthineers.com
h/	Iné	

* Pokiaľ predávajúci bude zabezpečovať plnenie tejto zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov (čl. IX. bod 11. tejto zmluvy) vpíše všetky požadované údaje do tabuliek vyššie.

**V prípade, že predávajúci plnenie tejto zmluvy nebude zabezpečovať prostredníctvom svojich subdodávateľov (čl. IX. bod 11. tejto zmluvy) preškrtnie vyššie uvedené tabuľky a túto skutočnosť potvrdí podpisom prehlásenia na tejto prílohe:

Prehlásenie predávajúceho :**

Predávajúci týmto prehlasuje, že plnenie tejto zmluvy nebude zabezpečovať prostredníctvom svojich subdodávateľov (čl. IX. bod 11. tejto zmluvy).

V Zvolen, dňa: 17.04.2025

Predávajúci:

Ing. Ivan Dropčo, konateľ

Príloha č.4 Kontaktné údaje Servisného strediska resp. kontaktné informácie o servisných linkách
v prípade väd tovaru

Predmet plnenia – tovar: Doplnenie prístrojového vybavenia – 1rovinový prístroj vrátane
príslušenstva pre KRazM

Evidenčné číslo verejného obstarávania kupujúceho : UNLP-2025-25-NZ-POO

Siemens Healthcare s.r.o., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava

0800/120 140

Usc-sie.sk@siemens-healthineers.com



Príloha č. 5 Protikorupčná doložka

Predmet plnenia – tovar: Doplnenie prístrojového vybavenia – 1rovinový prístroj vrátane príslušenstva pre KRazM

Evidenčné číslo verejného obstarávania kupujúceho : UNLP-2025-25-NZ-POO

1. Systém riadenia

Strana zmluvného vzťahu sa zaväzuje, že v rámci svojej organizácie prijme účinný systém riadenia schopný zabrániť korupčným trestným činom úplatkárstva/podplácania s cieľom zneužitia úradnej moci, právomoci, vplyvu či postavenia, za účelom porušenia zákona, úplatkárstva pri právnych úkonoch, navádzania na takéto zneužitie, vydieranie a/alebo spreneveru.

2. Platobné systémy

Strana zmluvného vzťahu sa pri výkone činností v rámci zmluvného vzťahu so spoločnosťou Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (ďalej len „UNLP“) zaväzuje:

- a) vykonávať platby výhradne takým spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu príjemcu,
- b) vyhýbať sa hotovostným platbám alebo platbám v naturáliách.

3. Dary a odmeny

Strana zmluvného vzťahu sa zaväzuje, že žiaden z jej predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pred uzatvorením alebo počas plynutia zmluvného vzťahu nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceneľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia za účelom ovplyvňovať konanie UNLP, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušných predstaviteľov UNLP za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone jej činnosti v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Je možné však poskytnúť prejav zdvorilosti s nízkou finančnou hodnotou napr. knihy, kvety, katalógy, drobné spomienkové predmety pri pracovných stretnutiach alebo oficiálnych rokovaniach.

4. Vzťah k politickým stranám alebo k verejným organizáciám

Strana zmluvného vzťahu nesmie vyvíjať či už priamy alebo nepriamy nátlak na politických predstaviteľov, zamestnancov štátnej a verejnej správy (napríklad poskytovaním vlastných priestorov, prijímaním navrhnutých uchádzačov o prácu, konzultovaním dohôd) s cieľom získať výhody pri uzatváraní zmluvných vzťahov s UNLP.

5. Nulový konflikt záujmov

Strana zmluvného vzťahu vyhlasuje, že žiaden z jej štatutárnych zástupcov:

- a) nevykonáva, ani nevykonával činnosti, ktoré by predstavovali konflikt záujmov z hľadiska uzatvorenia zmluvného vzťahu s UNLP,
- b) nebol trestne stíhaný za:
 - o subvenčný podvod,
 - o skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (uviedenie nepravdivých alebo hrubo skresľujúcich údajov alebo zatajenie povinných údajov o závažných skutočnostiach vo výkazoch),

- o korupciu (§ 328 – 336 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov; napr.: Prijímanie úplatku, Podplácanie, Nepriamu korupciu).

6. Klausula proti úplatkárstvu

Strana zmluvného vzťahu, že požiadavky UNLP uvedené v tejto doložke, vyplývajúce z platných právnych predpisov Slovenskej republiky v rámci boja proti korupcii berie na vedomie a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu. V prípade potreby bližšie špecifikovať požiadavky tejto proti korupčnej doložky, bude UNLP akceptovať znenie schváleného Proti korupčného programu u konkrétnej strany zmluvného vzťahu .

Zároveň sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou určenému zástupcovi UNLP, akékoľvek podozrenie na porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, a byť plne súčinný pri dôkladnom šetrení podozrenia.

Ak UNLP, preukáže partnerovi zmluvného vzťahu, porušenie akéhokoľvek ustanovenia tejto doložky:

- a) je oprávnený pozastaviť plnenie predmetu zmluvného vzťahu po predchádzajúcom písomnom upozornení, a to po dobu, ktorú považuje za nevyhnutnú vzhľadom na rozsah a charakter zistenia, maximálne však na dobu jedného mesiaca. Strana zmluvného vzťahu berie na vedomie a súhlasí, že počas doby nevyhnutnej na zisťovanie skutočností pre vyšetrovanie podozrenia na porušenie ustanovení tejto doložky nebudú vznikať akékoľvek povinnosti a/alebo sankcie voči UNLP, vyplývajúce z takéhoto pozastaveného plnenia zmluvného vzťahu,
- b) strana zmluvného vzťahu je povinný prijať všetky relevantné opatrenia, aby zabránil strate, zneužitiu alebo zničeniu listinných a iných dôkazov vzťahujúcich sa k príslušnému konaniu.



Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – 1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Obchodný názov uchádzača:

ELMED, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen

IČO:

47 043 024

DIČ:

2023740444

IČ DPH:

SK2023740444

Týmto vyhlasujem, že:

- V zmysle § 32 ods. 1 písm. a) ZVO podmienku účasti musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania
- Za takúto osobu sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastného práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba
 - a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,
 - b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,
 - c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo
 - d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi
- Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 ZVO, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky.

V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním a na vyššie uvedené účely, predkladám toto čestné vyhlásenie a zároveň predkladám zoznam osôb podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO

Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní čestne vyhlasujem, že

☒

nie je mi známa iná osoba podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktorá zároveň musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.

☐

sú mi známe iné osoby podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktoré zároveň musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO:

P.č.	Mená osôb, ktoré podľa § 32 odseku 7 ZVO musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
1.	2.

☐

Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.

☐

Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie nespĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: Ing. Ivan Dropčo

Podpis a pečiatka uchádzača

Poznámka:

- ☐ - povinné údaje vyplní uchádzač
- ☐ uchádzač označí krížikom

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia – 1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM

min.požadovaná úroveň štandardov - min. 1 referencia v hodnote min. 700 000 € bez DPH

ZOZNAM REFERENCIÍ

Obchodné meno/názov, zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania, IČO	Názov/stručný opis predmetu zákazky	Cena za dodaný tovar v EUR bez DPH resp. v EUR s DPH	Lehota dodania tovaru (mesiac a rok)	Odberateľ - kontaktná osoba, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail	Presný internetový odkaz na zverejnenú referenciu (v prípade, ak je referencia verejne prístupná napr. v databáze Evidencia referencií na stránke: https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencií/detail-subjekt/143448?ext=0&icq=47043024&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&page=1&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=a5fc87de8b614a44b3b9850bacc59268)
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1 974 01 Banská Bystrica, IČO: 38644331	Dodanie 2 ks RTG prístrojov pre intervenčnú kardiológiu vrátane príslušenstva	2 488 824	11/2024	Miroslava Majchutová, +421 48 433 31 11, miroslava.majchutova@succh.eu	https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/evidencia-referencií/detail-subjekt/143448?ext=0&icq=47043024&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&page=1&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=a5fc87de8b614a44b3b9850bacc59268

Obchodný názov uchádzača:	ELMED, s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Neresnícka cesta 13, 960 01 Zvolen
IČO:	47 043 024
DIČ:	2023740444
IČ DPH:	SK2023740444

V:
Dňa: Zvolen
17.4.2025

Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby: Ing Ivan Drozdo, konateľ
Podpis a pečiatka uchádzača: [Signature and Stamp]

Referencia

Identifikátor ÚVO: 1346745

Dátum odoslania: 09.04.2025

1. Základné údaje

Organizácia: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Verzia referencie: 01

Dátum vyhotovenia (odoslania) referencie: 9. 4. 2025 10:10

2. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa/obstarávateľa

Úradný názov: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

IČO: 36644331

DIČ: 2022102753

Ulica: Cesta k nemocnici

Číslo: 1

Mesto/Obec: Banská Bystrica

PSČ: 97401

Štát: Slovensko

Kontaktná emailová adresa: majchutova.miroslava@suscch.eu

3. Identifikácia dodávateľa

3.1 Dodávateľ

3.1.1 Dodávateľ 1 (hlavný)

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: ELMED, s.r.o.

IČO: 47043024

DIČ: 2023740444

Sídlo/ Miesto podnikania

Ulica: Neresnícka cesta

Číslo: 13

Mesto/Obec: Zvolen

PSČ: 960 01

Štát: Slovensko

4. Identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy

4.1 Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Kúpna zmluva 67/2024 - RTG prístroj pre intervenčnú kardiológiu

Druh zmluvy: Zmluva

4.2 Identifikácia plnenia

4.2.1 Identifikácia plnenia 1

Dátum uzatvorenia zmluvy: 25.03.2024

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Dodanie 2 ks RTG prístrojov pre intervenčnú kardiológiu vrátane príslušenstva

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 2

Cena bez DPH: 2 488 824.00

Mena: Euro

Miesto plnenia

Ulica: Cesta k nemocnici 1

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 974 01

Nížšia územná jednotka krajiny: Banskobystrický kraj

Štát: Slovensko

Trvanie

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 04.11.2024

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 60

4.3 Hodnotenie kvality plnenia

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmet zákazky bol dodaný v súlade s uzatvorenou kúpnu zmluvou, do 60 dní odo dňa písomného oznámenia Kupujúceho, že stavebné úpravy z jeho strany na umiestnenie predmetu dodania boli vykonané. Dodané boli 2 ks RTG prístroja pre intervenčnú kardiológiu (angiografické prístroje) v zmluvne dohodnutej cene so záručným servisom 60 mesiacov.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

5. Dodatočné informácie

5.1 Označenie verejného obstarávania

Zverejnenie zákazky vo vestníku: Áno

Podlimitná zákazka realizovaná prostredníctvom Elektronickej platformy: Nie

ID zákazky: 479813

Názov predmetu zákazky: RTG prístroj pre intervenčnú kardiológiu

Internetová adresa zákazky (URL):

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/detail/479813>

VÝPIS ZO ZOZNAMU HOSPODÁRSKÝCH SUBJEKTOV

podľa § 157 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Obchodné meno/Názov:	Siemens Healthcare s. r. o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Lamačská cesta 3/B, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
IČO:	48146676
Zoznam osôb:	Ing. Juraj Kulik, PhD. - Prokurista Ing. Luboš Iro - Prokurista Ing. Michal Billik - Prokurista Ing. Mikuláš Gärtner - Prokurista Ing. Miroslav Kliment - Prokurista Ing. Tibor Kakaš - Prokurista Ing. Martin Petruš - Konateľ Ing. Vladimír Šolík - Konateľ
Registračné číslo:	2024/07-PO-D8079
Platnosť zápisu od:	03.07.2024
Platnosť zápisu do:	03.07.2027
Dátum zmeny údajov:	-

Spôsob konania:

V prípade, ak má spoločnosť jedného konateľa, koná a podpisuje tento v jej mene samostatne. V prípade, ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, konajú a podpisujú v jej mene vždy aspoň dvaja konatelia spoločne. Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy aspoň dvaja prokuristi spoločne. Prokuristi sú povinní sa podpisovať v mene spoločnosti tak, že k obchodnému menu pripoja svoj podpis podľa podpisového vzoru s uvedením dodatku prokúra, t. j. s uvedením "prokurista", alebo "ppa", alebo "per procuram".

Predmet podnikania:

- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Reklamné a marketingové služby
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Počítačové služby

- Organizovanie kurzov, školení a seminárov
- Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
- Prenájom hnuteľných vecí
- Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
- Prieskum trhu a verejnej mienky
- Vydavateľská činnosť
- Administratívne služby
- Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
- Obstarávanie služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľností v rozsahu voľných živností
- Vedenie účtovníctva
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Oprava vyhradených technických zariadení - elektrických
- Výroba zdravotníckych pomôcok

Zoznam dokladov podľa § 32 ods. 1, ktorými hospodársky subjekt preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov Ing. Vladimír Šolík	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	06.05.2024
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov Ing. Michal Billík	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	24.05.2024
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov Ing. Mikuláš Gärtner	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	14.05.2024
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov Ing. Luboš Iro	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	24.05.2024
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov Ing. Miroslav Kliment	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	10.05.2024
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov Ing. Juraj Kulík, PhD.	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	07.05.2024
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov Ing. Martin Petruš	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	10.05.2024
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov Ing. Tibor Kakaš	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	06.05.2024
§32 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov právnickej osoby	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	24.05.2024
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	04.06.2024
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poisťnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	04.06.2024

§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	04.06.2024
§32 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, ústredie	24.05.2024
§32 ods. 1 písm.c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	24.05.2024
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Mestský súd Bratislava III	23.05.2024
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	24.05.2024
§32 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Mestský súd Bratislava III	23.05.2024
§32 ods. 1 písm.e)	odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	24.05.2024
§32 ods. 1 písm.f)	čestné vyhlásenie	čestné vyhlásenie	13.05.2024

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva“)

medzi

Obchodné meno:

ELMED, s.r.o.

Sídlo:

Neresnícka cesta 13
960 01 Zvolen

IČO:

47 043 024

Zastúpená:

Ing. Ivan Dropčo, konateľ

Zapísaná v:

Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo 38220/S

(ďalej len „ELMED“)

a

Obchodné meno:

Siemens Healthcare s.r.o.

Sídlo:

Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava,

IČO:

48 146 676

DIČ:

2120074869

Zastúpená:

Ing. Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ a konateľ
Ing. Martin Petruš, finančný riaditeľ a konateľ

Zapísaná v:

Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
Oddiel: Sro, Vložka číslo 103968/B

(ďalej len „Siemens“)

(„Siemens“ a „ELMED“ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“)

8

4

Preambula

1. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, (ďalej len „obstarávateľ“), so sídlom Rastislavova 43, Košice - mestská časť Juh zverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č.58/2025 dňa 21.03.2025 pod číslom 5441-MST oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na predmet zákazky „Doplnenie prístrojového vybavenia - 1-rovinový angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRazM“ (ďalej len „Verejné obstarávanie“).
2. ELMED sa zúčastní Verejného obstarávania ako uchádzač. ELMED má záujem využiť technické a odborné kapacity spoločnosti Siemens na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti predmetu zákazky.

Článok 1

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností pri poskytovaní odborných a technických kapacít zo strany Siemens pre ELMED.
- 1.2 ELMED vyhlasuje, že je oprávnený uzatvoriť túto Zmluvu a realizovať činnosti vo vzťahu, ku ktorým poskytuje Siemens svoje odborné technické kapacity v súlade s touto Zmluvou.
- 1.3 Siemens vyhlasuje, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákon o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti sú prílohou tejto zmluvy.

Článok 2

Poskytnutie odbornej a technickej spôsobilosti

- 2.1 Siemens sa týmto zaväzuje poskytnúť svoje odborné a technické kapacity definované v bode 2.2. tejto Zmluvy za účelom preukázania odbornej a technickej spôsobilosti ELMED.
- 2.2 Doklady použité na preukázanie splnenia Osobitných požiadaviek na plnenie sú obsiahnuté v prílohe tejto Zmluvy.
- 2.3 Siemens súhlasí s použitím svojich odborných a technických kapacít pre potreby preukázania technickej a odbornej spôsobilosti spoločnosti ELMED po dobu lehoty viazanosti ponuky, a zároveň súhlasí s použitím svojich odborných a technických kapacít v prípade úspešnej účasti spoločnosti ELMED v zákazke po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.

Článok 3

Ukončenie zmluvy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na čas realizácie verejného obstarávania a následne trvania zmluvy uzavretej medzi ELMED a Verejným obstarávateľom, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
- 3.2 Siemens je oprávnená túto Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená ELMED.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva stráca automaticky platnosť a účinnosť v prípade, ak nebude ponuka vo verejnom obstarávaní úspešná a nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s Verejným obstarávateľom, alebo ak bude verejné obstarávanie zrušené.

Článok 4
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 4.2 Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov schválených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- 4.3 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neúčinným, zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy účinnými. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie iným, účinným, ktoré svojím obsahom a zmyslom najlepšie zodpovedá obsahu a zmyslu pôvodného textu.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na túto Zmluvu a práva a povinnosti zmluvných strán z nej vyplývajúce sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky.
- 4.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou v súvislosti s touto zmluvou, nesprístupnia tretím osobám a tieto informácie nepoužijú na iné účely, než na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 4.6 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží každá zmluvná strana.
- 4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bude uzavretá na základe určitej, vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú.

Prílohy:

Výpis zo Zoznamu hospodárskych subjektov, Vyhlásenie o zhode, Prospektový materiál, Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk, Zoznam a kontaktné údaje na klientske pracovisko, Certifikát servisného technika, EC certifikát

V Bratislave dňa 10.04.2025

Vo Zvolene dňa 10.04.2025

Ing. Vladimír Šolík
výkonný riaditeľ a konateľ
Siemens Healthcare s.r.o.

Ing. Martin Petruš
Finančný riaditeľ a konateľ
Siemens Healthcare s.r.o.

Ing. Ivan Dropčo
konateľ
ELMED s.r.o.

Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodný názov: Siemens Healthcare s.r.o.
Adresa sídla: Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
IČO: 48 146 676
Servisné strediská:

Bratislava: Lamačská cesta 3/B
841 04 Bratislava

Piešťany: Sládkovičova 10
921 01 Piešťany

Žilina: Legionárska 1
010 01 Žilina

Banská Bystrica: Rudlovská 53
974 94 Banská Bystrica

Košice: Tr. SNP 37
040 11 Košice

V Bratislave, dňa 10.04.2025

Ing. Vladimír Šolík
výkonný riaditeľ a konateľ
Siemens Healthcare s.r.o.

334

Ing. Martin Petruš
finančný riaditeľ a konateľ
Siemens Healthcare s.r.o.

B

14

Kontaktné údaje na Klientske pracovisko

Obchodný názov:	Siemens Healthcare s.r.o.
Adresa sídla:	Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava
IČO:	48 146 676
Internetová adresa:	https://www.siemens-healthineers.com/sk/
E-mail:	usc-sie.sk@siemens-healthineers.com
Hotline:	0800/ 120 140

V Bratislave, dňa 10.04.2025

Ing. Vladimír Šolík
výkonný riaditeľ a konateľ
Siemens Healthcare s.r.o.

Ing. Martin Petruf
finančný riaditeľ a konateľ
Siemens Healthcare s.r.o.