



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:
R-2487/OVO-585/25/Du

v Martine, dňa:
05.06.2025

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 1

Vážený záujemca,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie k zákazke „**Vozíky na prádlo - vrecové**“ v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s názvom „Zdravotnícky nábytok“, uverejneného v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 19.12.2022 pod číslom 2022/S 244-704413 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 268/2022 zo dňa 20.12.2022 pod označením 50614-MUT, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1.:

Budete akceptovať ekvivalent vo forme konštrukcie vozíkov z pochrómovanej ocele?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení minimálnych technicko-medicínskych parametrov, t.j.

- pri položke Pojazdny vozík na použité prádlo s 1 vrecom – 5 ks: „2. materiál konštrukcie – nerez AISI304 alebo oceľ s práškovou farbou“
a
- pri položke Pojazdny vozík na použité prádlo s 2 vrecami – 7 ks: „2. materiál konštrukcie – nerez AISI304 alebo oceľ s práškovou farbou“

Pochrómovaná oceľ má len tenkú vrstvu chrómu nanesenú na povrch. Ak sa táto vrstva poškodí (napr. škrabance, nárazy, časté čistenie agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami), môže dôjsť k odhaleniu základného materiálu, ktorý nie je odolný voči korózii. To vedie k hrdzaveniu. Poškodený pochrómovaný povrch môže byť ťažšie čistiteľný a môže sa stať miestom pre zachytávanie baktérií. Aj keď je pochrómovaná oceľ lacnejšia, jej životnosť je kratšia a môže si vyžadovať častejšiu výmenu alebo opravy.

Otázka č. 2.:

Budete akceptovať pri položke pojazdny vozík na použité prádlo s 2 vrecami vonkajšie rozmery: HxŠxV 51x116x108 cm?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom znení minimálnych technicko-medicínskych parametrov, t.j. pri položke Pojazdny vozík na použité prádlo s 2 vrecami – 7 ks: „3. vonkajšie rozmery: HxŠxV 510-660x650-1030x910-1080 mm“.

V Univerzitnej nemocnici Martin je veľký problém s odkladaním vozíkov, z dôvodu nedostatku vhodných priestorov, uvedený rozmer je nevyhovujúci.

V súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním Univerzitná nemocnica Martin v zmysle § 21 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 16.06.2025 do 11:00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 16.06.2025 o 13:30 hod.

S pozdravom

.....
MUDr. Peter Durný, PhD., MPH
riaditeľ UNM