

SPRÁVA O ZÁKAZKE

podľa § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

a) Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky / rámcovej dohody:

Verejný obstarávateľ:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Predmet zákazky:

Prenosný dvojkanálový prístroj na meranie pH, vodivosti, salinity umožňujúci paralelné meranie pH, vodivosti, salinity a teploty vo vodných roztokoch (ID 66673)

Hodnota zákazky:

2 400,00 EUR bez DPH

b) Použitý postup zadávania zákazky :

postup zadávania konkrétnej zákazky v rámci zriadeného DNS
Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS (ID 36478)

c) Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania a čísla týchto oznámení:

Úradný vestník európskej únie:

2023/S 020-054066 zo dňa 27.01.2023

Vestník verejného obstarávania:

21/2023 zo dňa 30.01.2023 pod zn. 3486 MUT

d) Identifikácia vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikáciu záujemcov, ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov:

Neaplikuje sa.

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia:

Uchádzač č. 2

Komisia konštatovala, že uchádzač č. 2 podľa § 53 ods. 4 písm. b) zákona nesplnil požiadavky na predmet zákazky, ktoré určil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch, resp. v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. Špecifikácia položky č. 1 „Dvojkanálový prístroj na meranie pH, vodivosti, salinity“ nesplňa požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ stanovil v súťažných podkladoch v prílohe č. 1 „Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia“ v nasledovnom rozsahu: Špecifikácia požadovaná verejným obstarávateľom: Rozmery: Hĺbka: **max. 40 mm**. Vlastný návrh uvedený v ponuke uchádzača č. 2: Rozmery: Hĺbka: **55 mm**. Komisia uvedenú hodnotu preverila na webovom linku predloženom vo vlastnom návrhu plnenia, ako aj na verejne dostupných webových zdrojoch a potvrdila, že ponúkané zariadenie nesplňa parameter hĺbky.

Uchádzač č. 5

Komisia konštatovala, že uchádzač č. 5 podľa § 53 ods. 4 písm. b) zákona nesplnil požiadavky na predmet zákazky, ktoré určil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch, resp. v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. Špecifikácia položky č. 1 „Dvojkanálový prístroj na meranie pH, vodivosti, salinity“ nesplňa požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ stanovil v súťažných podkladoch v prílohe



č. 1 „*Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia*“ v nasledovnom rozsahu: Špecifikácia požadovaná verejným obstarávateľom: Elektroda vhodná na meranie vodivosti vo vodných roztokoch: Priemer: **do 12 mm**. Vlastný návrh uvedený v ponuke uchádzača č. 5: Elektroda vhodná na meranie vodivosti vo vodných roztokoch: Priemer: **15,3 mm**. Komisia uvedenú hodnotu preverila na webovom linku predloženom vo vlastnom návrhu plnenia, ako aj na verejne dostupných webových zdrojoch a potvrdila, že ponúkané zariadenie nespĺňa parameter priemeru elektródy.

Uchádzač č. 3

Komisia konštatovala, že uchádzač č. 3 podľa § 53 ods. 4 písm. b) zákona nespĺnil požiadavky na predmet zákazky, ktoré určil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch, resp. v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. Špecifikácia položky č. 1 „*Dvojkanálový prístroj na meranie pH, vodivosti, salinity*“ nespĺňa požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ stanovil v súťažných podkladoch v prílohe č. 1 „*Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia*“ v nasledovnom rozsahu: Špecifikácia požadovaná verejným obstarávateľom: Rozmery: Hĺbka: **max. 40 mm**, Hmotnosť: **Max. 500 g**, Presnosť merania (mV /pH /°C): **Min. $\pm 0,2 / \pm 0,005 / \pm 0,2$** , Elektroda vhodná na meranie vodivosti vo vodných roztokoch: Priemer: **do 12 mm**, Konštanta cely: **$c=0,5 \text{ cm}^{-1}$** , Integrovaný teplotný senzor s rozsahom merania vodivosti **0,05 – 250 mS.cm⁻¹**. Vlastný návrh uvedený v ponuke uchádzača č. 3: Rozmery: Hĺbka: **63 mm**, Hmotnosť: **550 g**, Presnosť merania (mV /pH /°C): **$\pm 0,02 / \pm 0,02 / \pm 0,3$** , Elektroda vhodná na meranie vodivosti vo vodných roztokoch: Priemer: **14 mm**, Konštanta cely: **1 cm^{-1}** , Integrovaný teplotný senzor s rozsahom merania vodivosti **0,00005 -200 mS.cm⁻¹**. Komisia uvedené hodnoty preverila na webovom linku predloženom vo vlastnom návrhu plnenia, ako aj na verejne dostupných webových zdrojoch a potvrdila, že ponúkané zariadenie nespĺňa vyššie uvedené parametre.

Verejný obstarávateľ neuvádza identifikáciu vylúčených uchádzačov z dôvodu zamedzenia nežiadúcej komunikácie medzi záujemcami zaradenými v príslušnom DNS, ktorá by mohla ovplyvniť obsah predkladaných ponúk v ďalších čiastkových zákazkách.

f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkyh ponúk:

Neaplikuje sa.

g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikácia, ak sú známi:

Všetky údaje sa nachádzajú v zverejnenej zmluve: [SVO ZM SVO-RVO1-2025-000728-009 2025 | Centrálny register zmlúv](#)

Úspešný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky, čím sa umiestnil na prvom mieste v poradí a splnil všetky verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2:

Neaplikuje sa.

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenie podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k):

Neaplikuje sa.



j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2:

Neaplikuje sa.

k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:

Neaplikuje sa.

l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie:

Neaplikuje sa. Na komunikáciu bol použitý elektronický prostriedok – elektronický systém JOSEPHINE.

m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia:

Neaplikuje sa. Konflikt záujmov nebol zistený.

n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu verejného obstarávania:

Neaplikuje sa.