

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa
03.06.2025

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Miroslava Majchútová
+421 4333 148

Banská Bystrica
04.06.2025

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ:	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	MRI prístroj
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž s uplatnením § 66
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Ú. v. EÚ: 2025/S 097-326905 zo dňa 21.05.2025 Vestník VO č. 102/2025, 8528 – MST zo dňa 23.05.2025

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, ktorú sme obdržali elektronicky dňa 03.06.2025 prostredníctvom systému JOSEPHINE k zákazke „**MRI prístroj**“, zverejnenej vo vestníku EÚ 2025/S 097-326905 dňa 21.05.2025 a vo vestníku č. 102/2025 zo dňa 23.05.2025 pod číslom 8528-MST, Vám zasielame nasledovné vysvetlenie.

Vo svojej žiadosti uchádzač uvádza:

Otázka č. 1:

Návrh Kúpnej zmluvy

V čl. III ods. 4 písm. e) Kúpnej zmluvy sa uvádza:

4. „Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že dodaním predmetu zmluvy podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy sa rozumie:

e. odovzdanie dokladov pri preberacom konaní - odovzdávací protokol, certifikáty o zhode pre celé zariadenie, všetky potrebné revízne správy potrebné pre správnu funkciu zariadenia a príslušnú legislatívu platnú v tejto dobe pre zdravotnícke zariadenia, záručný list, manuál na obsluhu v listinnej a elektronickej podobe v úradnom jazyku, faktúru a dodací list zariadenia;“

V rámci uvedeného ustanovenia je obsiahnutá požiadavka na odovzdanie všetkých potrebných revíznych správ potrebných pre správnu funkciu zariadenia a príslušnú legislatívu platnú v tejto dobe pre zdravotnícke zariadenia. Uvedená požiadavka je však formulovaná veľmi široko.

Otázka č.1: Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností by sme chceli verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie a jednoznačné vymenovanie, aké revízne správy má na mysli a majú byť odovzdané so zariadením?_

Odpoveď č. 1:

V súvislosti s požiadavkou uvedenou v čl. III ods. 4 písm. e) návrhu kúpnej zmluvy, verejný obstarávateľ spresňuje, že pod pojmom „všetky potrebné revízne správy potrebné pre správnu funkciu zariadenia a príslušnú legislatívu platnú v tejto dobe pre zdravotnícke zariadenia“ sa rozumejú najmä tieto dokumenty:

- 1. Protokol o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia**
 - Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 - V rozsahu zodpovedajúcom klasifikácii MRI ako vyhradeného elektrického technického zariadenia.
- 2. Osvedčenie o skúške vyhradeného technického zariadenia podľa vyhlášky 508/2009**
 - Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 3. Protokol o meraní bezpečnostných parametrov elektromedicínskeho zariadenia**
 - Podľa STN EN 62353 alebo ekvivalentnej technickej normy.
 - Tento dokument potvrdzuje bezpečnú prevádzku prístroja v súlade s požiadavkami na elektromedicínske zariadenia.
- 4. EMC testy a dokumentácia k uzemneniu**
 - V prípade, že sú požadované osobitnými právnymi alebo technickými predpismi, dodávateľ predloží doklad o splnení požiadaviek na elektromagnetickú kompatibilitu a doklad o riadnom uzemnení.
- 5. Revízne správy podľa zákona č. 124/2006 Z. z. – len ak je relevantné**
 - V prípade, že súčasťou MRI systému alebo jeho príslušenstva je technické zariadenie, ktoré spadá pod režim vyhradených technických zariadení tlakových podľa vyššie uvedeného zákona (napr. chladenie so samostatnou tlakovou nádobou), predložia sa aj príslušné revízne záznamy.

Cieľom tejto požiadavky je zabezpečiť, aby bol MRI prístroj uvedený do prevádzky v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a zásadami bezpečného používania v zdravotníckom zariadení.

Otázka č. 2:

V čl. VII ods. 4 Kúpnej zmluvy sa uvádza:

“Predávajúci je povinný zabezpečiť prístupnosť a funkčnosť hot line linky s automatickým nahrávaním prebiehajúceho rozhovoru 24 hod. denne a 7 dní v týždni.”

Poskytovateľ služby hotline zabezpečuje v uvedenom rozsahu, avšak vzhľadom na platnú legislatívu v súvislosti s ochranou osobných údajov nedochádza k automatickému nahrávaniu prebiehajúceho rozhovoru.

Navrhujeme preformulovanie požiadavky nasledovne: "Predávajúci je povinný zabezpečiť prístupnosť a funkčnosť hot line linky 24 hod. denne a 7 dní v týždni."

Otázka č.2: Bude verejný obstarávateľ súhlasiť s takouto úpravou požiadavky

Odpoveď č. 2:

Požiadavka uvedená v čl. VII ods. 4 návrhu kúpnej zmluvy:

"Predávajúci je povinný zabezpečiť prístupnosť a funkčnosť hot line linky s automatickým nahrávaním prebiehajúceho rozhovoru 24 hod. denne a 7 dní v týždni"

sa vzťahuje na situácie, kedy verejný obstarávateľ kontaktuje predávajúceho v súvislosti so servisným zásahom, poruchou alebo inou technickou udalosťou, ktorá má byť riešená prostredníctvom tejto linky. Cieľom je zabezpečiť možnosť presného zaznamenania hlásenia, identifikácie problému a zabezpečenia opakovateľnosti poskytnutých informácií.

Keďže ide o komunikáciu medzi dvoma zmluvnými stranami, ktorá neslúži pre verejnosť, je nahrávanie hovorov možné na základe oprávneného záujmu verejného obstarávateľa, ktorý môže byť považovaný za účel spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením GDPR.

V záujme presnejšieho znenia verejný obstarávateľ navrhuje upresniť formuláciu nasledovne:

"Predávajúci je povinný zabezpečiť prístupnosť a funkčnosť hot line linky 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom týmto berie na vedomie, že všetky telefonické hovory zo strany verejného obstarávateľa budú zaznamenávané za účelom dokumentovania hlásenia poruchy alebo požiadavky na servisný zásah."

Toto znenie zohľadňuje potrebu zaznamenania obsahu komunikácie bez rozporu s platnou legislatívou.

Oznamujeme Vám, že verejný obstarávateľ vykoná opravu príslušných častí Súťažných podkladov t.j. prílohy č. 12 Návrh Kúpnej zmluvy, ktoré budú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO, ako aj v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/66936/summary>.

S pozdravom

.....
v.r. Ing. Miroslava Majchútová
odborný referent verejného obstarávania