

Vážený uchádzač,

Univerzitná nemocnica Bratislava, so sídlom Pažítková 4, 821 01 Bratislava (ďalej len "verejný obstarávateľ"), uverejnila v Úradnom vestníku EÚ č. OJ S 149/2025, 514312-2025 zo dňa 06/08/2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 159/2025 z 07.08.2025 ozn. 12895 - MST Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na zákazku „**Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy určený pre superkonziliárne vyšetrenia v rádiológii, hepatológii a endokrinológii**“ (ďalej aj „zákazka“).

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky podľa § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V súlade s § 53 ods. 1 zákona, ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

Verejný obstarávateľ si Vás dovoľuje požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov z dôvodu, že z nich nie je možné posúdiť splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa:

1. Vo Vašej ponuke absentuje **Príloha č. 4** „zoznam iných (tretích) osôb, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje podmienky účasti“. Prosíme o doloženie vyplnenej a podpísanej Prílohy č. 4 Súťažných podkladov.
2. **Príloha č. 12** súťažných podkladov „zoznam zmlúv rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky“ je vo Vašej ponuke podpísaná Ing. Ronaldom Necpálom, konateľom spoločnosti Unique Medical, s.r.o., pričom tu figuruje aj pečiatka tejto spoločnosti. Prosíme o doloženie tejto prílohy podpísanej uchádzačom, t.j. spoločnosťou ZENA-R Slovakia, s.r.o.
3. Vo Vašej ponuke absentuje **Príloha č. 13.3** „čestné vyhlásenie subdodávateľa, ktorému má uchádzač v úmysle zadať určitý podiel zákazky“. Prosíme o doloženie vyplnenej a podpísanej Prílohy č. 13.3 Súťažných podkladov.
4. **Príloha č. 14** „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ obsahovala chybu v písaní. Pre odstránenie pochybností, prosíme o doloženie vyplnenej a podpísanej Prílohy č. 14 Súťažných podkladov tak, ako Vám ju zasielame v prílohe tejto žiadosti.
5. Vo Vašej ponuke ste predložili vyplnený Opis predmetu zákazky (Zväzok 3 súťažných podkladov) v nerevidovanej verzii, prosíme o doloženie **Opisu predmetu zákazky v.2** podľa zväzku 3 súťažných podkladov, ktorý bol revidovaný dňa 09.09.2025.
6. Vo Vašej ponuke ste vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky pri parametri **Počet aktívnych portov pre zapojenie sond** uviedli „Áno/4+2 parkovacie“, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval hodnotu „min. 4“. V produktovom liste nie je jasne uvedené, že ide o 4 aktívne porty pre zapojenie, prosíme o informáciu, či sa jedná o aktívne porty.
7. Vo Vašej ponuke ste vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky pri parametri **Kapacita slučky v 2D zobrazení** uviedli „Áno/180s“, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval hodnotu „min. 120 s“. Prosíme o informáciu, kde v produktovom liste, prípadne inom doklade, je uvedené splnenie tohto parametra?

8. Vo Vašej ponuke ste v Produktovom liste k ponúkanému zariadeniu pri Lineárnej sonde I uviedli: „lineárna sonda - pre vyšetrenie hlbokého venózneho systému, štítnej žľazy“, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval, aby sonda bola určená „pre vyšetrenie hlbokého venózneho systému, karotíd a vyšetrenia čriev“. Prosíme o informáciu, či je Vami ponúkaná sonda určená aj na vyšetrenie karotíd a vyšetrenia čriev?
9. Vo Vašej ponuke ste vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky pri parametri **Lineárna sonda I – pre vyšetrenie hlbokého venózneho systému, karotíd a vyšetrenia čriev : - vrátane CEUS** uviedli „áno“. Prosíme o informáciu, kde v produktovom liste, prípadne inom doklade, je uvedené splnenie tohto parametra?
10. Vo Vašej ponuke ste vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky pri parametri **Lineárna sonda I – pre vyšetrenie hlbokého venózneho systému, karotíd a vyšetrenia čriev : - dĺžka pracovnej plochy** uviedli „áno/38mm“, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval „min. 35 mm“. V produktovom liste uvádzate „min. 38“, pričom nejde o konkrétnu hodnotu (uvádzate „min.“) a absentuje aj merná jednotka. Prosíme o informáciu, či ide o konkrétnu hodnotu dĺžky pracovnej plochy - 38 mm.
11. Vo Vašej ponuke ste v Produktovom liste k ponúkanému zariadeniu pri Lineárnej sonde II uviedli: „lineárna sonda - pre vyšetrenie mäkkých tkanív“, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval, aby sonda bola určená „pre vyšetrenie MSK, štítnej žľazy a malých častí“. Je Vami ponúkaná sonda určená aj pre vyšetrenie MSK, štítnej žľazy a malých častí?
12. Vo Vašej ponuke ste vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky pri parametri **Lineárna sonda II – pre vyšetrenie MSK, štítnej žľazy a malých častí: - frekvenčný rozsah** uviedli „áno/5.18MHz“, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval „min. 6-18 MHz“. V produktovom liste uvádzate „min. 5-18 MHz“, pričom nejde o konkrétnu hodnotu (uvádzate „min.“). Prosíme o opravu chyby v písaní vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky_v2.
13. Vo Vašej ponuke ste vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky pri parametri **Lineárna sonda II – pre vyšetrenie MSK, štítnej žľazy a malých častí: - veľkosť pracovnej plochy** uviedli „áno/38mm“, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval „min. 35 mm“. V produktovom liste uvádzate „min. 38“, pričom nejde o konkrétnu hodnotu (uvádzate „min.“) a absentuje aj merná jednotka. Prosíme o informáciu, či ide o konkrétnu hodnotu veľkosti pracovnej plochy - 38 mm.
14. Vo Vašej ponuke ste v Produktovom liste k ponúkanému zariadeniu pri Lineárnej sonde III uviedli: „lineárna sonda - pre vyšetrenie mäkkých tkanív, štítnej žľazy a prsníkov“, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval, aby sonda bola určená „pre vyšetrenie štítnej žľazy, malých častí a prsníkov“. Prosíme o informáciu, či je Vami ponúkaná sonda určená aj pre vyšetrenie malých častí?
15. Vo Vašej ponuke ste v Produktovom liste k ponúkanému zariadeniu pri Abdominálnej sonde I neuviedli vyšetrenia, pre ktoré je určená, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval, aby sonda bola určená „pre komplexné vyšetrenia dutiny brušnej“. Prosíme o informáciu, či je Vami ponúkaná sonda určená pre komplexné vyšetrenia dutiny brušnej?
16. Vo Vašej ponuke ste vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky pri parametri **Abdominálna sonda I - pre komplexné vyšetrenia dutiny brušnej: - hĺbka zobrazenia** uviedli „Áno/400mm, FOV 70st“, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval „min. 400 mm, FOV min 70°“. Prosíme o informáciu, kde

v produktovom liste, prípadne inom doklade, je uvedené splnenie tohto parametra tak, ako ho uvádzate?

17. Vo Vašej ponuke ste v Produktovom liste k ponúkanému zariadeniu pri Abdominálnej sonde II neuviedli vyšetrenia, pre ktoré je určená, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval, aby sonda bola určená „pre detailne vyšetrenia dutiny brušnej a malej panvy“. Prosíme o informáciu, či je Vami ponúkaná sonda určená pre detailne vyšetrenia dutiny brušnej a malej panvy?
18. Vo Vašej ponuke ste vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky pri parametri **Abdominálna sonda II - pre detailne vyšetrenia dutiny brušnej a malej panvy: - hĺbka zobrazenia** uviedli „Áno/300mm, FOV 70st“, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval „min. 200 mm, FOV min. 70°“. Prosíme o informáciu, kde v produktovom liste, prípadne inom doklade, je uvedené splnenie tohto parametra tak, ako ho uvádzate?
19. Vo Vašej ponuke ste vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky pri parametri **Mikrokonvexná sonda – pre vyšetrenie pediatrického brucha a cefalu: - FOV** uviedli „Áno/70st“, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval „min. 70°“. Prosíme o informáciu, kde v produktovom liste, prípadne inom doklade, je uvedené splnenie tohto parametra tak, ako ho uvádzate?
20. Vo Vašej ponuke ste v Produktovom liste k ponúkanému zariadeniu pri Abdominálna sonda s integrovaným bioptickým kanálom v tele sond neuviedli vyšetrenia, pre ktoré je určená, pričom verejný obstarávateľ vyžadoval, aby sonda bola určená „pre vykonávanie biopsií pečene a obličiek“. Prosíme o informáciu, či je Vami ponúkaná sonda určená pre vykonávanie biopsií pečene a obličiek?

Verejný obstarávateľ Vás na základe vyššie uvedeného žiada o vysvetlenie a zodpovedanie všetkých otázok a zaslania požadovaných informácií/dokumentov.

V súlade s § 53 ods. 1 zákona a v nadväznosti na vyššie uvedené, Vás verejný obstarávateľ žiada o vysvetlenie ponuky, keďže z vami predložených dokladov nie je možné posúdiť, resp. vyhodnotiť splnenie minimálnych požiadaviek stanovených v súťažných podkladoch, a to v lehote **troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti** prostredníctvom IS JOSEPHINE.