



**Východoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.**

P. O. Box 35, Ondavská 8, 040 11 Košice



Všetkým zájemcom

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / ☎

Košice

16.01.2026

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ako verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil prostredníctvom Európskeho vestníka pod č. 240/2025 zo dňa 12.12.2025 pod ozn. 825524-2025 a Vestníka pre verejné obstarávanie č. 252/2025 zo dňa 15.12.2025 pod ozn. 19772 - MST verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom sú

„Monitory vitálnych funkcií vrátane transportných modulov“.

Verejnému obstarávateľovi bola doručená od jedného zo záujemcov žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, na ktorú verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní v zákonnej lehote poskytuje nasledovnú odpoveď:

Otázka:

Týmto Vás žiadame o vysvetlenie technickej požiadavky uvedenej v súťažných podkladoch pre položku Monitor vitálnych funkcií a pre položku Centrála, konkrétne v časti 3.9 a v časti 1.24 – Možnosť odoslať namerané hodnoty EKG do softvéru pre analýzu Holter. Žiadame o upresnenie, či v prípade ponuky ekvivalentného riešenia, pri ktorom dodávateľ monitora vitálnych funkcií nie je totožný s dodávateľom Holter systému, obstarávateľ zabezpečí kompatibilitu Holter softvéru s dátami odosielanými z monitorov vitálnych funkcií. Dovoľujeme si upozorniť, že bez otvoreného a zdokumentovaného komunikačného rozhrania (API alebo iného štandardizovaného rozhrania) zo strany Holter softvéru nie je technicky možné zabezpečiť prenos dát z prístrojov iných výrobcov, než je výrobca daného Holter systému. V praxi by tak táto požiadavka mohla viesť k neodôvodnenému obmedzeniu hospodárskej súťaže. Z uvedeného dôvodu si dovoľujeme navrhnúť predmetnú technickú požiadavku zo súťažných podkladov vypustiť, prípadne ju preformulovať tak, aby bola jednoznačne viazaná na existenciu otvoreného a verejne dostupného komunikačného rozhrania.

Odpoveď:

Trváme na zachovaní pôvodnej špecifikácie, pre položku Centrála 1:24, o možnosti odoslať namerané a uložené EKG z pamäte patientskeho monitora do SW analýzy Holtera na vykonávanie holterovej analýzy. Táto požiadavka hovorí o všeobecnej schopnosti prenosu dát z monitora, nemá špecifikovať kompatibilitu Holtera či komunikačné rozhranie.

Verejný obstarávateľ má za to, že požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky sú definované jasne, zrozumiteľne a nediskriminačne, pričom reflektujú minimálne požiadavky pracoviska s ohľadom na princíp objektívnosti, hospodárnosti a zohľadnenie funkčnosti celého ponúkaného riešenia.

Zároveň verejný obstarávateľ uvádza, že v rámci prípravnej fázy zákazky vykonal prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“). Výsledkom týchto PTK je špecifikácia, ktorá definuje minimálne požiadavky spĺňajúce minimálne potreby verejného obstarávateľa a na základe vyhodnotenia PTK túto špecifikáciu vedia splniť minimálne 5 potencionálni dodávatelia. Zároveň má uchádzač možnosť uviesť v ponuke v rámci špecifikácie predmetu zákazky ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu.

Verejný obstarávateľ je toho názoru, že potencionálny uchádzač nemôže argumentovať pri konkrétnej minimálnej požiadavke technickej špecifikácie, ktorá zabezpečuje minimálnu úroveň kvality akceptovateľnú pracoviskom s ohľadom na potreby pracoviska, že daná nastavená minimálna úroveň kvality obmedzuje hospodársku súťaž iba z toho dôvodu, že produkt, ktorý potencionálny uchádzač plánuje ponúknuť, ju nedokáže splniť, a to najmä pokiaľ existuje na trhu viac ako jeden produkt od iných výrobcov spĺňajúci túto minimálnu požiadavku.

Nakoľko predmetným vysvetlením nedošlo k naplneniu § 21 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ nepristupuje k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk.