



Východoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.

P. O. Box 35, Ondavská 8, 040 11 Košice



Všetkým zájemcom

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / ☎

Košice

28.01.2026

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ako verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil prostredníctvom Európskeho vestníka pod č. 7/2026 zo dňa 12.01.2026 pod ozn. 15405-2026 a Vestníka pre verejné obstarávanie č. 7/2026 zo dňa 13.1.2026 pod ozn. 362 - MST verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom sú

„Prenájom analyzátorov a dodávka diagnostík“.

Verejnému obstarávateľovi bola doručená od jedného zo záujemcov žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, na ktorú verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní v zákonnej lehote poskytuje nasledovnú odpoveď:

Otázka:

V Príloze č. 6 „Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“ súťažných podkladů jsou předdefinovány položky diagnostik vč. předpokládaného množství (sloupce B a D), jejichž plnění umožňuje pouze jeden výrobce. Vzhledem k tomu, že uvedená příloha neumožňuje změnu diagnostik, není tak možné, aby se této veřejné zakázky zúčastnilo více firem. Společnost „XY“ splňuje veškeré požadované specifikace uvedené v Príloze č. 5, avšak za předpokladu použití odlišného typu spotřebního materiálu. Každý výrobce má specifický spotřební materiál, který není možné nahradit, např. počet testů v rámci jedné měřicí kazety. V Príloze č. 6 jsou uvedeny měřicí kazety na 250, 400 a 750 testů, což splňuje pouze jeden výrobce. Společnost „XY“ může nabídnout kazety pro 300, 600, 900 a 1200 testů, jak již bylo uvedeno v předcházejícím PTK (č. PTK/2025/31). Podobné změny se týkají i ostatního diagnostického materiálu, který se liší podle výrobce.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat při splnění veškerých ostatních podmínek odlišnou skladbu spotřebního materiálu tak, aby se mohlo zúčastnit více dodavatelů? Pokud ano, je nutné aktivovat takovou možnost

odemknutím uzamčených cel v Příloze č. 6 a umožnit tak změnu názvu diagnostik, jejich počtu a též počtu řádků podobně, jako je to možné v Příloze č. 7.

Odpověď:

Trváme na zachování pôvodnej špecifikácie, ktorá je pre VÚSCH, a.s., veľkým krokom vpred v laboratórnej diagnostike acido-bázických rovnováh a presne a úplne zohľadňuje potreby ústavu.

Verejný obstarávateľ má za to, že požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky sú definované jasne, zrozumiteľne a nediskriminačne, pričom reflektujú minimálne požiadavky pracoviska s ohľadom na princíp objektívnosti, hospodárnosti a zohľadnenie funkčnosti celého ponúkaného riešenia.

Verejný obstarávateľ v rámci prípravnej fázy zákazky vykonal prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“). Výsledkom týchto PTK je špecifikácia, ktorá definuje minimálne požiadavky spĺňajúce minimálne potreby verejného obstarávateľa a na základe vyhodnotenia PTK túto špecifikáciu vedia splniť minimálne 3 potencionálni dodávatelia.

Verejný obstarávateľ je toho názoru, že potencionálny uchádzač nemôže argumentovať pri konkrétnej minimálnej požiadavke technickej špecifikácie, že daná nastavená minimálna úroveň obmedzuje hospodársku súťaž iba z toho dôvodu, že riešenie, ktoré potencionálny uchádzač plánuje ponúknuť, ju nedokáže splniť.