



V Trenčíne, dňa 16.07.2020

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 5

**Označenie verejného obstarávania:**

Verejný obstarávateľ	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Predmet zákazky:	<b>Sterilizačné, hygienické a dezinfekčné prístroje</b>
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO
Vyhlásené a publikované	V úradnom vestníku EÚ zo dňa 19.06.2020 pod č. 2020/S 118-286005 a vo Vestníku VO č. 131/2020 zo dňa 22.06.2020 pod. č. 22582 - MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ nijakým spôsobom neupravoval znenie otázok záujemcu.

**Otázka 1-1**

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností pre časť 3 - Sterilizačné kontajnery požaduje technický parameter VLOŽKA 1/2 VEĽKOSŤ v počte 81 kusov. Mohol by verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať túto položku?

**Odpoveď 1-1:**

Vložka 1/2 veľkosť je určená do sterilizačného sita pre operačné nástroje.

**Otázka 1-2**

Verejný obstarávateľ v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností pre časť 3 - Sterilizačné kontajnery požaduje ZÁSOBNÍK/SITO NA MIKROENDO-NÁSTROJE v počte 47 ks.

Mohol by verejný obstarávateľ poskytnúť bližšiu špecifikáciu a rozmery požadovaného zásobníka/sita na mikroendo-nástroje?

**Odpoveď 1-2:**

Sito so zásobníkom (držiakom) na mikro – endoskopické nástroje určené na správnu sterilizáciu a transport mikro-endoskopických nástrojov v sterilizačnom kontajnery.

S pozdravom

Ing. Michal Plesník  
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa