

Verejný obstarávateľ:	Mestská poliklinika Senica, a.s. Sotinská 1588/1, 90501 Senica IČO: 36273074
Názov zákazky:	„Digitálny RTG prístroj“
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/77556/summary
Zverejnená v:	Publikačnom vestníku EÚ pod číslom 334612-2026 dňa 18.05.2026a vo Vestníku UVO č. 249/2024 zo dňa 19.05.2026 pod č. 6884 - MST
Dokument:	Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 1 zo dňa 28.05.2026
Spracovaná dňa:	05.06.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručenú otázku v Žiadosti o vysvetlenie č. 1 zo dňa 28.05.2026:

Otázka č. 01/01:

Chceli by sme Vás požiadať o vysvetlenie, resp. úpravu požiadavky uvedenej v bode 1.32 technickej špecifikácie:

„Držiak (rukoväť) alebo ochranný kryt s držiakom (rukoväťou) pre bezpečnejšiu manipuláciu s vyberateľným detektorom“

Dovoľujeme si požiadať Verejného obstarávateľa o zváženie odstránenia uvedenej požiadavky z technickej špecifikácie. V rámci našej ponuky poskytujeme dva bezdrôtové detektory s rozmerom 43 × 43 cm, pričom jeden je umiestnený v stole a druhý vo vertikálnom statíve. Z uvedeného dôvodu nie je potrebná rutinná manipulácia s detektormi. Zároveň sú detektory nepretržite nabíjané v bucky jednotkách, čím odpadá potreba ich vyberania za účelom nabíjania.

V prípadoch realizácie voľných expozícií ergonomický dizajn detektora zabezpečuje jeho jednoduchú a bezpečnú manipuláciu aj bez potreby dodatočného príslušenstva, ako je držiak alebo ochranný kryt.

Bude Verejný obstarávateľ akceptovať ponúkané riešenie aj bez uvedeného príslušenstva?

Odpoveď na otázku č. 01/01:

Verejný obstarávateľ trvá na svojej požiadavke, tzn. že samotný detektor musí mať buď rukoväť (rúčku, držadlo alebo otvor na prsty určený na pevný úchop), za ktorú je možné ho bezpečne uchopiť alebo musí byť k detektoru dodané príslušenstvo, t.j. ochranný kryt s držadlom (rukoväťou) pre bezpečnejšiu manipuláciu s vyberateľným detektorom.