

Verejný obstarávateľ:	Mestská poliklinika Senica, a.s. Sotinská 1588/1, 90501 Senica IČO: 36273074
Názov zákazky:	„Digitálny RTG prístroj“
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/77556/summary
Zverejnená v:	Publikačnom vestníku EÚ pod číslom 334612-2026 dňa 18.05.2026 a vo Vestníku UVO č. 249/2024 zo dňa 19.05.2026 pod č. 6884 - MST
Dokument:	Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 2 zo dňa 28.05.2026
Spracovaná dňa:	05.06.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručенú otázku v Žiadosti o vysvetlenie č. 2 zo dňa 28.05.2026:

Otázka č. 02/02:

Bude obstarávateľ akceptovať miesto parametra Pozdĺžny pohyb RTG žiariča na stropnom závese min. 3500 mm aj parameter pre Pozdĺžny pohyb RTG žiariča na stropnom závese min. 3200 mm pri zachovaní požadovaných, prípadne výkonnejších zvyšných parametrov?

Odpoveď na otázku č. 02/02:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať Pozdĺžny pohyb RTG žiariča na stropnom závese – min. 3200 pri zachovaní požadovaných, prípadne výkonnejších zvyšných parametrov.

V dôsledku zmeny požadovanej hodnoty parametra bola **upravená technická špecifikácia – príloha č. 2 Súťažných podkladov** (Úprava č. 1). Verejný obstarávateľ uverejňuje upravenú prílohu č. 2 – Cenová ponuka a technická špecifikácia v rámci uverejnenia Žiadosti o vysvetlenie č. 2.