

Verejný obstarávateľ:	Mestská poliklinika Senica, a.s. Sotinská 1588/1, 90501 Senica IČO: 36273074
Názov zákazky:	„Digitálny RTG prístroj“
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/77556/summary
Zverejnená v:	Publikačnom vestníku EÚ pod číslom 334612-2026 dňa 18.05.2026 a vo Vestníku UVO č. 249/2024 zo dňa 19.05.2026 pod č. 6884 - MST
Dokument:	Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 3 zo dňa 28.05.2026
Spracovaná dňa:	05.06.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručенú otázku v Žiadosti o vysvetlenie č. 3 zo dňa 28.05.2026:

Otázka č. 03/03:

V rámci položky č.1.6 prílohy č. 2 Cenová ponuka a technická špecifikácia RTG prístroj sa uvádza:

“Rozsah expozičného napätia od 40 kVp do 150 kVp”

V rámci požiadavky na tento technický parameter je použitá jednotka pre rozsah expozičného napätia „kVp“ – kilo volt peak. Nami ponúkané zariadenie má v rámci produktového listu uvedený rozsah expozičného napätia v jednotkách „kV“ – kilovoltoch. Označenie „kVp“ sa používa najmä na označenie maximálnej hodnoty špičkového napätia pri expozícii, nie však na definovanie rozsahu expozičného napätia ako technického parametra zariadenia.

Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude akceptovať aj hodnotu rozsahu expozičného napätia uvedenú nasledovne: „Rozsah expozičného napätia od 40 kV do 150 kV“?

Odpoveď na otázku č. 03/03:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať hodnotu rozsahu expozičného napätia uvedenú v jednotkách kV alebo kVp.