

Verejný obstarávateľ:	Mestská poliklinika Senica, a.s. Sotinská 1588/1, 90501 Senica IČO: 36273074
Názov zákazky:	„Digitálny RTG prístroj“
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/77556/summary
Zverejnená v:	Publikačnom vestníku EÚ pod číslom 334612-2026 dňa 18.05.2026 a vo Vestníku UVO č. 249/2024 zo dňa 19.05.2026 pod č. 6884 - MST
Dokument:	Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 4 zo dňa 02.06.2026
Spracovaná dňa:	05.06.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručенú otázku v Žiadosti o vysvetlenie č. 4 zo dňa 02.06.2026:

Otázka č. 04/04:

Navrhujeme obstarávateľovi zmeniť požiadavku súťažných podkladov v bode: 1.33 Vodotesnosť vyberateľných detektorov min. IPX3.

Takto zadaná podmienka je neplatná. Vysvetlenie: IP XX, prvá číslica X – ochrana proti pevným časticiam (napr. prachu) v rozsahu od 0-6, druhá číslica X – ochrana proti vniknutiu kvapalín v rozsahu 0-9. Z vysvetlenia vyplýva, že nie je definovaný stupeň ochrany proti pevným časticiam, preto nevieme posúdiť splnenie podmienky.

Odpoveď na otázku č. 04/04:

Minimálny stupeň ochrany proti vniknutiu vody je požadovaný v súlade normou STN EN 60529:1993, podľa ktorej: „Tam, kde sa uvedenie charakteristickej číslice nevyžaduje, je táto číslica nahradená písmenom X.“