SÚSCCH a.s.

Stredoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica

UNOMED spol. s.r.o.
Zlatovská 2211
911 01 Trenčín

Váš list číslo/ zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Mgr. Ivana Butašová Beneová +421 905412051	29.10.2026

VEC: Žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov II.

Verejný obstarávateľ:	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	**Biologické srdcové chlopne a cievne protézy**
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž s uplatnením § 66 ZVO ods. 7
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Ú. v. EÚ: 2026/S 145-528618 zo dňa 30.07.2026 Vestník VO č. 154/2026, 10925 – MST zo dňa 31.07.2026

Vaša spoločnosť, v stanovenej lehote na predkladanie ponúk, doručila ponuku pre časti č. 1, 2 a 6 v rámci vyššie definovaného verejného obstarávania.

V rámci vyhodnocovania ponúk predložených v predmetnom postupe zadávania zákazky Vás verejný obstarávateľ v súlade s § 53 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní žiada o **písomné vysvetlenie ponuky** k nasledujúcim konkrétnym častiam Vami predloženej ponuky:

I.

Časť 1:

Verejný obstarávateľ preskúmal Vami doručenú odpoveď na žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov zo dňa 07.10.2026, doručenej dňa 09.10.2026, v ktorej ste okrem iného uviedli, že po opätovnej kontrole ste upravili parameter 1.1v *Prílohe č. 12: Opis predmetu zákazky*, nakoľko pôvodne uvedený popis nespĺňal túto požiadavku. Materiál stentu bol pri inovácii zmenený na nitinol, čo uľahčuje implantáciu chlopne a zabezpečuje, aby sa stent po implantácii vrátil do pôvodnej polohy.

Verejný obstarávateľ požadoval v Prílohe č. 12: Opis predmetu zákazky, bod 1.1 *biologickú perikardiálnu chlopňu so stentom zo zliatiny kobaltu a chrómu do mitrálnej so systémom „sutute loop"*.

V zmysle podmienok uvedených v súťažných podkladoch verejný obstarávateľ akceptuje aj iný – ekvivalentný výrobok za predpokladu, že má kvalitatívne výhodnejšie parametre a výkonnostné charakteristiky, technické vlastnosti, parametre a hodnoty ako požadované minimum, pričom dôkazné bremeno je výhradne na strane uchádzača.

SÚSCCH a.s.

Stredoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.
Cesta k nemocnici 1
974 01 Banská Bystrica

Vzhľadom na vyššie uvedené Vás v súlade s § 53 ods. 1 ZVO žiadame o **doplnenie vysvetlenia a predloženie relevantných dokladov**, ktorými jednoznačne preukážete, že:

1. Ponúkaný stent z **flexibilného nitinolu** predstavuje ekvivalentné riešenie k požadovanej zliatine kobaltu a chrómu, a zároveň
2. disponuje **kvalitatívne výhodnejšími parametrami a výkonnostnými charakteristikami** v porovnaní so zliatinou kobaltu a chrómu v súlade s požiadavkami súťažných podkladov.

Ako dôkazné prostriedky môžete predložiť napr. technickú dokumentáciu výrobcu, certifikáty, odborno-znalecké posudky, klinické štúdie alebo vyhlásenie výrobcu, z ktorých tieto skutočnosti jednoznačne vyplývajú.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzača o doručenie vysvetlenia ponuky vyhotoveného v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch, podpísaného uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo inou osobou oprávnenou konať za uchádzača, v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti, prostredníctvom funkcionality IS JOSEPHINE.

V prípade nedoručenia vysvetlenia v určenej lehote bude Vaša ponuka vylúčená z procesu vyhodnocovania ponúk.

S pozdravom

.....
Mgr. Ivana Butašová Beneová
odborný referent pre VO