

VYHODNOTENIE prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 08-09/2026 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Infúzna technika“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.josephine.proebiz.com. Verejný obstarávateľ zaslal výzvu na účasť v PTK 3 potencionálnym dodávateľom. Prostredníctvom sw. Josephine sa o PTK zaujímali 6 ďalší dodávatelia. Svoju ponuku predložili 4 potenciálni dodávatelia.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Infúzna technika

1.2 CPV:

33194100-7 Prístroje a nástroje na infúziu
 51400000-6 Inštalácia lekársnych a chirurgických zariadení
 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požaduje sa jednorazové dodanie nových, nepoužívaných a nerepasovaných prístrojov a príslušenstva.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- ☐ Áno
☒ Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadované množstvo MJ za zmluvné obdobie
1	dokovacia stanica	ks	78
2	kryt dokovacej stanice	ks	48
3	perfúzor	ks	236
4	infuzomat	ks	78
5	držiak pre samostatné uchytie	ks	22
6	samostatný napájací elektrický kábel	ks	22

3.2 Dostupnosť na trhu:

- ☒ Bežná dostupnosť
☐ Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		BIOFLEX, s.r.o., 126, Borovce 922 09 *	TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtú 1, Nitra 949 01	B. Braun Medical s.r.o., Hlučinska 3, Bratislava 831 03	Surgitech s. r. o., Zárubova 1, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
Dokovacia stanica pre infúznu techniku		xxx	xxx	xxx	xxx	Dokovacia stanica pre infúznu techniku	
1.	Dokovacia stanica pre infúznu techniku s univerzálnymi zásuvkami pre zasunutie injekčnej alebo infúznej pumpy s rozhraním pre dátový prenos a napájanie.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.	Dokovacia stanica pre infúznu techniku s univerzálnymi zásuvkami pre zasunutie injekčnej alebo infúznej pumpy s rozhraním pre dátový prenos a napájanie.
2.	Minimálne 4 dostupné pozície v rámci 1 dokovacej stanice bez obmedzenia typu infúznej techniky.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.	Minimálne 4 dostupné pozície v rámci 1 dokovacej stanice bez obmedzenia typu infúznej techniky.
3.	Možnosť spájania dokovacích staníc do celkov, požaduje sa minimálne vytvorenie celku pre 16 pozícií.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.	Možnosť spájania dokovacích staníc do celkov, požaduje sa minimálne vytvorenie celku pre 16 pozícií.
4.	Kryt dokovacej stanice s rukoväťou pre prenos.	spĺňa	spĺňa	spĺňa / rukoväť na prenos môže byť integrovaná v dokovacej stanici	spĺňa / „Rukoväť určená na manipuláciu a prenos zariadenia môže byť integrovanou súčasťou dokovacej stanice.“	4.	NOVÁ HODNOTA: Kryt dokovacej stanice s rukoväťou pre prenos. Verejný obstarávateľ bude akceptovať integrovanú rukoväť alebo iné rovnocenné riešenie umožňujúce bezpečný prenos dokovacej stanice
5.	Kryt dokovacej stanice s vizuálnou a akustickou signalizáciou alarmu pripojenej infúznej techniky pre rýchlu orientáciu/reakciu personálu na alarm.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.	Kryt dokovacej stanice s vizuálnou a akustickou signalizáciou alarmu pripojenej infúznej techniky pre rýchlu orientáciu/reakciu personálu na alarm.
6.	Kryt dokovacej stanice umožňujúci nastavenie úrovne hlasitosti alarmu a zobrazujúci stav internej batérie dokovacej stanice.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.	Kryt dokovacej stanice umožňujúci nastavenie úrovne hlasitosti alarmu a zobrazujúci stav internej batérie dokovacej stanice.
7.	Zobrazovací displej v kryte dokovacej stanice alebo externý zobrazovací systém, zobrazujúci minimálne: označenie lôžka, meno pacienta, stav siete.	spĺňa	spĺňa	spĺňa / podľa bežnej praxe sa informácie zobrazujú na displeji pumpy, koncept firmy je nepoužívať meno pacienta ale jedinečný ID kód pacienta	spĺňa / „Informácie sú zobrazované na displeji infúznej pumpy, pričom identifikácia pacienta môže byť zabezpečená prostredníctvom jedinečného identifikačného kódu (ID) bez potreby zobrazovania mena pacienta.“	7.	NOVÁ HODNOTA: Zobrazovací displej v kryte dokovacej stanice alebo pumpy alebo externý zobrazovací systém, zobrazujúci minimálne: označenie lôžka, meno pacienta/ ID kód pacienta, stav siete.
8.	Integrované postranné adaptéry pre vedenie infúznej linky.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	8.	Integrované postranné adaptéry pre vedenie infúznej linky.
9.	Jednoduchý mechanizmus pre uzamknutie infúznej techniky v dokovacej stanici.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.	Jednoduchý mechanizmus pre uzamknutie infúznej techniky v dokovacej stanici.
10.	Rozhranie pre napájanie a uzamknutie infúznej techniky na každej pozícii.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	10.	Rozhranie pre napájanie a uzamknutie infúznej techniky na každej pozícii.
11.	Dokovacia stanica s integrovaným rozhraním pre prepojenie do centrálného systému - pre monitorovanie priebehu a stavu infúzie na sesterskej pracovnej stanici.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	11.	Dokovacia stanica s integrovaným rozhraním pre prepojenie do centrálného systému - pre monitorovanie priebehu a stavu infúzie na sesterskej pracovnej stanici.
12.	Súčasťou dokovacej stanice musí byť komunikačné rozhranie pre bezpečné pripojenie do NIS/CIS alebo iný elektronicky informačný systém cez HL7 protokol.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.	Súčasťou dokovacej stanice musí byť komunikačné rozhranie pre bezpečné pripojenie do NIS/CIS alebo iný elektronicky informačný systém cez HL7 protokol.
13.	Dokovacia stanica prepojitelná s čítačkou čiarových kódov pre rýchly prenos údajov.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	13.	Dokovacia stanica prepojitelná s čítačkou čiarových kódov pre rýchly prenos údajov.
14.	Napájanie zo sieťovej zásuvky (220-240Vac/50Hz) a z internej batérie na min. 2 hodiny prevádzky.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	14.	Napájanie zo sieťovej zásuvky (220-240Vac/50Hz) a z internej batérie na min. 2 hodiny prevádzky.
15.	Úroveň IP krytia – minimálne IP 33.	spĺňa	spĺňa	spĺňa / IP 44	spĺňa / IP 44	15.	Úroveň IP krytia – minimálne IP 33.
16.	Možnosť uchytenia dokovacej stanice na eurolištu alebo infúznu tyč.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	16.	Možnosť uchytenia dokovacej stanice na eurolištu alebo infúznu tyč.
17.	Centrálna stanica infúznej techniky s prepojením do dokovacích staníc ako aj do jednotlivej infúznej techniky.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	17.	Centrálna stanica infúznej techniky s prepojením do dokovacích staníc ako aj do jednotlivej infúznej techniky.
18.	Vzdialené zobrazenie na sesterskom pulte o stave infúznej techniky, stave dávkovania, stave alarmov.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	18.	Vzdialené zobrazenie na sesterskom pulte o stave infúznej techniky, stave dávkovania, stave alarmov.
19.	Možnosť prepustenia/prijatia pacienta na pripojenej infúznej technike.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	19.	Možnosť prepustenia/prijatia pacienta na pripojenej infúznej technike.
20.	Umožňujúce nahratia nových knižnic prípadne aj kalibračných údajov do jednotlivých inf. dávkovačov/pump.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	20.	Umožňujúce nahratia nových knižnic prípadne aj kalibračných údajov do jednotlivých inf. dávkovačov/pump.
21.	Možnosť popis alarmu a ponuky riešenia pre jej odstránenie na pripojenej infúznej technike.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	21.	Možnosť popis alarmu a ponuky riešenia pre jej odstránenie na pripojenej infúznej technike.
22.	Zobrazenie priebehu dávkovania – minimálne celkový podaný objem.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	22.	Zobrazenie priebehu dávkovania – minimálne celkový podaný objem.
23.	Možné prepojenie do NIS/CIS cez HL7 protokol.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	23.	Možné prepojenie do NIS/CIS cez HL7 protokol.
Lineárny dávkovač dokovací		xxx	xxx	xxx	xxx	Lineárny dávkovač dokovací	
1.	Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.	Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici.

2.	Lineárna infúzna pumpa s farebnou dotykovou obrazovkou s nastaviteľným jasom.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.	Lineárna infúzna pumpa s farebnou dotykovou obrazovkou s nastaviteľným jasom.
3.	Displej zobrazujúci minimálne: názov lieku, aktuálnu navolenú hodnotu dávkovania, času dávky, stavu dávky, úroveň tlaku v infúznom systéme, stav batérie, reálny čas a pod..	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.	Displej zobrazujúci minimálne: názov lieku, aktuálnu navolenú hodnotu dávkovania, času dávky, stavu dávky, úroveň tlaku v infúznom systéme, stav batérie, reálny čas a pod..
4.	Prístroj s funkciou: kontinuálneho podávania liekov, podávania enterálnej a parenterálnej výživy, schopný dávkovania celkovej intravenózne anestézie TIVA s možnosťou cieľovo riadenej infúzie - TCI a schopný pacientom riadenej analgézie PCA.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.	Prístroj s funkciou: kontinuálneho podávania liekov, podávania enterálnej a parenterálnej výživy, schopný dávkovania celkovej intravenózne anestézie TIVA s možnosťou cieľovo riadenej infúzie - TCI a schopný pacientom riadenej analgézie PCA.
5.	Možnosť podania bolusu, pauzy infúzie, utíšenia alarmov na dotykovej obrazovke a pauza/stop infúzie aj samostatným tlačidlom pre vyššiu bezpečnosť.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.	Možnosť podania bolusu, pauzy infúzie, utíšenia alarmov na dotykovej obrazovke a pauza/stop infúzie aj samostatným tlačidlom pre vyššiu bezpečnosť.
6.	Možnosť použitia striekačiek bežne používaných objemov min 2ml – 60ml.	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml od rôznych výrobcov uvedených v návode na použitie	spĺňa / 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml od rôznych výrobcov uvedených v návode na použitie	6.	Možnosť použitia striekačiek bežne používaných objemov min 2ml – 60ml.
7.	Lineárny dávkovač spojitelný s minimálne dvoma ďalšími dávkovačmi, tvoriace jeden celok aj bez dokovacej stanice - t.j. uchytenie na jednej svorke minimálne pre trojicu.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.	Lineárny dávkovač spojitelný s minimálne dvoma ďalšími dávkovačmi, tvoriace jeden celok aj bez dokovacej stanice - t.j. uchytenie na jednej svorke minimálne pre trojicu.
8.	Rozsah rýchlosti dávkovania 0,01 – 1500 ml/hod..	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 0,01-1800 ml/hod	spĺňa / 0,01-1800 ml/hod	8.	Rozsah rýchlosti dávkovania 0,01 – 1500 ml/hod..
9.	Rýchlosť bolusu 1 – 1500 ml/h.	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 1-1800 ml/hod	spĺňa / 1-1800 ml/hod	9.	Rýchlosť bolusu 1 – 1500 ml/h.
10.	Presnosť pri dávkovaní: ± 2 %.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	10.	Presnosť pri dávkovaní: ± 2 %.
11.	Nastavenie citlivosti oklúzneho tlaku v min. 5 stupňoch od 1,2 bar (900 mmHg).	spĺňa	spĺňa	spĺňa / v 9 stupňoch od 0,1 - 1,2 bar (900 mmHg).	spĺňa / v 9 stupňoch od 0,1 - 1,2 bar (900 mmHg).	11.	Nastavenie citlivosti oklúzneho tlaku v min. 5 stupňoch od 1,2 bar (900 mmHg).
12.	Integrovaný systém alarmu s prioritizáciou alarmov a následným akustickým a optickým prejavom.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.	Integrovaný systém alarmu s prioritizáciou alarmov a následným akustickým a optickým prejavom.
13.	Kapacita knižnice liekov na minimálne 2000 liekov a min. 20 kategórií.	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 10 000 liekov , 31 kategórií	spĺňa / 10 000 liekov , 31 kategórií	13.	Kapacita knižnice liekov na minimálne 2000 liekov a min. 20 kategórií.
14.	Možnosť pred definovania liečiva, koncentrácie, oklúzných tlakov, rýchlosti KVO a limit pre objemu bolusu.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	14.	Možnosť pred definovania liečiva, koncentrácie, oklúzných tlakov, rýchlosti KVO a limit pre objemu bolusu.
15.	Režim KVO: rozsah nastavenia min. 0,1 – 3 ml/h.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	15.	Režim KVO: rozsah nastavenia min. 0,1 – 3 ml/h.
16.	Predvolba celkového času do max 72 hodín.	spĺňa	nesplňa / Nami ponúknutá technológia presahuje požadovanú maximálnu hodnotu. Ponúkaná hodnota 00:00:01-99:59:59	spĺňa / Uchádzač ponúka 00h:00min:01s až 99h:59min:59s	spĺňa / „Uchádzač ponúka nastaviteľný časový rozsah od 00 h 00 min 01 s do 99 h 59 min 59 s.“	16.	NOVÁ HODNOTA: Predvolba celkového času od 00h 00min 01s do 99h 59min 59s
17.	Rozsah objemu (VTBI) min 0,1 do 9900 ml.	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 0,01 – 9999 ml	spĺňa / 0,01 – 9999 ml	17.	Rozsah objemu (VTBI) min 0,1 do 9900 ml.
18.	Voľba jednotiek: ng, ug, mg, g, MU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	18.	Voľba jednotiek: ng, ug, mg, g, MU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq.
19.	Akumulátor s kapacitou na min. 5 hodín prevádzky pri rýchlosti 5 ml/h, bez optcí.	spĺňa	spĺňa	spĺňa / Uchádzač ponúka : 13 hod. pri rýchlosti 25 ml/h s vypnutým WIFI 11 hod. pri rýchlosti 25 ml/h so zapnutým WIFI	spĺňa / 13 hod. pri rýchlosti 25 ml/h s vypnutým WIFI 11 hod. pri rýchlosti 25 ml/h so zapnutým WIFI	19.	NOVÁ HODNOTA: Akumulátor s kapacitou na min. 5 hodín prevádzky pri rýchlosti min. 5 ml/h, bez optcí.
20.	Možnosť pripojenia pumpy do centrálného systému cez integrovaný wifi modul ako aj cez dokovaciu stanicu.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	20.	Možnosť pripojenia pumpy do centrálného systému cez integrovaný wifi modul ako aj cez dokovaciu stanicu.
21.	Rozhranie pre nahratie knižnice liekov, import/export patientskych dát, export histórie udalostí, import/export, kalibračných údajov.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	21.	Rozhranie pre nahratie knižnice liekov, import/export patientskych dát, export histórie udalostí, import/export, kalibračných údajov.
22.	Úroveň IP krytia – minimálne IP 33.	spĺňa	spĺňa	spĺňa / IP 44	spĺňa / IP 44	22.	Úroveň IP krytia – minimálne IP 33.
23.	Rozhranie WiFi. Podporované rozhrania WLAN 802.11a až 802.11n, šírka rozhrania 2,4 GHz alebo 5 GHz.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	23.	Rozhranie WiFi. Podporované rozhrania WLAN 802.11a až 802.11n, šírka rozhrania 2,4 GHz alebo 5 GHz.
24.	Bezpečnostné štandardy WiFi: WEP, WPA, WPA2.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	24.	Bezpečnostné štandardy WiFi: WEP, WPA, WPA2.
25.	Hmotnosť max 2,2 kg vrátane akumulátora.	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 1,9 kg	spĺňa / 1,9 kg	25.	Hmotnosť max 2,2 kg vrátane akumulátora.
26.	Softvér v slovenskom jazyku.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	26.	Softvér v slovenskom jazyku.
27.	Integrovaná rúčka na prenášanie.	spĺňa	nesplňa / Ekvivalentné riešenie použitím adaptéra, ktoré neobmedzí funkčnosť prístroja	spĺňa	spĺňa	27.	NOVÁ HODNOTA: Integrovaná rúčka na prenášanie alebo ekvivalentné riešenie použitím adaptéra, ktoré neobmedzí funkčnosť prístroja.
Volumetrická pumpa dokovacia		xxx	xxx	xxx	xxx	Volumetrická pumpa dokovacia	
1.	Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.	Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici.
2.	Objemová infúzna pumpa s farebnou dotykovou obrazovkou s nastaviteľným jasom.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.	Objemová infúzna pumpa s farebnou dotykovou obrazovkou s nastaviteľným jasom.
3.	Displej zobrazujúci minimálne: názov lieku, aktuálnu navolenú hodnotu dávkovania, času dávky, stavu dávky, úroveň tlaku v infúznom systéme, stav batérie, reálny čas a pod.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.	Displej zobrazujúci minimálne: názov lieku, aktuálnu navolenú hodnotu dávkovania, času dávky, stavu dávky, úroveň tlaku v infúznom systéme, stav batérie, reálny čas a pod.
4.	Volumetrická pumpa s funkciou: kontinuálneho podávania liekov, podávania enterálnej a parenterálnej výživy, krvných derivátov.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.	Volumetrická pumpa s funkciou: kontinuálneho podávania liekov, podávania enterálnej a parenterálnej výživy, krvných derivátov.
5.	Možnosť podania bolusu, pauzy infúzie, utíšenia alarmov na dotykovej obrazovke a pauza/stop infúzie aj samostatným tlačidlom pre vyššiu bezpečnosť.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.	Možnosť podania bolusu, pauzy infúzie, utíšenia alarmov na dotykovej obrazovke a pauza/stop infúzie aj samostatným tlačidlom pre vyššiu bezpečnosť.
6.	Volumetrická pumpa spojitelná s minimálne dvoma ďalšími dávkovačmi, tvoriace jeden celok aj bez dokovacej stanice - t.j. uchytenie na jednej svorke minimálne pre trojicu.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.	Volumetrická pumpa spojitelná s minimálne dvoma ďalšími dávkovačmi, tvoriace jeden celok aj bez dokovacej stanice - t.j. uchytenie na jednej svorke minimálne pre trojicu.
7.	Volumetrická pumpa dokovateľná do dokovacej stanice, rýchlosťou dávkovania liekov a pri transfúzii krvi min 0,1 – 1200 ml/hod..	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.	Volumetrická pumpa dokovateľná do dokovacej stanice, rýchlosťou dávkovania liekov a pri transfúzii krvi min 0,1 – 1200 ml/hod..
8.	Presnosť pri dávkovaní: ± 5 %.	spĺňa	spĺňa	spĺňa / ± 3 % podľa normy IEC 60601-2-24	spĺňa / ± 3 % podľa normy IEC 60601-2-24	8.	NOVÁ HODNOTA: Presnosť pri dávkovaní: max. ± 5 %.
9.	Rýchlosť bolusu 1 – 1200 ml/h.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.	Rýchlosť bolusu 1 – 1200 ml/h.
10.	Nastaviteľný rozsah oklúzneho tlaku v aspoň 10 úrovniach do 1,2 bar (900 mmHg).	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 9 stupňoch citlivosti od 0,067 – 1,1 bar (50 – 825 mmHg)	spĺňa / 9 stupňoch citlivosti od 0,067 – 1,1 bar (50 – 825 mmHg)	10.	NOVÁ HODNOTA: Nastaviteľný rozsah oklúzneho tlaku v aspoň 9 úrovniach do 1,1 bar (825 mmHg).
11.	Detekcia bublín už od veľkosti 20 um.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	11.	Detekcia bublín už od veľkosti 20 um.
12.	Integrovaný systém alarmu s prioritizáciou alarmov a následným akustickým a optickým prejavom.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.	Integrovaný systém alarmu s prioritizáciou alarmov a následným akustickým a optickým prejavom.
13.	Kapacita knižnice liekov na minimálne 2000 liekov a min. 20 kategórií.	spĺňa	spĺňa	spĺňa / 10 000 liekov , 31 kategórií	spĺňa / 10 000 liekov , 31 kategórií	13.	Kapacita knižnice liekov na minimálne 2000 liekov a min. 20 kategórií.
14.	Prístroj musí umožniť zaradiť lieky do kategórií s farebnou identifikáciou.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	14.	Prístroj musí umožniť zaradiť lieky do kategórií s farebnou identifikáciou.
15.	Možnosť pred definovania liečiva, koncentrácie, oklúzných tlakov, rýchlosti KVO a limit pre objem bolusu.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	15.	Možnosť pred definovania liečiva, koncentrácie, oklúzných tlakov, rýchlosti KVO a limit pre objem bolusu.
16.	Rozsah KVO 0,1 – 3ml/hod..	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	16.	Rozsah KVO 0,1 – 3ml/hod..
17.	Nastavenie času v rozsahu 1 s až 72 hodín.	spĺňa	nesplňa / Nami ponúknutá technológia presahuje požadovanú maximálnu hodnotu Ponúkaná hodnota 00:00:01-99:59:59	spĺňa / Uchádzač ponúka 00h:00min:01s až 99h:59min:59s	spĺňa / 00h:00min:01s až 99h:59min:59s	17.	NOVÁ HODNOTA: Nastavenie času od 00h 00min 01s do 99h 59min 59s.
18.	Rozsah objemu (VTBI) 0,1 – 9900 ml.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	18.	Rozsah objemu (VTBI) 0,1 – 9900 ml.
19.	Voľba jednotiek: ng, ug, mg, g, MU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	19.	Voľba jednotiek: ng, ug, mg, g, MU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq.
20.	Akumulátor s kapacitou na min. 5 hodín prevádzky pri rýchlosti 25 ml/h, bez optcí.	spĺňa	spĺňa	spĺňa / Uchádzač ponúka : 11 hod. pri rýchlosti 100 ml/h s vypnutým WIFI 8,5 hod. pri rýchlosti 100 ml/h so zapnutým WIFI	spĺňa / 11 hod. pri rýchlosti 100 ml/h s vypnutým WIFI 8,5 hod. pri rýchlosti 100 ml/h so zapnutým WIFI	20.	NOVÁ HODNOTA: Akumulátor s kapacitou na min. 5 hodín prevádzky pri rýchlosti min. 25 ml/h, bez optcí.

21.	Možnosť pripojenia pumpy do centrálneho systému cez integrovaný wifi modul ako aj cez dokovaciu stanicu.		spĺňa	spĺňa	spĺňa	21.	Možnosť pripojenia pumpy do centrálneho systému cez integrovaný wifi modul ako aj cez dokovaciu stanicu.
22.	Rozhranie pre nahratie knižnice liekov, import/export patientskych dát, export histórie udalostí, import/export kalibračných údajov.		spĺňa	spĺňa	spĺňa	22.	Rozhranie pre nahratie knižnice liekov, import/export patientskych dát, export histórie udalostí, import/export kalibračných údajov.
23.	Úroveň IP krytia – minimálne IP 33.		spĺňa	spĺňa / IP 44	spĺňa / IP 44	23.	Úroveň IP krytia – minimálne IP 33.
24.	Hmotnosť max 2,2 kg vrátane akumulátora.		spĺňa	spĺňa / 1,9 kg	spĺňa / 1,9 kg	24.	Hmotnosť max 2,2 kg vrátane akumulátora.
25.	Rozhranie WiFi. Podporované rozhrania WLAN 802.11a až 802.11n, šírka rozhrania 2,4 GHz alebo 5 GHz.		spĺňa	spĺňa	spĺňa	25.	Rozhranie WiFi. Podporované rozhrania WLAN 802.11a až 802.11n, šírka rozhrania 2,4 GHz alebo 5 GHz.
26.	Softvér v slovenskom jazyku.		spĺňa	spĺňa	spĺňa	26.	Softvér v slovenskom jazyku.

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		BIOFLEX, s.r.o., 126, Borovce 922 09 *	TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra 949 01	B. Braun Medical s.r.o., Hlučinska 3, Bratislava 831 03	Surgitech s. r. o., Zárubova 1, Bratislava - mestská časť Žahorská Bystrica 841 06	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
Požaduje sa:		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Požaduje sa:	
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.		akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.	Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:		akceptujem			2.	Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:
2.1.	do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,		neakceptujem / Jedná sa o medicínske zariadenie, ktoré je konfigurované priamo na zákazníka t.j. nejedná sa o rozšírenú "výstavu", ale o rozšírenú. Navrhujeme do 50 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.	neakceptujem / do 90 dní	neakceptujem / maximálne do 60 kalendárnych dní	2.1.	NOVÁ HODNOTA: do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
2.2.	v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,		akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.2.	v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
2.3.	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,		akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.3.	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.4.	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,		akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.4.	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.5.	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu (t. j. krajina kde bol vyrobený).		akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.5.	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu (t. j. krajina kde bol vyrobený).
3.	Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatíu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa.		akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatíu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa.
4.	Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v zmluve.		akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v zmluve.
5.	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalčný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.		akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalčný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.
6.	Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.		akceptujem	akceptujem	akceptujem	6.	Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.		akceptujem	akceptujem	akceptujem	7.	Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
8.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:		akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1.	oprava vád a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,		akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.1.	oprava vád a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2.	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,		akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.2.	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,
8.3.	vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,		akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.3.	vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,
8.4.	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,		akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.4.	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,
8.5.	vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,		akceptujem	neakceptujem / BTK stanovuje výroba na 1x za dva roky	neakceptujem / „Výrobcom predpísaná periodicita BTK je 1x za 2 roky, čím sa znižuje frekvencia servisných odstavkov zariadenia.“	8.5.	NOVÁ HODNOTA: vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou buď podľa odporúčania výrobcu prístroja alebo jeden krát ročne
8.6.	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,		akceptujem	neakceptujem / BTK stanovuje výroba na 1x za dva roky	neakceptujem / „Výrobcom predpísaná periodicita BTK je 1x za 2 roky, čím sa znižuje frekvencia servisných odstavkov zariadenia.“	8.6.	NOVÁ HODNOTA: vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok buď vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu alebo jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,
8.7.	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,		akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.7.	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,

8.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,	spĺňa	akceptujem	neakceptujem / servis sa vykonáva v servisnom centre (Košice)	neakceptujem / servis sa vykonáva v servisnom centre (Košice)	8.8.	NOVÁ HODNOTA: práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu alebo v servisnom centre,
8.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevplyvujú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,	spĺňa	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.9.	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevplyvujú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
8.10	technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa v pracovných dňoch, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.	spĺňa	akceptujem	neakceptujem / kontakt je servisný technik v Košiciach	neakceptujem / kontakt je servisný technik v Košiciach	8.10.	NOVÁ HODNOTA: technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa v pracovných dňoch, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska alebo prostredníctvom dostupného servisného technika.
9.	Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	spĺňa	akceptujem	neakceptujem / servis sa vykonáva v servisnom centre (Košice), nástup do 72 hodín, následná oprava v servisnom centre	neakceptujem / „Servisné zabezpečenie je realizované prostredníctvom servisného centra v Košiciach, s garantovaným nástupom servisného technika do 72 hodín od nahlásenia servisnej požiadavky. V prípade potreby je následná oprava zariadenia vykonaná v servisnom centre.“	9.	NOVÁ HODNOTA: Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja alebo v servisnom centre do 72 hodín od nahlásenia.
9.1	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	spĺňa	akceptujem	neakceptujem / servis sa vykonáva v servisnom centre (Košice), nástup do 72 hodín, následná oprava v servisnom centre	neakceptujem / „Servisné zabezpečenie je realizované prostredníctvom servisného centra v Košiciach, s garantovaným nástupom servisného technika do 72 hodín od nahlásenia servisnej požiadavky. V prípade potreby je následná oprava zariadenia vykonaná v servisnom centre.“	9.1.	NOVÁ HODNOTA: V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 72 hodín od nahlásenia.
10.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	spĺňa	akceptujem			10.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,	spĺňa	akceptujem	neakceptujem / 15 pracovných dní od prijatia v servisnom centre	neakceptujem / 15 pracovných dní od prijatia v servisnom centre	10.1.	NOVÁ HODNOTA: oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 72 hodín alebo dodanie plne funkčnej náhrady,
10.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.	spĺňa	akceptujem	neakceptujem / 15 pracovných dní od prijatia v servisnom centre	neakceptujem / 15 pracovných dní od prijatia v servisnom centre	10.2.	NOVÁ HODNOTA: oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod. alebo dodanie adekvátnej funkčnej náhrady
11.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:	spĺňa	akceptujem	neakceptujem / servis sa vykonáva v servisnom centre (Košice)	neakceptujem / servis sa vykonáva v servisnom centre (Košice)	11.	NOVÁ HODNOTA: Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky, alebo vykonať servis v servisnom centre v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
11.1	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,	spĺňa	akceptujem	neakceptujem / pokuta je vysoká vzhľadom na predmet obstarávania - výpadok prístroja vzhľadom na počet prístrojov neohrozuje poskytovanie terapie	neakceptujem / Výšku zmluvnej pokuty považujeme vzhľadom na charakter a rozsah predmetu zákazky za neprimerane vysokú. Vzhľadom na veľký počet obstarávaných infúzných zariadení a ich vzájomnú zastupiteľnosť dočasný výpadok jednotlivého prístroja neohrozuje kontinuitu poskytovania infúznej terapie ani prevádzku pracoviska. Zmluvná pokuta by mala byť stanovená primerane k reálnemu dopadu porušenia povinnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného dôvodu žiadame verejného obstarávateľa o primerané zníženie stanovenej zmluvnej pokuty.	11.1.	NOVÁ HODNOTA: nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 10,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
11.2	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.	spĺňa	akceptujem	neakceptujem / pokuta je vysoká vzhľadom na predmet obstarávania - výpadok prístroja vzhľadom na počet prístrojov neohrozuje poskytovanie terapie	neakceptujem / Výšku zmluvnej pokuty považujeme vzhľadom na charakter a rozsah predmetu zákazky za neprimerane vysokú. Vzhľadom na veľký počet obstarávaných infúzných zariadení a ich vzájomnú zastupiteľnosť dočasný výpadok jednotlivého prístroja neohrozuje kontinuitu poskytovania infúznej terapie ani prevádzku pracoviska. Zmluvná pokuta by mala byť stanovená primerane k reálnemu dopadu porušenia povinnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného dôvodu žiadame verejného obstarávateľa o primerané zníženie stanovenej zmluvnej pokuty.	11.2.	NOVÁ HODNOTA: nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 10,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
12.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencie, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	spĺňa	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencie, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.

13.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	spĺňa	akceptujem	akceptujem	akceptujem	13.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
14.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie prístroja elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.	spĺňa	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie prístroja elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
15.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom. V prípade úhrady faktúry Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške zľavy, ktorú uvedie v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.	spĺňa	akceptujem	akceptujem	akceptujem	15.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom. V prípade úhrady faktúry Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške zľavy, ktorú uvedie v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.
16.	Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa.	spĺňa	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.	Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa.
17.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	spĺňa	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
18.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné zabezpečiť prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a. Ručenie bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a je neplatné. Súhlas objednávatel'a je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	spĺňa	akceptujem	akceptujem	akceptujem	18.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné zabezpečiť prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a. Ručenie bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a je neplatné. Súhlas objednávatel'a je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
19.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.	spĺňa	akceptujem	akceptujem	akceptujem	19.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
20.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	spĺňa	akceptujem	akceptujem	akceptujem	20.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
21.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/etikcky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od zmluvy.	spĺňa	akceptujem	akceptujem	akceptujem	21.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/etikcky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od zmluvy.
22.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/	spĺňa	akceptujem	akceptujem	akceptujem	22.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZY A DOKLADY						
Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		BIOFLEX, s.r.o., 126, Borovce 922 09 *	TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra 949 01	B. Braun Medical s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava 831 03	Surgitech s. r. o., Zárubova 1, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06	DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZY A DOKLADY / VZORKY
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Požaduje sa:
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1. Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.
2.	V prípade, ak je to relevantné, Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2. V prípade, ak je to relevantné, Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
3.	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3. Prospektový materiál
4.	V prípade, ak je to relevantné, právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname SZM spolu s prílohou , v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname SZM	akceptujem	akceptujem	nie je relevantné	nie je relevantné	4. V prípade, ak je to relevantné, právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname SZM spolu s prílohou , v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname SZM

* Poznámka: Dodávateľ Bioflex, s.r.o., bol požiadaný verejným obstarávateľom o vysvetlenie predloženej ponuky v PTK. Dodávateľ doručil odpoveď na žiadosť o vysvetlenie ponuky, ktorá nebola svojim obsahom v súlade s požiadavkou. Z tohto dôvodu ponuka dodávateľa nebola zaradená do vyhodnotenia PTK a nebude zaradená do výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky.