Dobrý deň,

verejný obstarávateľ Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (ďalej len "verejný obstarávateľ") v rámci realizácie prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len „PTK“) vyhlásenej dňa 17.09.2026, ktorej predmetom je „**Fotonové CT**“ Vám zasiela informácie, na ktoré sa pýtal jeden z účastníkov PTK:

1. Otázka č.1
Vzhľadom na fakt, že potenciálny upgrade prístroja by eliminoval hospodárku súťaž na jedného dodávateľa, chceme Verejného obstarávateľa požiadať o poskytnutie údajov o súčasnom prístroji Somatom Force minimálne v rozsahu:

- Dátum výroby
- Dátum uvedenia do prevádzky
- Typ a názov zariadenia
- HW výbava
- SW výbava a verzia SW
- Dátum poslednej aktualizácie
- Dátum poslednej výmeny RTG žiaričov
- Počet sken sekúnd RTG žiaričov od poslednej výmeny

Zároveň sa chceme opýtať, či pri dodávke nového prístroja PCCT sa stane súčasný prístroj majetkom potenciálneho dodávateľa.

Odpoveď:
Verejný obstarávateľ poskytuje údaje v nasledovnom rozsahu:

- Dátum výroby: 2018
- Dátum uvedenia do prevádzky: 09/2018
- Typ a názov zariadenia: Somatom Force
- SW výbava a verzia SW: VA 30A SP10
- Dátum poslednej aktualizácie: 22.4.2026
- Dátum poslednej výmeny RTG žiaričov:
  A: 15.12.2023
  B: 10.04.2026
- Počet sken sekúnd RTG žiaričov od poslednej výmeny:
  A: 236900
  B: 59420

2. Otázka č.2
Chceme požiadať Verejného obstarávateľa o poskytnutie informácií o rozmeroch a pôdorysu miestnosti, kde má byť potenciálny prístroj inštalovaný.

Odpoveď:
Verejný obstarávateľ poskytuje v prílohe dokumenty Pôdorys miestnosti CT a Popis miestností CT, ktoré obsahujú požadované informácie o priestorovom usporiadaní a rozmeroch miestnosti určenej na inštaláciu prístroja.

3. Otázka č.3
Chceme požiadať Verejného obstarávateľa o poskytnutie informácií o elektrickom príkone, ktorý je k dispozícii pre prípadné novo inštalované CT.

Odpoveď:
Verejný obstarávateľ uvádza, že maximálny dostupný elektrický príkon je 152 kW.

4. Otázka č.4
Zároveň by sme chceli požiadať o predĺženie lehoty na predloženie ponuky do 30.10.2026.

Odpoveď:
Verejný obstarávateľ požiadavke vyhovel a lehota na predkladanie ponúk v rámci PTK už bola predĺžená do 30.10.2026 do 10:00 hod.

V prílohe sa nachádza:
- nový dokument Pôdorys miestnosti CT
- nový dokument Popis miestností CT