VYHODNOTENIE prípravnej trhovej konzultácie

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Injektor kontrastnej látky spolu s kompatibilným ŠZM

1.2 CPV:

42993200-5 Dávkovacie zariadenia

33111710-1 Angiografický spotrebný materiál

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Angiografický vstrekovací systém používaný pri intervenčných kardiologických, rádiologických, alebo chirurgických vaskulárnych zákrokoch, v ktorých sa využíva endovaskulárna technika. Injektor umožňujúci aplikáciu kontrolovaného variabilného objemu a rýchlosti kontrastnej látky a možný preplach fyziologickým roztokom, to všetko riadené sterilným diaľkovým ovládačom v priebehu intervenčného výkonu spolu s kompatibylným ŠZM.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

☐ Áno

☑ Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

P.č.	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ
1.	**Injektor kontrastenj látky**	ks	2
2.	**Ručný ovládač**		
2.1	Angigrafický set I.	ks	12 750
2.1	Angigrafický set II.	ks	1 150

3.2 Dostupnosť na trhu:

☑ Bežná dostupnosť

☐ Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky						Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Katŕadžičova 8/a 821 08 Bratislava	Slomed s.r.o Kupeckého 8 821 08 Bratislava	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
						Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty		**- predmet zákazky bude v rámci vyhlásenej súťaže rozdelný na dve samostané časti:** **Časť č.1: Injektor kontrastenj látky** **Časť č.2: Ručný ovládač**
Položka č. 1 - Injektor kontrastenj látky						**Položka č. 1**	**Položka č. 1**	**Položka č. 1 - Injektor kontrastenj látky**
1.	Systém dodáva do katétra kontrastnú látku, nepriepustnú pre rtg žiarenie, pri variabilnom prietoku, ktorý sa dá okamžite a kontinuálne meniť. Súčasťou systému je ručný ovládač na ovládanie prietoku kontrastnej látky zo vstrekovača do katétra. Je tu možnosť nastaviť variabilný prietok - zmenou prietoku od vstrekovača a zároveň sledovaním angiografického postupu na fluoroskopickom monitorovacom zariadení. Súčasťou systému je monitorovanie tlaku krvi prostredníctvom systému pracujúceho v spojení s monitorovacím zariadením katetrizačného laboratória. Možnosť inštalovania na bočnicu stola spolu s ovládacím panelom, ktorý obsahuje dotykový displej . Ovládací panel - umožňuje nastavenie prietoku, objemu a tlaku vstrekovanej kontrastnej látky. Systém umožňuje režim variabilného prietoku používaním ručného ovládača. Umožňuje vstrekovanie v režime LCA, RCA, LV/ Ao, iné. Napojenie na katétre: Pigtail, selektívny katéter, mikrokatéter a iné.					spĺňa		Systém dodáva do katétra kontrastnú látku, nepriepustnú pre rtg žiarenie, pri variabilnom prietoku, ktorý sa dá okamžite a kontinuálne meniť. Súčasťou systému je ručný ovládač na ovládanie prietoku kontrastnej látky zo vstrekovača do katétra. Je tu možnosť nastaviť variabilný prietok - zmenou prietoku od vstrekovača a zároveň sledovaním angiografického postupu na fluoroskopickom monitorovacom zariadení. Súčasťou systému je monitorovanie tlaku krvi prostredníctvom systému pracujúceho v spojení s monitorovacím zariadením katetrizačného laboratória. Možnosť inštalovania na bočnicu stola spolu s ovládacím panelom, ktorý obsahuje dotykový displej . Ovládací panel - umožňuje nastavenie prietoku, objemu a tlaku vstrekovanej kontrastnej látky. Systém umožňuje režim variabilného prietoku používaním ručného ovládača. Umožňuje vstrekovanie v režime LCA, RCA, LV/ Ao, iné. Napojenie na katétre: Pigtail, selektívny katéter, mikrokatéter a iné.
2.	Požadované varianty:					xxx	xxx	Požadované varianty:
2.1	mobilnú verziu - pri hybridnom výkone kardiochirurg potrebuje dostatočné miesto okolo vyšetrujúceho stola					spĺňa		mobilnú verziu - pri hybridnom výkone kardiochirurg potrebuje dostatočné miesto okolo vyšetrujúceho stola
2.2	uchytenie na bočnicu stola - pri opakovanom intervenčnom výkone za účelom presných hemodynamických meraní					spĺňa		uchytenie na bočnicu stola - pri opakovanom intervenčnom výkone za účelom presných hemodynamických meraní
3.	**Špecifikácia:**	**jednotka**	**minimum**	**maximum**	**presne**	xxx		**Špecifikácia:** / **jednotka** / **minimum** / **maximum** / **presne**
3.1	Ovládací kontrolný panel s farebnou dotykovou obrazovku	cm	27	-	-	spĺňa		Ovládací kontrolný panel s farebnou dotykovou obrazovku / cm / 27 / - / -

3.2	Ovládací kontrolný panel s farebnou dotykovou obrazovku	-	-	-	-	spĺňa		Ovládací kontrolný panel s farebnou dotykovou obrazovku	-	-	-	-
3.3	Prietok vstrekovanej kontrastnej látky nastavovanej užívateľom	ml/s	0,8	40		spĺňa		Prietok vstrekovanej kontrastnej látky nastavovanej užívateľom	ml/s	0,8	40	
3.4	Prietok je nastaviteľný v prírastkoch (krok dávkovania)	ml/s	-	-	0,1	spĺňa		Prietok je nastaviteľný v prírastkoch (krok dávkovania)	ml/s	-	-	0,1
3.5	Objem kontrastnej látky	ml/s	0,8	99,9	-	spĺňa		Objem kontrastnej látky	ml/s	0,8	99,9	-
3.6	objem je nastaviteľný v prírastkoch (krok dávkovania)	ml/s	-	-	0,1	spĺňa		objem je nastaviteľný v prírastkoch (krok dávkovania)	ml/s	-	-	0,1
3.7	Automatizovaný fixný prietok fyziologického roztoku	ml/s	1.6	-	-	spĺňa		Automatizovaný fixný prietok fyziologického roztoku	ml/s	1.6	-	-
3.8	Tlakové limity vstrekovania	kPa	1379	8274	-	spĺňa		Tlakové limity vstrekovania	kPa	1379	8274	-
		PSI	200	1200	-	spĺňa			PSI	200	1200	-
3.9	Doba nábehu vstrekovania	s	0	0.1	-	spĺňa		Doba nábehu vstrekovania	s	0	0.1	-
3.10	Doba nábehu vstrekovania nastaviteľná	s	-	-	0,1	spĺňa		Doba nábehu vstrekovania nastaviteľná	s	-	-	0,1
3.11	Veľkosť valca - zásobníka kontrastnej látky	ml/s	100	-	-	spĺňa		Veľkosť valca - zásobníka kontrastnej látky	ml/s	100	-	-
3.12	Plnenie zásobníka kontrastnej látky manuálne, alebo automatické	ml/s	1	2	-	spĺňa		Plnenie zásobníka kontrastnej látky manuálne, alebo automatické	ml/s	1	2	-
3.13	Napájací zdroj	V	100	240	-	spĺňa		Napájací zdroj	V	100	240	-
3.14	Musí spĺňať normu EN/IEC 60601-1 (druhé a tretie vydanie)	A	-	6,3	-	spĺňa		Musí spĺňať normu EN/IEC 60601-1 (druhé a tretie vydanie)	A	-	6,3	-
3.15	Napájací kábel	m	3.7	-	-	spĺňa		Napájací kábel	m	3.7	-	-
3.16	Hmotnosť systému	-	-	-	-	xxx	xxx	Hmotnosť systému	-	-	-	-
3.17	Napájací zdroj	kg	-	5,5	-	spĺňa		Napájací zdroj	kg	-	5,5	-
3.18	Ovládací panel	kg	-	3,2	-	spĺňa		Ovládací panel	kg	-	3,2	-
3.19	Hlava vstrekovača	kg	-	20,5	-	spĺňa		Hlava vstrekovača	kg	-	20,5	-
3.20	Nastaviteľné rameno	kg	-	0,7	-	spĺňa		Nastaviteľné rameno	kg	-	0,7	-
3.21	Stojanový vozík	kg	-	10	-	spĺňa		Stojanový vozík	kg	-	10	-
3.22	Rozmery stojanového vozíka:	-	-	-	-	xxx	xxx	Rozmery stojanového vozíka:	-	-	-	-
3.23	Šírka stopy rázvoru koliesok	cm	-	95	-	spĺňa		Šírka stopy rázvoru koliesok	cm	-	95	-
3.24	DÍžka stopy rázvoru koliesok	cm	-	64	-	spĺňa		DÍžka stopy rázvoru koliesok	cm	-	64	-
3.25	Riadenie aplikácie sterilným manuálnym diaľkovým ovládaním a dotykovým displejom					spĺňa		Riadenie aplikácie sterilným manuálnym diaľkovým ovládaním a dotykovým displejom				
3.26	Kontinuálne informácie o množstve a rýchlosti podávania kontrastnej látky v priebehu posledného vstreku a celkove v priebehu celého výkonu					spĺňa		Kontinuálne informácie o množstve a rýchlosti podávania kontrastnej látky v priebehu posledného vstreku a celkove v priebehu celého výkonu				
3.27	Kontrola prekročenia maximálneho objemu a rýchlosti podávanej kontrastnej látky					spĺňa		Kontrola prekročenia maximálneho objemu a rýchlosti podávanej kontrastnej látky				
3.28	Programovateľné protokoly podľa typu intervenčného výkonu					spĺňa		Programovateľné protokoly podľa typu intervenčného výkonu				
3.29	Senzory na detekciu vzduchu					spĺňa		Senzory na detekciu vzduchu				
3.30	Senzory vyprázdnenie zásobníka kontrastnej látky					spĺňa		Senzory vyprázdnenie zásobníka kontrastnej látky				
Položka č. 2 - Ručný ovládač						**Položka č. 2 - Ručný ovládač**		**Položka č. 2 - Ručný ovládač**				
Položka č. 2.1 - Angigrafický set I.						**Položka č. 2.1 - Angigrafický set I.**		**Položka č. 2.1 - Angigrafický set I.**				
2.1.1	Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na riadené kontrastné infúzie pri angiografii.						spĺňa	Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na riadené kontrastné infúzie pri angiografii.				
2.1.2	Ručný ovládač umožňuje precíznu reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky, prepojenie na injektor uvedený v položke č.1						spĺňa	Ručný ovládač umožňuje precíznu reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky, prepojenie na injektor uvedený v položke č.1				
2.1.3	Má dve tlačidlá:						spĺňa	Má dve tlačidlá:				
2.1.4	horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky						spĺňa	horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky				
2.1.5	spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom.						spĺňa	spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom.				
2.1.6	Trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou						spĺňa	Trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou				
2.1.7	Vysokotlakovú hadicu rôznych dĺžok:						spĺňa	Vysokotlakovú hadicu rôznych dĺžok:				
2.1.8	AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)						spĺňa	AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)				
2.1.9	AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra).						spĺňa	AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra).				
Položka č. 2.2 - Angigrafický set II.						**Položka č. 2.2 - Angigrafický set II.**		**Položka č. 2.2 - Angigrafický set II.**				
2.2.1	Tlakový prevodník so zbernou hadicou, hadicou fyziologického roztoku, hrotom fyziologického roztoku, ručnou striekačkou.						spĺňa	Tlakový prevodník so zbernou hadicou, hadicou fyziologického roztoku, hrotom fyziologického roztoku, ručnou striekačkou.				
2.2.2	Multi-use Syringe s 100 ml striekačkou, hrotom fyziologického roztoku, hadicou na kontrastnú látku a posuvnou svorkou.						spĺňa	Multi-use Syringe s 100 ml striekačkou, hrotom fyziologického roztoku, hadicou na kontrastnú látku a posuvnou svorkou.				

2.2.3	Ručný ovládač, ktorý umožňuje precíznu reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky, prepojenie na injektor uvedený v položke č.1		spĺňa	Ručný ovládač, ktorý umožňuje precíznu reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky, prepojenie na injektor uvedený v položke č.1
2.2.4	Má dve tlačidlá:		spĺňa	Má dve tlačidlá:
2.2.5	horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky		spĺňa	horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky
2.2.6	spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom.		spĺňa	spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom.
2.2.7	Trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou.		spĺňa	Trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou.
2.2.8	Vysokotlaková hadica rôznych dĺžok:		spĺňa	Vysokotlaková hadica rôznych dĺžok:
2.2.9	AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)		spĺňa	AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)
2.2.10	AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra).		spĺňa	AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra).

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požaduje sa:		**Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Katťadžičova 8/a 821 08 Bratislava**	**Slomed s.r.o Kupeckého 8 821 08 Bratislava**	**DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY**
		Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)		
1.	Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody (ďalej aj "RD"), a to na dohodnuté zmluvné obdobie 36 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.	neakceptujem/ Kúpna zmluva. Predkladáme ponuku len na injektor	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody (ďalej aj "RD"), a to na dohodnuté zmluvné obdobie 36 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.		akceptujem	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
3.	Požaduje sa dodanie tovaru:		akceptujem	Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1	do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky Dodávateľovi,	neaceptujem/ dodanie do 30 dní. Predkladáme ponuku len na injektor	akceptujem	do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky Dodávateľovi,
3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),		akceptujem	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
3.3	v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,		akceptujem	v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),		akceptujem	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),
3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol prístroj vyrobený).		akceptujem	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol prístroj vyrobený).
4.	V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.		akceptujem	V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
5.	V prípade, ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto RD a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto RD a nižšou cenou.		akceptujem	V prípade, ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto RD a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto RD a nižšou cenou.
6.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 5. doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená postupom podľa bodu 5. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo odstúpiť od tejto RD.		akceptujem	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 5. doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená postupom podľa bodu 5. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo odstúpiť od tejto RD.
7.	Zároveň sa požaduje uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja analyzátora. Kúpna zmluva bude súčasťou rámcovej dohody.		akceptujem	Zároveň sa požaduje uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja analyzátora. Kúpna zmluva bude súčasťou rámcovej dohody.
8.	Požaduje sa dodanie prístroja:	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa dodanie prístroja:
8.1	do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,	akceptujem	akceptujem	do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
8.2	v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,

8.3	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	akceptujem	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
8.4	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
8.5	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu (t. j. krajina kde bol vyrobený).	akceptujem	akceptujem	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu (t. j. krajina kde bol vyrobený).
9.	Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatiu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa.	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatiu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa.
10.	Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v zmluve.	akceptujem	akceptujem	Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v zmluve.
11.	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.	akceptujem	akceptujem	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.
12.	Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
13.	Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
14.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
14.1	oprava vád a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	oprava vád a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
14.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,	akceptujem	akceptujem	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,
14.3	vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,	akceptujem	akceptujem	vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,
14.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,
14.5	vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,	akceptujem	akceptujem	vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,
14.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,	akceptujem	akceptujem	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,
14.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
14.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
14.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
14.10	technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa v pracovných dňoch, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa v pracovných dňoch, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.

15.	Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujem	akceptujem	Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15.1	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujem	akceptujem	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
16.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
16.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,	akceptujem	akceptujem	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,
16.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.	akceptujem	akceptujem	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.
17.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
17.1	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,	akceptujem	akceptujem	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
17.2	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
18.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
19.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
20.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
21.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
22.	Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
23.	Požaduje sa, aby Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa, aby Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
24.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.
25.	Účastníci dohody sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem	akceptujem	Účastníci dohody sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
26.	Účastníci dohody sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné zabezpečiť prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ručenie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	akceptujem	akceptujem	Účastníci dohody sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné zabezpečiť prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ručenie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
27.	Účastníci dohody sa dohodli, že sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Účastníci dohody, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Účastník dohody, ktorý sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný to oznámiť druhému Účastníkovi dohody, najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Účastníka dohody, ktorému boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Účastník dohody, ktorému boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhému Účastníkovi dohody.	akceptujem	akceptujem	Účastníci dohody sa dohodli, že sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Účastníci dohody, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Účastník dohody, ktorý sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný to oznámiť druhému Účastníkovi dohody, najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Účastníka dohody, ktorému boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Účastník dohody, ktorému boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhému Účastníkovi dohody.

28.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
29.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od Rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od Rámcovej dohody.

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

	Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:	Bracco Imaging Slovakia s.r.o. Katarínčiova 8/a 821 08 Bratislava	Slomed s.r.o Kupeckého 8 821 08 Bratislava	Definitívne minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:
		Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)		
1.	**Prospektový materiál** (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že všetky ním ponúkaný produkt spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.	akceptujem	akceptujem	Prospektový materiál (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že všetky ním ponúkaný produkt spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.
2.	**Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode** a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
3	**Potvrdenie ŠÚKL** (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	akceptujem	akceptujem	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.
4	**Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou**, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.	-	akceptujem	Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou (ak relevantné), v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM ku všetkým ponúkaným produktom uvedeným v Prílohe - Sortiment ponúkaného tovaru.