VYHODNOTENIE prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 10/2026 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky **„Špeciálny zdravotnícky materiál na liečbu rán podtlakovou terapiou a prenájom odsávacích zariadení"** za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.josephine.proebiz.com. Verejný obstarávateľ zaslal výzvu na účasť v PTK 3 potencionálnym dodávateľom. Prostredníctvom sw. Josephine sa o PTK zaujímali ďalší 2 dodávatelia. Svoju ponuku predložili 2 potenciálni dodávatelia.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál na liečbu rán podtlakovou terapiou a prenájom odsávacích zariadení

1.2 CPV:

33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál

33141110-4 Chirurgické obväzy

33141600-6 Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy

33155000-1 Prístroje na fyzikálnu terapiu

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu (kompatibilný s prenajatým odsávacím zariadením na liečbu rán podtlakovou terapiou) a prenájom 10 ks nových, nepoužívaných, nerepasovaných mobilných odsávacích zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátane poskytovania služieb údržby a servisných služieb k zariadeniam po dobu trvania zmluvného vzťahu.

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- ☐ Áno
- ☑ Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Predpokladané množstvo MJ za zmluvné obdobie 24 mesiacov
Položka č. 1	Krytie rany, veľkosť S	ks	46
Položka č. 2	Krytie rany, veľkosť M	ks	342
Položka č. 3	Krytie rany, veľkosť L	ks	164
Položka č. 4	Biele penové krytie	ks	66
Položka č. 5	Zberná nádoba s väčším objemom	ks	594
Položka č. 6	Port (pelota) s hadičkou	ks	46
Položka č. 7	Konektor v tvare "Y"	ks	18
Položka č. 8	Prenájom odsávacích zariadení	ks	10

3.2 Dostupnosť na trhu:

- ☑ Bežná dostupnosť
- ☐ Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		HARTMANN - RICO spol. s r.o. Einsteinova 24 Bratislava 851 01	MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4 Nitra 949 01	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		**Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.** V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty	**Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.** V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty	**Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky**	
Položka č. 1 - Krytie rany, veľkosť S		**xxx**	**xxx**	**Položka č. 1 - Krytie rany, veľkosť S**	
1.	sterilný krycí set, ktorého obsahom je:	spĺňa		1.	sterilný krycí set, ktorého obsahom je:
1.1	**Penové krytie:**		spĺňa	**1.1**	**Penové krytie:**
1.1.1	veľkosť potrebná pre kategóriu S (š x d x v) 10x7,5x3,3 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	1.1.1	veľkosť potrebná pre kategóriu S (š x d x v) 10x7,5x3,3 cm (+/- 1 mm),
1.1.2	materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,	spĺňa	spĺňa	1.1.2	materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,
1.1.3	uľahčuje vylučovanie exudátu,	spĺňa	spĺňa	1.1.3	uľahčuje vylučovanie exudátu,
1.1.4	účinná stimulácia granulačného procesu v rane,	spĺňa	spĺňa	1.1.4	účinná stimulácia granulačného procesu v rane,
1.1.5	v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo,	spĺňa	spĺňa	1.1.5	v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo,
1.1.6	vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,	spĺňa	spĺňa	1.1.6	vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,
1.1.7	ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,	spĺňa	spĺňa	1.1.7	ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,
1.1.8	určené na jednorazové použitie,	spĺňa	spĺňa	1.1.8	určené na jednorazové použitie,
1.1.9	protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,	spĺňa	spĺňa	1.1.9	protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,
1.1.10	prítomnosť antibakteriálnej zložky,	spĺňa	spĺňa	1.1.10	prítomnosť antibakteriálnej zložky,
1.1.11	možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.	spĺňa	spĺňa	1.1.11	možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.
1.2	**Fóliové krytie:**		spĺňa	1.2	**Fóliové krytie:**
1.2.1	veľkosť potrebná pre kategóriu S: 2x15x30 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	1.2.1	veľkosť potrebná pre kategóriu S: 2x15x30 cm (+/- 1 mm),
1.2.2	určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,	spĺňa	spĺňa	1.2.2	určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,
1.2.3	transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,	spĺňa	spĺňa	1.2.3	transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,

1.2.4	umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,	spĺňa	spĺňa	1.2.4	umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,
1.2.5	chráni pred prenikaním baktérií,	spĺňa	spĺňa	1.2.5	chráni pred prenikaním baktérií,
1.2.6	zabezpečuje nepriedušnosť systému,	spĺňa	spĺňa	1.2.6	zabezpečuje nepriedušnosť systému,
1.2.7	s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,	spĺňa	spĺňa	1.2.7	s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,
1.2.8	lepiaca vrstva zaisťuje dobrú priľnavosť aj na kónických častiach tela,	spĺňa	spĺňa	1.2.8	lepiaca vrstva zaisťuje dobrú priľnavosť aj na kónických častiach tela,
1.2.9	špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,	spĺňa	spĺňa	1.2.9	špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,
1.2.10	fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,	spĺňa	spĺňa	1.2.10	fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,
1.2.11	počet kusov v balení: min 2 ks,	spĺňa	spĺňa	1.2.11	počet kusov v balení: min 2 ks,
1.2.12	v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.	spĺňa	spĺňa	1.2.12	v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.
1.3	**Port (pelota) s hadičkou:**		spĺňa	**1.3**	**Port (pelota) s hadičkou:**
1.3.1	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,	spĺňa	spĺňa	1.3.1	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
1.3.2	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	1.3.2	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
1.3.3	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,	spĺňa	spĺňa	1.3.3	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
1.3.4	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,	spĺňa	spĺňa	1.3.4	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
1.3.5	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,	spĺňa	spĺňa	1.3.5	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
1.3.6	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,	spĺňa	spĺňa	1.3.6	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
1.3.7	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,	spĺňa	spĺňa	1.3.7	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
1.3.8	port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	1.3.8	port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
1.3.9	v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,	spĺňa	spĺňa	1.3.9	v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
1.3.10	farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,	spĺňa	spĺňa	1.3.10	farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,
1.3.11	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.	spĺňa	spĺňa	1.3.11	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
Položka č. 2 - Krytie rany, veľkosť M		**xxx**	**xxx**	**Položka č. 2 - Krytie rany, veľkosť M**	
2.	sterilný krycí set, ktorého obsahom je:	spĺňa		2.	sterilný krycí set, ktorého obsahom je:
2.1	**Penové krytie:**		spĺňa	**2.1**	**Penové krytie:**
2.1.1	veľkosť potrebná pre kategóriu M (š x d x v) 18x12,5x3,3 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	2.1.1	veľkosť potrebná pre kategóriu M (š x d x v) 18x12,5x3,3 cm (+/- 1 mm),
2.1.2	materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,	spĺňa	spĺňa	2.1.2	materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,
2.1.3	uľahčuje vylučovanie exudátu,	spĺňa	spĺňa	2.1.3	uľahčuje vylučovanie exudátu,
2.1.4	účinná stimulácia granulačného procesu v rane,	spĺňa	spĺňa	2.1.4	účinná stimulácia granulačného procesu v rane,
2.1.5	v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo,	spĺňa	spĺňa	2.1.5	v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo,
2.1.6	vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,	spĺňa	spĺňa	2.1.6	vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,
2.1.7	ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,	spĺňa	spĺňa	2.1.7	ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,
2.1.8	určené na jednorazové použitie,	spĺňa	spĺňa	2.1.8	určené na jednorazové použitie,
2.1.9	protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,	spĺňa	spĺňa	2.1.9	protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,
2.1.10	prítomnosť antibakteriálnej zložky,	spĺňa	spĺňa	2.1.10	prítomnosť antibakteriálnej zložky,
2.1.11	možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.	spĺňa	spĺňa	2.1.11	možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.
2.2	**Fóliové krytie:**		spĺňa	**2.2**	**Fóliové krytie:**
2.2.1	veľkosť potrebná pre kategóriu M: 2x20x30 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	2.2.1	veľkosť potrebná pre kategóriu M: 2x20x30 cm (+/- 1 mm),
2.2.2	určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,	spĺňa	spĺňa	2.2.2	určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,
2.2.3	transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,	spĺňa	spĺňa	2.2.3	transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,
2.2.4	umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,	spĺňa	spĺňa	2.2.4	umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,
2.2.5	chráni pred prenikaním baktérií,	spĺňa	spĺňa	2.2.5	chráni pred prenikaním baktérií,
2.2.6	zabezpečuje nepriedušnosť systému,	spĺňa	spĺňa	2.2.6	zabezpečuje nepriedušnosť systému,
2.2.7	s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,	spĺňa	spĺňa	2.2.7	s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,
2.2.8	lepiaca vrstva zaisťuje dobrú priľnavosť aj na kónických častiach tela,	spĺňa	spĺňa	2.2.8	lepiaca vrstva zaisťuje dobrú priľnavosť aj na kónických častiach tela,
2.2.9	špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,	spĺňa	spĺňa	2.2.9	špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,
2.2.10	fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,	spĺňa	spĺňa	2.2.10	fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,
2.2.11	počet kusov v balení: min 2 ks,	spĺňa	spĺňa	2.2.11	počet kusov v balení: min 2 ks,
2.2.12	v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.	spĺňa	spĺňa	2.2.12	v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.

2.3	**Port (pelota) s hadičkou:**		spĺňa	**2.3**	**Port (pelota) s hadičkou:**
2.3.1	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,	spĺňa	spĺňa	2.3.1	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
2.3.2	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	2.3.2	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
2.3.3	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,	spĺňa	spĺňa	2.3.3	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
2.3.4	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,	spĺňa	spĺňa	2.3.4	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
2.3.5	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,	spĺňa	spĺňa	2.3.5	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
2.3.6	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,	spĺňa	spĺňa	2.3.6	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
2.3.7	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,	spĺňa	spĺňa	2.3.7	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
2.3.8	port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	2.3.8	port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
2.3.9	v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,	spĺňa	spĺňa	2.3.9	v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
2.3.10	farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,	spĺňa	spĺňa	2.3.10	farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,
2.3.11	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.	spĺňa	spĺňa	2.3.11	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
Položka č. 3 - Krytie rany, veľkosť L		**xxx**	**xxx**	**Položka č. 3 - Krytie rany, veľkosť L**	
3.	sterilný krycí set, ktorého obsahom je:	spĺňa		3.	sterilný krycí set, ktorého obsahom je:
3.1	**Penové krytie:**	spĺňa	spĺňa	**3.1**	**Penové krytie:**
3.1.1	veľkosť potrebná pre kategóriu L (š x d x v) 26x15x3,3 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	3.1.1	veľkosť potrebná pre kategóriu L (š x d x v) 26x15x3,3 cm (+/- 1 mm),
3.1.2	materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,	spĺňa	spĺňa	3.1.2	materiál otvorený sieťovaný polyuretán (PU-ester pena), hydrofóbny, hypoalergénny, veľkosť pórov 500 mikrometrov,
3.1.3	uľahčuje vylučovanie exudátu,	spĺňa	spĺňa	3.1.3	uľahčuje vylučovanie exudátu,
3.1.4	účinná stimulácia granulačného procesu v rane,	spĺňa	spĺňa	3.1.4	účinná stimulácia granulačného procesu v rane,
3.1.5	v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo,	spĺňa	spĺňa	3.1.5	v terapeutickom intervale sa v rane nesmie rozpadať ani doň vrastať granulačné tkanivo,
3.1.6	vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,	spĺňa	spĺňa	3.1.6	vyššia pevnosť v ťahu, odolnejšia voči roztrhnutiu,
3.1.7	ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,	spĺňa	spĺňa	3.1.7	ľahká upraviteľnosť tvaru bežnými chirurgickými nástrojmi,
3.1.8	určené na jednorazové použitie,	spĺňa	spĺňa	3.1.8	určené na jednorazové použitie,
3.1.9	protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,	spĺňa	spĺňa	3.1.9	protiadhezívna technológia kontaktnej vrstvy s ranou,
3.1.10	prítomnosť antibakteriálnej zložky,	spĺňa	spĺňa	3.1.10	prítomnosť antibakteriálnej zložky,
3.1.11	možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.	spĺňa	spĺňa	3.1.11	možná kombinovaná terapia, pena+ochranná strieborná bariéra, pena+silikonová mriežka.
3.2	**Fóliové krytie:**		spĺňa	**3.2**	**Fóliové krytie:**
3.2.1	veľkosť potrebná pre kategóriu L: 2x 20x30 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	3.2.1	veľkosť potrebná pre kategóriu L: 2x 20x30 cm (+/- 1 mm),
3.2.2	určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,	spĺňa	spĺňa	3.2.2	určená na dokonalé prekrytie polyuretánovej peny a okolitej kože,
3.2.3	transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,	spĺňa	spĺňa	3.2.3	transparentnou fóliou, odolnou voči pretrhnutiu, samolepiaci filmový obväz vyrobený z polopriepustného, vodotesného polyuretánového filmu,
3.2.4	umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,	spĺňa	spĺňa	3.2.4	umožňuje voľný priechod vodných pár a plynov,
3.2.5	chráni pred prenikaním baktérií,	spĺňa	spĺňa	3.2.5	chráni pred prenikaním baktérií,
3.2.6	zabezpečuje nepriedušnosť systému,	spĺňa	spĺňa	3.2.6	zabezpečuje nepriedušnosť systému,
3.2.7	s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,	spĺňa	spĺňa	3.2.7	s hypoalergénnym lepidlom, dá sa bezbolestne odstrániť bez zanechania zvyškov,
3.2.8	lepiaca vrstva zaisťuje dobrú priľnavosť aj na kónických častiach tela,	spĺňa	spĺňa	3.2.8	lepiaca vrstva zaisťuje dobrú priľnavosť aj na kónických častiach tela,
3.2.9	špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,	spĺňa	spĺňa	3.2.9	špeciálna fólia pre zabránenie adhezií s orgánmi,
3.2.10	fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,	spĺňa	spĺňa	3.2.10	fólia z plastickej hmoty s lepiacou vrstvou, ochranná vrstva na oboch stranách fólie opticky viditeľná,
3.2.11	počet kusov v balení: min 2 ks,	spĺňa	spĺňa	3.2.11	počet kusov v balení: min 2 ks,
3.2.12	v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.	spĺňa	spĺňa	3.2.12	v terapeutickom intervale nesmie vyvolávať žiadne kožné zmeny, reakcie a alergie.
3.3	**Port (pelota) s hadičkou:**		spĺňa	**3.3**	**Port (pelota) s hadičkou:**
3.3.1	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,	spĺňa	spĺňa	3.3.1	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
3.3.2	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	3.3.2	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
3.3.3	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,	spĺňa	spĺňa	3.3.3	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
3.3.4	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,	spĺňa	spĺňa	3.3.4	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
3.3.5	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,	spĺňa	spĺňa	3.3.5	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
3.3.6	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,	spĺňa	spĺňa	3.3.6	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
3.3.7	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,	spĺňa	spĺňa	3.3.7	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
3.3.8	port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	3.3.8	port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),

3.3.9	v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,	spĺňa	spĺňa	3.3.9	v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
3.3.10	farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,	spĺňa	spĺňa	3.3.10	farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,
3.3.11	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.	spĺňa	spĺňa	3.3.11	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
Položka č. 4 - Biele penové krytie		**xxx**	**xxx**	**Položka č. 4 - Biele penové krytie**	
4.1	požaduje sa:	spĺňa	spĺňa	4.1	požaduje sa:
4.1.1	sterilné, penové, vlhké, hydrofilné krytie,	spĺňa	spĺňa	4.1.1	sterilné, penové, vlhké, hydrofilné krytie,
4.1.2	určené na aplikáciu prostredníctvom podtlakovej terapie,	spĺňa	spĺňa	4.1.2	určené na aplikáciu prostredníctvom podtlakovej terapie,
4.1.3	materiál: polyvinylakoholové vlákna,	spĺňa	spĺňa	4.1.3	materiál: polyvinylakoholové vlákna,
4.1.4	uľahćuje vylučovanie exsudátu,	spĺňa	spĺňa	4.1.4	uľahćuje vylučovanie exsudátu,
4.1.5	podporuje tvorbu granulačného tkaniva,	spĺňa	spĺňa	4.1.5	podporuje tvorbu granulačného tkaniva,
4.1.6	určená na jednorazové použitie.	spĺňa	spĺňa	4.1.6	určená na jednorazové použitie.
Položka č. 5 - Zberná nádoba s väčším objemom		**xxx**	**xxx**	**Položka č. 5 - Zberná nádoba s väčším objemom**	
5.1	požaduje sa:		spĺňa	5.1	požaduje sa:
5.1.1	sterilné balenie,	spĺňa	spĺňa	5.1.1	sterilné balenie,
5.1.2	objem kanistra v intervale od 500 ml do 1000 ml,	spĺňa	spĺňa	5.1.2	objem kanistra v intervale od 500 ml do 1000 ml,
5.1.3	určená na dočasné uloženie aspiračnej tekutiny a odpadu z rany,	spĺňa	spĺňa	5.1.3	určená na dočasné uloženie aspiračnej tekutiny a odpadu z rany,
5.1.4	jednoduché pripojenie na prístroj pre podtlakovú liečbu, zatlačením kanistra do prístroja v určenom mieste,	spĺňa	spĺňa	5.1.4	jednoduché pripojenie na prístroj pre podtlakovú liečbu, zatlačením kanistra do prístroja v určenom mieste,
5.1.5	uvoľnenie kanistra stlačením jediného tlačidla,	spĺňa	spĺňa	5.1.5	uvoľnenie kanistra stlačením jediného tlačidla,
5.1.6	v spojení prístrojom detekcia a signalizácia kompletného naplnenia kanistra,	spĺňa	spĺňa	5.1.6	v spojení prístrojom detekcia a signalizácia kompletného naplnenia kanistra,
5.1.7	špeciálny filter zabraňujúci unikaniu zápachu z exudátu,	spĺňa	spĺňa	5.1.7	špeciálny filter zabraňujúci unikaniu zápachu z exudátu,
5.1.8	gél alebo látku zabezpečujúcu zmenu exudátu z tekutej na gélovú formu,	spĺňa	spĺňa	5.1.8	gél alebo látku zabezpečujúcu zmenu exudátu z tekutej na gélovú formu,
5.1.9	určená na jednorazové použitie.	spĺňa	spĺňa	5.1.9	určená na jednorazové použitie.
Položka č. 6 - Port (pelota) s hadičkou		**xxx**	**xxx**	**Položka č. 6 - Port (pelota) s hadičkou**	
6.1	požaduje sa:	spĺňa	spĺňa	6.1	požaduje sa:
6.1.1	sterilné balenie,	spĺňa	spĺňa	6.1.1	sterilné balenie,
6.1.2	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,	spĺňa	spĺňa	6.1.2	určený na prepojenie penového krytia so zbernou nádobou,
6.1.3	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	6.1.3	dostatočný priemer na drenáž exudátu z rany 0,5 cm (+/- 1 mm),
6.1.4	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,	spĺňa	spĺňa	6.1.4	materiál nesmie spôsobovať zrážanie krvi,
6.1.5	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,	spĺňa	spĺňa	6.1.5	v spolupráci s prístrojom meranie podtlaku v rane,
6.1.6	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,	spĺňa	spĺňa	6.1.6	ľahká a opakovateľná rozpojiteľnosť prepojovacieho konektoru so zbernou nádobou,
6.1.7	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,	spĺňa	spĺňa	6.1.7	elasticita a malé rozmery portu, minimálna možnosť vzniku dekubitu z portu,
6.1.8	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,	spĺňa	spĺňa	6.1.8	systém znemožňujúci upchatie odvodnej hadičky,
6.1.9	port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),	spĺňa	spĺňa	6.1.9	port plochý 2-cestný s automatickým prefukom (2x 3x9mm), jemný z flexibilného silikónu (42x47mm) zabezpečujúci komfort pacienta (+/- 1 mm),
6.1.10	v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,	spĺňa	spĺňa	6.1.10	v spojení s prístrojom detekcia a signalizácia upchatia, zalomenia, stlačenia hadičky a netesnosti v systéme,
6.1.11	farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,	spĺňa	spĺňa	6.1.11	farebne odlíšené koncovky pripojenia na odsávanie a privádzacie porty (oblasť rany a prístroj,
6.1.12	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.	spĺňa	spĺňa	6.1.12	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
Položka č. 7 - Konektor v tvare "Y"		**xxx**	**xxx**	**Položka č. 7 - Konektor v tvare "Y"**	
7.1	požaduje sa:		spĺňa	7.1	požaduje sa:
7.1.1	sterilný konektor v tvare "Y",	spĺňa	spĺňa	7.1.1	sterilný konektor v tvare "Y",
7.1.2	používa sa na napojenie dvoch dvojcestných portsystémov s jednotkou odsávania (prístrojom) - Technika premostenia rany (v prípade ak má pacient viac rán je možné ich liečiť jedným prístrojom),	spĺňa	spĺňa	7.1.2	používa sa na napojenie dvoch dvojcestných portsystémov s jednotkou odsávania (prístrojom) - Technika premostenia rany (v prípade ak má pacient viac rán je možné ich liečiť jedným prístrojom),
7.1.3	materiál: PVC.	spĺňa	spĺňa	7.1.3	materiál: PVC.
Položka č. 8 - Prenájom odsávacích zariadení		**xxx**	**xxx**	**Položka č. 8 - Prenájom odsávacích zariadení**	
8.1	požaduje sa:			8.1	požaduje sa:
8.1.1	prenájom nových, nerepasovaných, nepoužitých mobilných odsávacích zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátane poskytovania služieb údržby a servisných služieb k zariadeniam po dobu trvania zmluvného vzťahu,	spĺňa	spĺňa	8.1.1	prenájom nových, nerepasovaných, nepoužitých mobilných odsávacích zariadení určených na liečbu rán podtlakovou terapiou vrátane poskytovania služieb údržby a servisných služieb k zariadeniam po dobu trvania zmluvného vzťahu,
8.1.2	musí byť použiteľný aj v stacionárnom, aj prenosnom režime práce,	spĺňa	spĺňa	8.1.2	musí byť použiteľný aj v stacionárnom, aj prenosnom režime práce,
8.1.3	rozmery (š x d x v) do 164x206x95 mm (+/- 1 cm)	spĺňa	nespĺňa / 217x260x191 mm	8.1.3	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA
8.1.4	štandardná podtlaková terapia indikovaná pri liečbe akútnych a chronických rán, infikovaných rán a rán vzniknutých dehiscenciou po chirurgických výkonoch,	spĺňa	spĺňa	8.1.4	štandardná podtlaková terapia indikovaná pri liečbe akútnych a chronických rán, infikovaných rán a rán vzniknutých dehiscenciou po chirurgických výkonoch,
8.1.5	prenosné, nezávislé na sieťovom napájaní, minimálna výdrž bez dobitia 15 hodín,	spĺňa	nespĺňa / 6 hod.	8.1.5	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA
8.1.6	samostatne stojaci na podložke	spĺňa	spĺňa	8.1.6	samostatne stojaci na podložke

8.1.7	elektronické monitorovacie funkcie v spojení s optickými a akustickými ukazovateľmi, podtlaková jednotka s automatickým monitoringom nastavených terapeutických hodnôt,	spĺňa	spĺňa	8.1.7	elektronické monitorovacie funkcie v spojení s optickými a akustickými ukazovateľmi, podtlaková jednotka s automatickým monitoringom nastavených terapeutických hodnôt,
8.1.8	možnosť zavesenia prístroja s kanistrom pomocou popruhu (nie tašky) na rameno pacienta a pod.	spĺňa	nespĺňa	8.1.8	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA
8.1.9	hmotnosť do 1,2 kg,	spĺňa	nespĺňa / 3,35 kg	8.1.9	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA
8.1.10	interná pamäť min. 4 MB pre terapeutické dáta.	spĺňa	spĺňa	8.1.10	interná pamäť min. 4 MB pre terapeutické dáta.
8.1.11	**Batéria**			**8.1.11**	**Batéria**
8.1.11.1	doba nabíjania do 2,5 hod.,	spĺňa	nespĺňa / 4 hod.	8.1.11.1	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA
8.1.11.2	Kapacita batérie 2700 mAh	spĺňa	spĺňa	8.1.11.2	Kapacita batérie 2700 mAh
8.1.11.3	doba prevádzky líthio-iontového akumulátora min.16 hodín pri plnom nabíjaní.	spĺňa	nespĺňa	8.1.11.3	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA
8.1.12	**Displej**			**8.1.12**	**Displej**
8.1.12.1	zobrazovanie - grafický dotykový display s podsvietením,	spĺňa	spĺňa	8.1.12.1	zobrazovanie - grafický dotykový display s podsvietením,
8.1.12.2	ovládanie v rukaviciach,	spĺňa	spĺňa	8.1.12.2	ovládanie v rukaviciach,
8.1.12.3	zabezpečenie - zámok nastavení s cieľom zabrániť prístupu pacienta k nastaveniam terapie,	spĺňa	spĺňa	8.1.12.3	zabezpečenie - zámok nastavení s cieľom zabrániť prístupu pacienta k nastaveniam terapie,
8.1.12.4	membránové čerpadlo bezúdržbové,	spĺňa	spĺňa	8.1.12.4	membránové čerpadlo bezúdržbové,
8.1.12.5	prefukovanie hadičiek automatické,	spĺňa	spĺňa	8.1.12.5	prefukovanie hadičiek automatické,
8.1.12.6	ovládacie prvky resp. dotyková obrazovka prístroja v slovenskom (alebo českom) jazyku.	spĺňa	spĺňa	8.1.12.6	ovládacie prvky resp. dotyková obrazovka prístroja v slovenskom (alebo českom) jazyku.
8.1.13	**Alarmy**	spĺňa	spĺňa	**8.1.13**	**Alarmy**
8.1.13.1	netesnosť (leak),	spĺňa	spĺňa	8.1.13.1	netesnosť (leak),
8.1.13.2	obštrukcia,	spĺňa	spĺňa	8.1.13.2	obštrukcia,
8.1.13.3	plnosť kanistra,	spĺňa	spĺňa	8.1.13.3	plnosť kanistra,
8.1.13.4	slabá batéria,	spĺňa	spĺňa	8.1.13.4	slabá batéria,
8.1.13.5	stíšenie/vypnutie zvuku (nočný režim).	spĺňa	spĺňa	8.1.13.5	stíšenie/vypnutie zvuku (nočný režim).
8.1.14	**Nastavenia**			**8.1.14**	**Nastavenia**
8.1.14.1	možnosť nastavenia kontinuálnej alebo prerušovanej terapie,	spĺňa	spĺňa	8.1.14.1	možnosť nastavenia kontinuálnej alebo prerušovanej terapie,
8.1.14.2	elektronická regulácia podtlaku, v rozmedzí od 20 mmHg do 250 mmHg, po 5 mmHg. (50-200),	spĺňa	nespĺňa / po 15mmHg	8.1.14.2	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA
8.1.14.3	automatická regulácia intenzity sania,	spĺňa	spĺňa	8.1.14.3	automatická regulácia intenzity sania,
8.1.14.4	pri prerušovanom režime variabilné nastavenie časových intervalov a hodnoty podtlaku,	spĺňa	spĺňa	8.1.14.4	pri prerušovanom režime variabilné nastavenie časových intervalov a hodnoty podtlaku,
8.1.14.5	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.	spĺňa	spĺňa	8.1.14.5	automatické prefukovanie odsávacích hadičiek.
8.1.15	**Dodávateľ prenajatých zariadení v cene prenájmu zabezpečí pre objednávateľa nasledovné služby:**		spĺňa	**8.1.15**	**Dodávateľ prenajatých zariadení v cene prenájmu zabezpečí pre objednávateľa nasledovné služby:**
8.1.15.1	doprava zariadení na miesto plnenia, manipuláciu z vozidla do a v rámci budovy, vybalenie, odber a likvidácia obalov,	spĺňa	spĺňa	8.1.15.1	doprava zariadení na miesto plnenia, manipuláciu z vozidla do a v rámci budovy, vybalenie, odber a likvidácia obalov,
8.1.15.2	inštalácia prenajatých zariadení na mieste plnenia vrátane spustenia do prevádzky a ich nastavenia, ktoré zahŕňa prácu technika v mieste inštalácie zariadenia a cestovných nákladov technika,	spĺňa	spĺňa	8.1.15.2	inštalácia prenajatých zariadení na mieste plnenia vrátane spustenia do prevádzky a ich nastavenia, ktoré zahŕňa prácu technika v mieste inštalácie zariadenia a cestovných nákladov technika,
8.1.15.3	poskytovanie telefonických alebo on-line konzultácií týkajúcich sa prenajatých zariadení vyškolenými pracovníkmi dodávateľa,	spĺňa	spĺňa	8.1.15.3	poskytovanie telefonických alebo on-line konzultácií týkajúcich sa prenajatých zariadení vyškolenými pracovníkmi dodávateľa,
8.1.15.4	zaškolenie min. 2 pracovníkov objednávateľa o správnom používaní a obsluhe zariadení na mieste inštalácie zariadení,	spĺňa	spĺňa	8.1.15.4	zaškolenie min. 2 pracovníkov objednávateľa o správnom používaní a obsluhe zariadení na mieste inštalácie zariadení,
8.1.15.5	udržiavanie zariadení v prevádzkyschopnom stave vrátane údržby po opotrebovaní jednotlivých častí zariadení zahŕňajúca prácu servisného technika pri lokalizácii a odstránení poruchy zariadenia v mieste inštalácie zariadenia a cestovné náklady technika,	spĺňa	spĺňa	8.1.15.5	udržiavanie zariadení v prevádzkyschopnom stave vrátane údržby po opotrebovaní jednotlivých častí zariadení zahŕňajúca prácu servisného technika pri lokalizácii a odstránení poruchy zariadenia v mieste inštalácie zariadenia a cestovné náklady technika,
8.1.15.6	pravidelná údržba zariadení v termínoch a rozsahu stanovenom výrobcom zariadení,	spĺňa	spĺňa	8.1.15.6	pravidelná údržba zariadení v termínoch a rozsahu stanovenom výrobcom zariadení,
8.1.15.7	pravidelne profilaktické prehliadky 1x za 12 mesiacov,	spĺňa	spĺňa	8.1.15.7	pravidelne profilaktické prehliadky 1x za 12 mesiacov,
8.1.15.8	minimalna bezplatná kalibracia 1x za 24 mesiacov,	spĺňa	spĺňa	8.1.15.8	minimalna bezplatná kalibracia 1x za 24 mesiacov,
8.1.15.9	servis pri poruche zariadení v mieste inštalácie tohto zariadenia, a to najmä vykonanie opráv, dodávky a montáže originálnych náhradných dielov v prípade potreby ich výmeny z dôvodu ich vady alebo opotrebovania s termínom vykonania opravy do 48 hodín od jej nahlásenia,	spĺňa	spĺňa	8.1.15.9	servis pri poruche zariadení v mieste inštalácie tohto zariadenia, a to najmä vykonanie opráv, dodávky a montáže originálnych náhradných dielov v prípade potreby ich výmeny z dôvodu ich vady alebo opotrebovania s termínom vykonania opravy do 48 hodín od jej nahlásenia,
8.1.15.10	poskytnutie náhradného zariadenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami počas vykonania opravy v prípadoch, ak oprava poruchy zariadenia presiahne 2 dni a to počas celej doby, ktorej bude zariadenie v oprave.	spĺňa	spĺňa	8.1.15.10	poskytnutie náhradného zariadenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami počas vykonania opravy v prípadoch, ak oprava poruchy zariadenia presiahne 2 dni a to počas celej doby, ktorej bude zariadenie v oprave.

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK	HARTMANN - RICO spol. s r.o. Einsteinova 24 Bratislava 851 01	MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4 Nitra 949 01	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa:	**Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky** V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	**Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky** V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	**Požaduje sa:**

1.	Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody (ďalej aj "RD"), a to na na dohodnuté zmluvné obdobie 24 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.	akceptujem	akceptujem	1.	Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody (ďalej aj "RD"), a to na na dohodnuté zmluvné obdobie 24 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.	akceptujem	akceptujem	2.	Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
3.	Požaduje sa dodanie tovaru:		akceptujem	3.	Požaduje sa dodanie tovaru:
3.1	do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky Dodávateľovi,	akceptujem	akceptujem	3.1	do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky Dodávateľovi,
3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	akceptujem	akceptujem	3.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
3.3	v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,	akceptujem	akceptujem	3.3	v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,
3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),	akceptujem	akceptujem	3.4	na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody),
3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol prístroj vyrobený).	akceptujem	akceptujem	3.5	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina, kde bol prístroj vyrobený).
4.	V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.	akceptujem	akceptujem	4.	V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
5.	V prípade, ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto RD a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto RD a nižšou cenou.	akceptujem	akceptujem	5.	V prípade, ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto RD a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto RD a nižšou cenou.
6.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 5. doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená postupom podľa bodu 5. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo odstúpiť od tejto RD.	akceptujem	akceptujem	6.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 5. doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená postupom podľa bodu 5. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo odstúpiť od tejto RD.
7.	Požaduje sa, aby Predávajúci prenajal Kupujúcemu nové, nerepasované a nepoužívané mobilné odsávacie zariadenia určené na liečbu rán podtlakovou terapiou (ďalej len „zariadenia“) vrátane poskytovania služieb údržby a servisu zariadení po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu.	akceptujem	akceptujem	7.	Požaduje sa, aby Predávajúci prenajal Kupujúcemu nové, nerepasované a nepoužívané mobilné odsávacie zariadenia určené na liečbu rán podtlakovou terapiou (ďalej len „zariadenia“) vrátane poskytovania služieb údržby a servisu zariadení po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu.
8.	Požaduje sa, aby Predávajúci bol zmluvným obchodným zástupcom (partnerom) alebo autorizovaným distribútorom výrobcu, ako aj autorizovanou servisnou organizáciou výrobcu zariadení.	akceptujem	akceptujem	8.	Požaduje sa, aby Predávajúci bol zmluvným obchodným zástupcom (partnerom) alebo autorizovaným distribútorom výrobcu, ako aj autorizovanou servisnou organizáciou výrobcu zariadení.
9.	Požaduje sa, aby dodávka zariadení Predávajúcim zahŕňala aj: a)dodanie zariadení do miesta dodania, ich vybalenie a likvidáciu obalov, b)inštaláciu, odskúšanie a uvedenie prenajatých zariadení do prevádzky, c)základné zaškolenie zamestnancov s obsluhou, údržbu a správnom používaní prenajatých zariadení.	akceptujem	akceptujem	9.	Požaduje sa, aby dodávka zariadení Predávajúcim zahŕňala aj: a)dodanie zariadení do miesta dodania, ich vybalenie a likvidáciu obalov, b)inštaláciu, odskúšanie a uvedenie prenajatých zariadení do prevádzky, c)základné zaškolenie zamestnancov s obsluhou, údržbu a správnom používaní prenajatých zariadení.
9.1	dodanie zariadení do miesta dodania, ich vybalenie a likvidáciu obalov,	akceptujem	akceptujem	9.1	dodanie zariadení do miesta dodania, ich vybalenie a likvidáciu obalov,
9.2	inštaláciu, odskúšanie a uvedenie prenajatých zariadení do prevádzky,	akceptujem	akceptujem	9.2	inštaláciu, odskúšanie a uvedenie prenajatých zariadení do prevádzky,
9.3	základné zaškolenie zamestnancov s obsluhou, údržbu a správnom používaní prenajatých zariadení.	akceptujem	akceptujem	9.3	základné zaškolenie zamestnancov s obsluhou, údržbu a správnom používaní prenajatých zariadení.
10.	Požaduje sa, aby Predávajúci udržiaval zariadenia v prevádzkyschopnom stave, vykonával údržbu zariadení v termínoch a rozsahu stanovenom výrobcom zariadení, vrátane údržby zariadení po opotrebovaní jednotlivých častí zariadení, vykonával pravidelné profylaktické prehliadky minimálne raz za 12 mesiacov, ako aj poskytoval telefonické alebo online konzultácie týkajúce sa prenajatých zariadení vyškolenými pracovníkmi Predávajúceho.	akceptujem	akceptujem	10.	Požaduje sa, aby Predávajúci udržiaval zariadenia v prevádzkyschopnom stave, vykonával údržbu zariadení v termínoch a rozsahu stanovenom výrobcom zariadení, vrátane údržby zariadení po opotrebovaní jednotlivých častí zariadení, vykonával pravidelné profylaktické prehliadky minimálne raz za 12 mesiacov, ako aj poskytoval telefonické alebo online konzultácie týkajúce sa prenajatých zariadení vyškolenými pracovníkmi Predávajúceho.
11.	Náklady na servisné služby a údržbu prenajatých zariadení zahŕňajúce najmä prácu servisného technika v mieste inštalácie zariadení, cestovné náklady servisného technika, vykonanie opráv, dodávky a montáže originálnych náhradných dielov v prípade potreby ich výmeny z dôvodu vady alebo opotrebovania s termínom vykonania opravy do 48 hodín od nahlásenia vady znáša v plnom rozsahu Predávajúci.	akceptujem	akceptujem	11.	Náklady na servisné služby a údržbu prenajatých zariadení zahŕňajúce najmä prácu servisného technika v mieste inštalácie zariadení, cestovné náklady servisného technika, vykonanie opráv, dodávky a montáže originálnych náhradných dielov v prípade potreby ich výmeny z dôvodu vady alebo opotrebovania s termínom vykonania opravy do 48 hodín od nahlásenia vady znáša v plnom rozsahu Predávajúci.
12.	Požaduje sa, aby v prípade poruchy prenajatého zariadenia, ktorú nie je možné odstrániť do 48 hodín, Predávajúci poskytol náhradné zariadenie s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, a to počas celej doby opravy prenajatého zariadenia.	akceptujem	akceptujem	12.	Požaduje sa, aby v prípade poruchy prenajatého zariadenia, ktorú nie je možné odstrániť do 48 hodín, Predávajúci poskytol náhradné zariadenie s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, a to počas celej doby opravy prenajatého zariadenia.
13.	Požaduje sa, aby v prípade, ak dôjde k nakúpeniu zmluvného objemu tovaru (diagnostických reagencií) v navýšených cenách skôr, ako uplynie doba, na ktorú je RD uzatvorená, zariadenia zostali v dispozičnom práve Kupujúceho až do uplynutia doby, na ktorú bude RD uzatvorená. Servisná povinnosť Predávajúceho v nezmenenom rozsahu trvá rovnako do uplynutia doby platnosti RD, avšak odo dňa, keď Kupujúci naplní záväzok nakúpiť zmluvný objem diagnostických reagencií v navýšených cenách, začne Predávajúci účtovať základné, teda nenavýšené ceny diagnostických reagencií až do skončenia doby, na ktorú bude RD uzatvorená.	akceptujem	akceptujem	13.	Požaduje sa, aby v prípade, ak dôjde k nakúpeniu zmluvného objemu tovaru (diagnostických reagencií) v navýšených cenách skôr, ako uplynie doba, na ktorú je RD uzatvorená, zariadenia zostali v dispozičnom práve Kupujúceho až do uplynutia doby, na ktorú bude RD uzatvorená. Servisná povinnosť Predávajúceho v nezmenenom rozsahu trvá rovnako do uplynutia doby platnosti RD, avšak odo dňa, keď Kupujúci naplní záväzok nakúpiť zmluvný objem diagnostických reagencií v navýšených cenách, začne Predávajúci účtovať základné, teda nenavýšené ceny diagnostických reagencií až do skončenia doby, na ktorú bude RD uzatvorená.
14.	Požaduje sa, aby sa Predávajúci zaviazal a garantoval, že ním ponúknutá cena za prenájom zariadení nie je závislá od zakúpeného množstva ostatných tovarov podľa RD a platí aj v prípade, ak sa Kupujúci rozhodne neodobrať žiaden tovar, ktorý Predávajúci uvedie ako Sortiment ponúkaného tovaru v samostatnej prílohe RD.	akceptujem	akceptujem	14.	Požaduje sa, aby sa Predávajúci zaviazal a garantoval, že ním ponúknutá cena za prenájom zariadení nie je závislá od zakúpeného množstva ostatných tovarov podľa RD a platí aj v prípade, ak sa Kupujúci rozhodne neodobrať žiaden tovar, ktorý Predávajúci uvedie ako Sortiment ponúkaného tovaru v samostatnej prílohe RD.
15.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	15.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
16.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	akceptujem	16.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.

17.	Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.	akceptujem	akceptujem	17.	Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval Objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien): - údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.), - ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.
18.	Požaduje sa, aby Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.	akceptujem	akceptujem	18.	Požaduje sa, aby Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
19.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.	akceptujem	akceptujem	19.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.
20.	Účastníci dohody sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem	akceptujem	20.	Účastníci dohody sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
21.	Účastníci dohody sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné zabezpečiť prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ručenie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	akceptujem	akceptujem	21.	Účastníci dohody sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné zabezpečiť prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Ručenie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
22.	Účastníci dohody sa dohodli, že sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Účastníci dohody, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Účastník dohody, ktorý sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný to oznámiť druhému Účastníkovi dohody, najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Účastníka dohody, ktorému boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Účastník dohody, ktorému boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhému Účastníkovi dohody.	akceptujem	akceptujem	22.	Účastníci dohody sa dohodli, že sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Účastníci dohody, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Účastník dohody, ktorý sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný to oznámiť druhému Účastníkovi dohody, najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Účastníka dohody, ktorému boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Účastník dohody, ktorému boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhému Účastníkovi dohody.
23.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	akceptujem	23.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
24.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od Rámcovej dohody.	akceptujem	akceptujem	24.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od Rámcovej dohody.

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		HARTMANN - RICO spol. s r.o. Einsteinova 24 Bratislava 851 01	MED - ART, spol. s r.o. Hornočermánska 4 Nitra 949 01	DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY	
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		**Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady** (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	**Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady** (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	**Požaduje sa:**	
1.	**Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu**, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.	akceptujem	akceptujem	1.	**Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu**, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.
2.	V prípade, ak je to relevantné, **Potvrdenie ŠÚKL** (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	2.	V prípade, ak je to relevantné, **Potvrdenie ŠÚKL** (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
3.	**Prospektový materiál**		akceptujem	3.	**Prospektový materiál**
4.	V prípade, ak je to relevantné, právoplatné **Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou**, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM	akceptujem	akceptujem	4.	V prípade, ak je to relevantné, právoplatné **Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou**, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM