Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
P. O. Box 35, Ondavská 8, 040 11 Košice

Všetkým záujemcom

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / ☎	Košice
			19.11.2026

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ako verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil prostredníctvom sw. Josephine obstarávanie zákazky malého rozsahu podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je

„**Endoinsuflátor CO2**“.

I.

Verejnému obstarávateľovi bola doručená od jedného zo záujemcov žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, na ktorú verejný obstarávateľ poskytuje nasledovnú odpoveď:

Otázka:

Vážený verejný obstarávateľ,

v záujme zabezpečenia širšej hospodárskej súťaže a efektívneho využívania verejných finančných prostriedkov si Vás dovoľujeme požiadať o pripustenie resterilizovateľných insuflačných setov ako rovnocennej alternatívy k požadovaným 300 ks jednorazových sterilných insuflačných hadíc.

Navrhujeme akceptovať 10 ks resterilizovateľných setov validovaných výrobcom na minimálne 50 použití, ktoré zabezpečia kapacitu až 500 použití. Takéto riešenie môže byť pre nemocnicu z dlhodobého hľadiska ekonomicky výhodnejšie, keďže znižuje opakované náklady na spotrebný materiál, a to aj po zohľadnení nákladov na čistenie a sterilizáciu. Zároveň prispieva k zníženiu množstva zdravotníckeho odpadu.

Súčasne žiadame o zníženie minimálnej požadovanej dĺžky hadice z 3,0 m na 2,9 m. Rozdiel 10 cm nepredstavuje klinicky významnú odchýlku, pokiaľ je zabezpečený požadovaný prietok, tlak, bezpečnosť a

dostatočný dosah hadice pri operačnom stole. Samotná dĺžka 3,0 m preto bez ďalšieho technického odôvodnenia nemusí predstavovať nevyhnutnú podmienku na splnenie medicínskeho účelu.

Keďže predmetom obstarávania je nový insuflátor vrátane príslušenstva, pripustenie uvedeného riešenia by umožnilo účasť väčšieho počtu výrobcov a dodávateľov, posilnilo cenovú konkurenciu a vytvorilo priestor na výber hospodárnejšieho riešenia z pohľadu celkových nákladov na prevádzku.

Odpoveď na otázku:

Verejný obstarávateľ akceptuje pripustenie resterilizovateľných insuflačných setov a upravuje špecifikáciu predmetu zákazky, kalkuláciu ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, a sortiment ponúkaného tovaru nasledovne:

1. *Špecifikácia predmetu zákazky: príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk / Príloha č. 1 Zmluvy*

Pôvodná:

Položka č. 2 – Insuflačné hadicové sety
jedna samostatne sterilne balená insuflačná hadica, jeden koniec hadice – s hepa filtrom napojený na zdroj insuflátora, druhá časť hadice – ukončené napojenie na koncovku luer-lock, napojenie na trokar, dĺžka hadice min.3,0 do max. 3,50 m

Aktualizovaná:

Položka č. 2.1 - Insuflačné hadicové sety - jednorazová hadica
jedna samostatne sterilne balená insuflačná hadica, jeden koniec hadice – s hepa filtrom napojený na zdroj insuflátora, druhá časť hadice – ukončené napojenie na koncovku luer-lock, napojenie na trokar, dĺžka hadice min. 2,9 do max. 3,50 m

Položka č. 2.2 - Insuflačné hadicové sety - hadica pre opakovanú sterilizáciu
resterilizovateľná insuflačná hadica, jeden koniec hadice – s hepa filtrom napojený na zdroj insuflátora – vymeniteľný, alebo pre opakovanú sterilizáciu, druhá časť hadice – ukončené napojenie na koncovku luer-lock, napojenie na trokar – pre opakovanú sterilizáciu, dĺžka hadice min. 2,9 do max. 3,50 m

2. *Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk*

Pôvodná:

Por. č. 2
Insuflačné hadicové sety: 300 setov

Aktualizovaná:

Por. č. 2.1
Insuflačné hadicové sety – jednorazová hadica: 200 setov

Por. č. 2.2
Insuflačné hadicové sety – hadica pre opakovanú sterilizáciu: 100 setov

3. Sortiment ponúkaného tovaru: príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk / Príloha č. 2 Zmluvy

Pôvodný:

Položka č. 2 – Insuflačné hadicové sety: 300 setov

Aktualizovaný:

Položka č. 2.1 - Insuflačné hadicové sety - jednorazová hadica: 200 setov

Položka č. 2.2 - Insuflačné hadicové sety - hadica pre opakovanú sterilizáciu: 100 setov

II.

Zároveň verejný obstarávateľ oznamuje, že v sw. Josephine v sekcii „Dokumenty“ predmetnej súťaže zverejní aktualizované dokumenty – súťažné podklady s vyššie uvedenými zapracovanými úpravami, ktoré bude požadovať predložiť v ponuke resp. k zmluve, pod názvom:

Príloha č. 1-8 – aktualizovaná
Príloha č. 9.1_Prílohy zmluvy č. 1, 2, 3

Verejný obstarávateľ v sw. Josephine v sekcii „Dokumenty“ predmetnej súťaže zverejní aj aktualizovaný dokument – súťažné podklady pod názvom:

Výzva na predkladanie ponúk - aktualizovaná

Úpravy v tomto dokumente oproti pôvodne zverejnenému dokumentu sa týkajú nasledujúceho:

- časť 3. ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY - zmena štruktúry Položky č. 2 predmetu zákazky a úprava predpokladaného množstva
- doplnenie bodu VIII.6 v časti 4. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PONUKY:
- (už skôr zverejnená) zmena lehoty na predkladanie ponúk v bode 9.1 časti 9. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK