Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
P. O. Box 35, Ondavská 8, 040 11 Košice

Všetkým záujemcom

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / ☎	Košice
			20.11.2026

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov (č. 2)

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ako verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil prostredníctvom sw. Josephine obstarávanie zákazky malého rozsahu podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je

„**Endoinsuflátor CO2**“.

I.

Verejnému obstarávateľovi bola doručená od jedného zo záujemcov žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, na ktorú verejný obstarávateľ poskytuje nasledovnú odpoveď:

Otázka:

Vážený verejný obstarávateľ,

v nadväznosti na Vašu odpoveď zo dňa 19. 11. 2026 si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie požiadaviek na položku č. 2.2 „Insuflačné hadicové sety – hadica pre opakovanú sterilizáciu“.

1. Bude verejný obstarávateľ akceptovať zníženie minimálnej dĺžky resterilizovateľnej insuflačnej hadice z 2,90 m na 2,65 m pri zachovaní maximálnej dĺžky 3,50 m?

2. Bude pri tejto hadici akceptovať vymeniteľný jednorazový antibakteriálny insuflačný filter ako alternatívu k požadovanému HEPA filtru? Filter sa pripája na strane insuflátora a v záujme zachovania sterility sa pri každom výkone musí použiť nový sterilný filter.

Resterilizovateľnú insuflačnú hadicu s dĺžkou 2,65 m v kombinácii s vymeniteľným antibakteriálnym filtrom považujeme za bežné riešenie v klinickej praxi. Pri zachovaní požadovaného prietoku a tlaku CO_2 a

dostatočného dosahu hadice k operačnému stolu nemá navrhovaná dĺžka hadice ani použitie vymeniteľného filtra vplyv na priebeh samotného operačného výkonu.

Prosíme o vyjadrenie ku každej otázke a v prípade akceptovania navrhovaného riešenia o príslušnú úpravu technickej špecifikácie položky č. 2.2.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ akceptuje pripustenie požiadavky záujemcu pre „Položku č. 2.2 Insuflačné hadicové sety - hadica pre opakovanú sterilizáciu“ predmetu zákazky a upravuje špecifikáciu predmetu zákazky a výzvu na predkladanie ponúk:

1. Špecifikácia predmetu zákazky: príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk / Príloha č. 1 Zmluvy

Pôvodná (zverejnená dňa 19.11.2026 v časti „Dokumenty“ sw. Josephine v rámci súťažných podkladov pod názvom „Príloha č. 1-8 – aktualizovaná“ a „Príloha č. 9.1_Prílohy zmluvy č. 1, 2, 3 – aktualizovaná“):

Položka č. 2.2 - Insuflačné hadicové sety - hadica pre opakovanú sterilizáciu
resterilizovateľná insuflačná hadica, jeden koniec hadice – s hepa filtrom napojený na zdroj insuflátora – vymeniteľný, alebo pre opakovanú sterilizáciu, druhá časť hadice – ukončené napojenie na koncovku luer-lock, napojenie na trokar – pre opakovanú sterilizáciu, dĺžka hadice min. 2,9 do max. 3,50 m

Aktualizovaná:

Položka č. 2.2 - Insuflačné hadicové sety - hadica pre opakovanú sterilizáciu
resterilizovateľná insuflačná hadica, jeden koniec hadice - s hepa filtrom napojeným na zdroj insuflátora – vymeniteľný, alebo pre opakovanú sterilizáciu, ekvivalentne s vymeniteľným jednorazovým antibakteriálnym insuflačným filtrom; druhá časť hadice - ukončené napojenie na koncovku luer-lock, napojenie na trokar – pre opakovanú sterilizáciu, dĺžka hadice min. 2,9 do max. 3,50 m; ekvivalentne dĺžka hadice min. 2,65 do max. 3,50 m

2. Výzva na predkladanie ponúk

Pôvodná (zverejnená dňa 19.11.2026 v časti „Dokumenty“ sw. Josephine v rámci súťažných podkladov pod názvom „Výzva na predkladanie ponúk - aktualizovaná“:

časť 4. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PONUKY:, DOKLADY, ktoré je uchádzač povinný predložiť, bod VIII.5
Verejný obstarávateľ si v rámci kontroly splnenia osobitných požiadaviek vyhradzuje právo vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa - funkčných vzoriek všetkých ponúkaných produktov pre Položku č. 2 v počte 1 set za účelom ich testovania v plnej prevádzke verejného obstarávateľa. Dodávateľ vzorky v ponuke nepredkladá, vzorky bude predkladať len v prípade obdržania výzvy (správa/e-mail) od verejného obstarávateľa v rámci procesu vyhodnocovania ponúk.

Aktualizovaná:

časť 4. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI PONUKY:, DOKLADY, ktoré je uchádzač povinný predložiť, bod VIII.5

Verejný obstarávateľ si v rámci kontroly splnenia požiadaviek na predmet zákazky vyhradzuje právo vyžiadať doručenie vzoriek za účelom ich testovania v plnej prevádzke objednávateľa - funkčných vzoriek všetkých ponúkaných produktov pre Položku č. 2.1 a Položku č. 2.2 v počte 1 set pre položku za účelom ich testovania v plnej prevádzke verejného obstarávateľa. Dodávateľ vzorky v ponuke nepredkladá, vzorky bude predkladať len v prípade obdržania výzvy (správa/e-mail) od verejného obstarávateľa v rámci procesu vyhodnocovania ponúk.

Nová textácia – doplnenie výzvy na predkladanie ponúk:

11. VYHODNOCOVANIE PONÚK

bod 11.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, resp. vylúčiť uchádzača z ďalšieho procesu verejného obstarávania v prípade, ak na základe odborného posúdenia predloženého technického riešenia v rámci procesu vyhodnocovania ponúk dospeje k záveru, že riešenie s dĺžkou hadice kratšou ako 2,9 m nie je z hľadiska zabezpečenia požadovanej úrovne a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti vyhovujúce, a to s ohľadom na účel a potreby verejného obstarávateľa. Posúdenie vhodnosti ponúkaného riešenia vykoná verejný obstarávateľ na základe posúdenia jeho funkčných, prevádzkových a používateľských vlastností vo vzťahu k účelu obstarávania.

II.

Zároveň verejný obstarávateľ oznamuje, že v sw. Josephine v sekcii „Dokumenty“ predmetnej súťaže zverejní aktualizované dokumenty – súťažné podklady s vyššie uvedenými zapracovanými úpravami:

Výzva na predkladanie ponúk – aktualizovaná (po odpovedi na žiadosť o vysvetlenie SP č. 2)

Príloha č. 1-8 – aktualizovaná (po odpovedi na žiadosť o vysvetlenie SP č. 2)

Príloha č. 9.1_Prílohy zmluvy č. 1, 2, 3 – aktualizovaná (po odpovedi na žiadosť o vysvetlenie SP č. 2)

Tieto dokumenty – súťažné podklady nahrádzajú doteraz zverejnené dokumenty.