



**Príloha B** k súťažným podkladom

**Špecifikácia predmetu zákazky:**

**D. Operačný stôl oddelenie pediatrickej ortopédie**

	áno/nie
<ul style="list-style-type: none"><li>• Mobilný operačný stôl s pevnou operačnou doskou</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zostava operačného stola</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Polohovanie pacienta pri operačných zákrokoch</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Základňa operačného stola s bezdrôtovým diaľkovým ovládačom a nabíjačkou</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Elektrické polohovanie hlavnej dosky stola:</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zdvih</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Trendelenburg / Antitrendelenburg</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Laterálny náklon</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Longitudálny (pozdĺžny) posun</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sklon chrbtového dielu</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Polohovanie dolných končatín</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ostatné polohy stola nastaviteľné mechanicky</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Elektrické ovládanie operačného stola s možnosťou ovládania bez pripojenia kábla</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Záložné ovládanie stola na základni stola</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Všetky kolieska stola elektricky zasúvateľné pre zvýšenie stability alebo ekvivalent</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tri styčné plochy pre vysokú stabilitu stola s elektricky zaťažovacím podvozkom alebo ekvivalent v závislosti od prevedenia – riešenie s celoplošným usadením stola na podlahu</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a členitého tvaru pre jednoduché čistenie a sterilizáciu</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 preddefinované štandardné polohy stola: flex poloha, reflex poloha a 0 – poloha</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimálny počet pamäťových miest pre rôzne polohy na ovládači – 10</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Výškové nastavenie minimálne 420 mm</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Minimálna výška dosky stola maximálne 600 mm</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Počet segmentov operačnej dosky stola minimálne 5</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Šírka operačnej dosky bez bočnej lišty minimálne 520 mm</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nosnosť operačného stola v centrálnej O – tej polohe minimálne 440 kg</li></ul>	áno
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nosnosť operačného stola v ostatných nastavených polohách minimálne 250 kg</li></ul>	áno
	áno

• Obojstranné polohovanie (normálna aj reverzná poloha)	
• Motorizovaný náklon dosky stola (Trendelenburg / Antitrendelenburg) v minimálnom rozsahu -35° / +25°	áno
• Motorizovaný laterálny náklon na obidve strany v minimálnom rozsahu -20° / +20°	áno
• Motorizované polohovanie chrbtového dielu v minimálnom rozsahu -40° / +70°	áno
• Motorizovaný longitudálny (pozdĺžny) posun dosky stola – 270 mm	áno
• Podložka nôh nastaviteľná v minimálnom rozsahu -90° / +70°	áno
• RTG transparentná operačná doska	áno
• Hlavový segment operačného stola musí mať dvoj – kĺbovú nastaviteľnosť	áno
• Podložka nôh delená na 4 segmenty – samostatne oddeliteľné od seba	áno
• Nastavenie do sediacej flex / reflex polohy priamo z ovládača jedným tlačidlom	áno
• Jednoducho odnímateľné matrace operačného stola, jednoduchá dezinfekcia a údržba (bezšvové matrace)	áno
• Polstrovanie matracmi z dvojvrstvovej antidekubitnej peny s pamäťovým efektom, tepelne izolujúcim (teplé na dotyk), paropriepustné a vodeodolné. Polstrovanie musí umožniť jednoduché odobratie pre čistenie a dezinfekciu (SFC pena alebo ekvivalent)	áno
• Zostava operačného stola:	áno
• Samostatná nabíjačka akumulátorov alebo vstavaná	áno
• 4 dielny nožný diel, výklopný do strán v dvoch kĺboch, s bočnými koľajnicami – 1 pár	áno
• Hlavový diel s 2 kĺbmi, výklopný nahor aj nadol, obojstranne použiteľný (štandardná aj reverzná poloha) aj bez chrbtového dielu	áno
• Predlžovací chrbtový diel obojstranne použiteľný	áno
• Karbónový chrbtový diel s dĺžkou minimálne 1 100 mm a s adaptérom na príslušenstvo s prístupom C ramena k potrebnej časti pacient v kuse bez prekážky minimálne 1600 mm, diel musí byť úplne RTG transparenty po celej šírke zároveň musí mať po oboch stranách eurolišty	áno
• Postranné podpery ramien, nastaviteľné v troch osiach pre rôzne polohovanie – 2 ks	áno
• Remienok na telo s popruhom na suchý zips, umývateľný – sterilizovateľný 2ks	áno
• Radiálne svorky na postranné koľajnice – minimálne 5 ks	áno
• Rám zásteny anestéziológa	áno



• Laterálna podpera nastaviteľná vo všetkých troch smeroch (osiach) 2ks	áno
• Podpera k ramenu pre laterálne podpery	áno
• Ramenný trakčný stĺp pre fixáciu lakťa pri extenzii ruky (použitím fixačného aparátu na ruku)	áno
• Ramenné polohovacie zariadenie pre natáhovanie ruky pri extenzii ruky	áno
• Extenzné zariadenie dolných končatín s vozíkom a kompletným vybavením – 1 sada	áno
• Kožené topánky k extenznému zariadeniu pre obe končatiny – 2x pár ( 1x detský, 1x dospelý)	áno
• Svorka pre topánku extenzného zariadenia sklopná do bokov aj výklopná nahor a dole pre jednoduché polohovanie nohy pacienta	áno
• Nožná doska na držanie nohy počas predĺženia – pár	áno
• Rozšírenie pre trakčnú lištu – minimálne 2 ks	áno
• Stôl pre výkony operácie na ruke s uchytením k hlavnej doske operačného stola s podperou o podlahu, karbónové prevedenie – RTG transparentný	áno
• Manžeta na opierku paží – 2 ks	áno
• Štandardná svorka na postranné koľajnice – minimálne 4 ks	áno
• Extenzné zariadenie dolných a horných končatín bez nutnosti extenzie, používaní podoprieť alebo zavesiť, aby nedošlo k poškodeniu extenzie	áno
• Bezdrôtový ovládač	áno
• Laterálny artoskopický držiak	áno
- ŠUKL kód	áno
- Označenie CE	áno
- Slovenský návod na obsluhu	áno
- Vráťane dopravy, zaškolenia a inštalácie vo FNsP Žilina	áno
- Záruka minimálne 24 mesiacov	áno
- Záručný servis a pozáručný servis	áno
- Nové nepoužívané a nerepasované zariadenie	áno
- Možnosť objednania a dodávky príslušenstva a náhradných dielov	áno

Ak v tomto opise predmetu zákazky alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci prípravy tohto verejného obstarávania, technické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejným obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu. Pre účely tejto zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent ako ponúknuté riešenie

uchádzača spĺňajúce úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené, pričom ponúknuté riešenie bude spĺňať resp. sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň v porovnaní s verejným obstarávateľom požadovanými technickými parametrami.

  
**mivamed** s.r.o. ①  
tel.: +420 311 261 409  
e-mail: mivamed@mivamed.cz  
www.mivamed.cz  
Za třetí 686/4  
196 00 Praha 9  
IČ: 28420918 DIČ: CZ28420918