



### **VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

V zmysle žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, predkladáme nasledovné vysvetlenie.

**Otázka:**

V časti B. Opis predmetu zákazky, č. 10. Rukavice vyšetровacie nitrilové

V rámci opisu predmetu zákazky obstarávateľ okrem iného uvádza, že požaduje spevnené jednorazové ochranné rukavice o minimálnej hrúbke v dlani 0,12 mm, v prstoch 0,16 mm. Uchádzač žiada o vysvetlenie, či je požadovaná hrúbka myslená podľa testov – teda nameraná dvojmo, alebo nie?

Ďalej uchádzač žiada o vysvetlenie, či bude obstarávateľ akceptovať aj predloženie ponuky na rukavice vyšetровacie nitrilové, ktoré nemajú EN 388, nakoľko sa jedná o normu pre mechanické poškodenie, ktoré sa udáva pri pracovných rukaviciach, a tiež nemajú EN 375, nakoľko táto norma je už zrušená a riešila diagnostické systémy in vitro, čo rukavice vyšetровacie nitrilové nie sú.

**Odpoveď:**

Hrúbka rukavíc by mala byť uvedená v sprievodnej dokumentácii k rukaviciam. Priložené doklady ku vzorke musia jednoznačne identifikovať ponúkaný tovar.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku na rukavice, ktoré nemajú EN 388 ani EN 375.