

Vysvetľovanie súťažných podkladov č. 2

Rádi bychom chtěli požádat o vysvětlení a zhodnocení technických parametrů v části B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, kde veřejný obstaravatel požaduje splnění následujících parametrů:

1. Zatížení pracovní desky stolu v jakékoliv poloze a polohování v rozmezí 200 - 250 Kg

Otázka č. 1 : Bude Veřejný obstaravatel akceptovat zatížení pracovní desky stolu do 150 kg? Nabízíme ekonomičtější řešení s přihlédnutím na tento parametr, který i tak splňuje hmotností variabilitu pacientů.

Odpověď

Maximálne povolené zaťaženie stola v akomkoľvek zložení a polohovaní dosky stola do 150 kg je nedostatočné a nebude akceptované.

2. Sklon zádového dílu nadol/nahor minimálně 0° /+80°

Otázka č. 2 : Bude Veřejný obstaravatel akceptovat sklon zádového dílu v rozsahu 0° /+70°? Tento rozsah sklonu zádové čisti je vhodný pro přepokládaný typ operací a je ekonomicky výhodnější.

Odpověď

Sklon chrbtového dielu nadol/nahor je stanovený v rozsahu minimálne 0° /+80°, menší rozsah (napr. 0° /+70°) nebude akceptovaný.

3. Nastavitelná výška desky operačního stolu 670 mm - 900 mm

Otázka č. 3 : Bude Veřejný obstaravatel akceptovat nastavení výšky v rozsahu 580 mm - 880 mm? Tento parametr je dostačující pro pacienty předpokládaných operací, protože se nejedná o imobilní pacienty a tím pádem nástupní výška op. stolu je za ekonomických podmínek dostačující.

Odpověď

Operačné stoly sa štandardne ponúkajú s nástupnou výškou dosky operačného stola 580 mm. Maximálny zdvih stola bol stanovený do výšky 670 až 900 mm, preto nastavenie výšky dosky stola v rozsahu 580 až 880 mm je akceptovateľné.