



Warszawa, dnia: 8.01.2020r.

Uczestnicy Postępowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów Pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie”

Nr postępowania: ZP/AM/13/2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

PYTANIE

12. Prosimy Zamawiającego o informację, czy w zakres dostawy wchodzi lodówki?

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia Załącznik A do Formularza oferty opis_Pawilon I_ wyposażenie oraz _opis_Pawilon VIIB_ wyposażenie o następujące pozycje:

ZMIANA SIWZ

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie treści załącznika A do Formularza ofertowego

Załącznik A _opis_Pawilon I_ wyposażenie

224	0.15, 0.39, 0.79, 0.99, 1.15, 1.42	Lodówka medyczna: pojemność 25-60 l., drzwi pełne, zakres temperatury od 0°C do +8-10°C, komora zamykana na klucz, sterownik temperatury, zewnętrzny wyświetlacz temperatury panującej w komorze, alarm w przypadku awarii zasilania lub wahaniach temperatury	6	szt.					
225	-1.17, -1.53, 0.87, 1.49	Lodówka: pojemność minimum 160 l., klasa minimum A++	6	szt.					

Załącznik A opis_Pawilon VIIB_ wyposażenie

94	Lodówka medyczna: pojemność 25-60 l., drzwi pełne, zakres temperatury od 0°C do +8-10°C, komora zamykana na klucz, sterownik temperatury, zewnętrzny wyświetlacz temperatury panującej w komorze, alarm w przypadku awarii zasilania lub wahaniach temperatury	2	szt.					
95	Lodówka: pojemność minimum 160 l., klasa	2	szt.					

	minimum A++,							
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

ponadto Zamawiający modyfikuje załącznik A dodając do formularza ofertowego dodatkowe pozycje :

Załącznik A _opis_Pawilon I_ wyposażenie

226	Pozostałe wyposażenie zgodnie z OPZ (w tym opdpowiedziami na pytania Wykonawców)	1	kpl.					
-----	--	---	------	--	--	--	--	--

Załącznik A opis_Pawilon VIIB_ wyposażenie

96	Pozostałe wyposażenie zgodnie z OPZ (w tym opdpowiedziami na pytania Wykonawców)	1	kpl.					
----	--	---	------	--	--	--	--	--

Zamawiający opublikuje uaktualniony Złącznik A do formularza ofertowego, oraz pomocniczo przekazuje arkusz EXEL. Zamawiający nie bierze jednak odpowiedzialności za poprawność formuł w arkuszu kalkulacyjnym i za błędy wynikające z jego użycia.