

Verejná súťaž § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 16.12.2020 č. 2020/S 245-606586 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 265/2020 zo dňa 17.12.2020 s ozn. č.45124 – MST

Predmet zákazky je: **Digitálne mobilné pojazdné RTG prístroje III v počte 5 ks vrátane súvisiacich služieb** (4 ks sú určené pre dospelých pacientov a 1 ks je určený pre novorodencov) ako súčasť projektu:

„Vybavenie FNŠPBB pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19“

Vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka záujemcu č1 :

V dokumente „Opis predmetu zákazky“ , je požadovaná minimálna hodnota výstupného výkonu generátora pre 4 ks prístrojov určených pre dospelých pacientov 40kW. Dnešné moderné stroje štandardne pracujú s výkonom 30kW a menej, čo je pre mobilný prístroj postačujúca hodnota dovoľujúca použiť najkratšie expozičné časy. Toto súvisí aj s maximálnym prúdom a hodnotou mAs. V dnešnej dobe znižovania radiačnej záťaže je dôležité, aby prístroje dokázali pracovať s čo najmenšími expozičnými parametrami (mA a mAs) pričom ich nastavenie by malo byť čo najpresnejšie. My ponúkame prístroj s výkonom generátora 32kW, ktorý dokáže pracovať s najnižšou hodnotou 0,32 mAs čo je ešte nižšia hodnota ako požadujete a zároveň horná hodnota rozsahu 320 mAs je dostačujúca na potrebné výkony mobilným RTG zariadením a spĺňa vami definované požiadavky. Z tohto dôvodu sa chceme opýtať, či budete akceptovať aj generátor s výstupným výkonom 32kW pre 4 ks RTG prístrojov určených pre dospelých pacientov.

Akceptovanie našej požiadavky nemá vplyv na kvalitu zobrazenia a ani obmedzenie účelu, na ktorý je zariadenie určené. Zároveň týmto umožníte vstúpiť do VO aj našej spoločnosti a tým dosiahnete hospodárnejší výsledok tohto VO.

Odpoveď č.1:

Trváme na parametroch uvedených v súťažných podkladoch, t.j. požadujeme hodnotu výstupného výkonu generátora pre 4 ks prístrojov určených pre dospelých pacientov minimálne 40kW.

Dôvodom je, že vo FNŠP FDR väčšina dospelých snímkovaných pacientov na lôžku je obéznych, s ascitom. Vykonávajú sa okrem bežného RTG hrudníka vyšetrenia brucha, chrbtice v bočnej projekcii po pooperačných zákrokoch. Nároky na bezproblémové a kvalitné skiagramy u týchto pacientov sú opodstatnené.