

Všetkým záujemcom

Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka Banská Bystrica
Ing. Otilia Soláriková 19.01.2021
+421 905 412 051

VEC: Oznámenie o výsledku vybavenia časti žiadosti o nápravu (2)

Verejný obstarávateľ:	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	Angiografické prístroje
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Ú. v. EÚ: 2020/S 247-610700 zo dňa 18.12.2020 Vestník VO č. 267/2020, 45289 – MST zo dňa 21.12.2020

Verejný obstarávateľ: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, (ďalej „verejný obstarávateľ“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet nadlimitnej zákazky: „Angiografické prístroje“ postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“), zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej Únie č. 2020/S 247-610700 zo dňa 18.12.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 267/2020, 45289 – MST zo dňa 21.12.2020.

Dňa 12.01.2021 bola zo strany jedného zo záujemcov (ďalej „žiadateľ“) doručená verejnému obstarávateľovi Žiadosť o nápravu (ďalej aj „žiadosť“) v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch (v súťažných podkladoch) potrebných na vypracovanie ponuky.

Podľa § 165 ods. 3 písm. a) ZVO Vám zasielame výsledok vybavenia časti žiadosti o nápravu, konkrétne bodov 6), 7) a 9) žiadosti vrátane odôvodnenia a uvedenia spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy, konkrétne :

➤ **Ad bod 6) žiadosti**

Vo svojej žiadosti Žiadateľ v bode 6 uvádza nasledovné:

6. V prílohe č. 4 Špecifikácia zákazky v bode 2.7 technickej špecifikácie pre prístroj č.2

dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiológie a neurológie sa uvádza:

„Jedno rovinová pulzná skiaskopia (špecifikovať rýchlosť snímok fps)- Jedno rovinová pulzná skiaskopia - 50 fps“

Chceli by sme verejného obstarávateľa upozorniť na skutočnosť, že požaduje presne stanovený parameter t.j. jednorovinná skiaskopia 50 fps, čo v skutočnosti znamená, že v jednorovinnovej prevádzke užívateľ môže používať len skiaskopiu s frekvenciou 50 fps. Takáto pulzná skiaskopia nemá žiadne medicínsko-technické opodstatnenie a radiačná dávka pre pacienta a personál znamená zbytočne veľkú záťaž. Taktiež chceme verejného obstarávateľa upozorniť na skutočnosť, že v bodoch 13.7. a 13.8. technickej špecifikácie pre prístroj č.2 správne vyšpecifikoval požiadavky na pulznú skiaskopiu. Domnievame sa, že verejný obstarávateľ v tomto bode chcel zadefinovať snímkovaciu frekvenciu a nie pulznú skiaskopiu, nakoľko takáto vysoká frekvencia je typická pre zobrazenia 3D obrazu. Snímkovacie frekvencie pri 3D zobrazení sa pohybujú od 50 fps do 75 fps v závislosti od použitých protokolov, pri bežnom angiografickom snímovaní min. 4 do 30 fps a pri DSA od min. 4 do 7,5 fps. V záujme odstránenia týchto nedostatkov navrhujeme verejnému obstarávateľovi úpravu parametra nasledovne:

„Jedno rovinové pulzné snímkovanie (Špecifikovať rýchlosť snímok fps) - Jedno rovinové pulzné snímkovanie pre 3D zobrazenie min. 50 fps", pre DSA od min. 4 do 7,5 fps, pri bežné angiografické snímovaní min. 4 do 30 fps.

Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ v tejto časti žiadosti o nápravu Žiadateľa vyhovuje. Verejný obstarávateľ súčasne so zaslaním tohto oznámenia upraví v Kapitole C. Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 4: Špecifikácia predmetu zákazky v časti Prístroj č. 2: Dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiológie a neurológie, parameter uvedený v bode 2.7 a to nasledovne:

Pôvodne uvedená hodnota:

2.7	Jedno rovinová pulzná skiaskopia (špecifikovať rýchlosť snímok fps)	Jedno rovinová pulzná skiaskopia - 50 fps
-----	---	---

Nová hodnota:

2.7	Jedno rovinové pulzné snímkovanie (Špecifikovať rýchlosť snímok fps)	Jedno rovinové pulzné snímkovanie pre 3D zobrazenie min. 50 fps", pre DSA od min. 4 do 7,5 fps, pri bežné angiografické snímovaní min. 4 do 30 fps.
-----	--	---

➤ Ad bod 7) žiadosti

Vo svojej žiadosti Žiadateľ v bode 7 uvádza nasledovné:

7. V Prílohe č. 4 Špecifikácia zákazky v bode 6.3 technickej špecifikácie pre Prístroj č.2 dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiológie a neurológie sa uvádza:

„veľkosť pixelu- minimálne 200 μm“

Domnievame sa, že táto požiadavka je diskriminačná, nakoľko ju splňa len jeden dodávateľ na trhu spoločnosť GE. Ponechaním takéhoto nastavenia parametrov dochádza k porušeniu § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa nepripúšťa ekvivalentné riešenie a tým dochádza k obmedzeniu súťaže. Nami ponúkané zariadenie ako aj zariadenia iných dodávateľov používajú detektory s menšou veľkosťou pixela, čo v skutočnosti znamená lepšiu rozlišovaciu schopnosť obrazu, ktorá je najdôležitejšia pre zariadenia určené pre potreby intervenčnej rádiológie a neurológie a dokážu znázorniť obraz aj v matici 2k. V záujme zachovania nediskriminačných podmienok verejného obstarávania navrhujeme úpravu parametra nasledovne:
„veľkosť pixelu- maximálne 200 μm “

Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ v tejto časti žiadosti o nápravu Žiadateľa vyhovuje. Verejný obstarávateľ súčasne so zaslaním tohto oznámenia upraví v Kapitole C. Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 4: Špecifikácia predmetu zákazky v časti Prístroj č. 2: Dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiológie a neurológie, parameter uvedený v bode 6.3 a to nasledovne:

Pôvodne uvedená hodnota:

6.3	veľkosť pixelu	minimálne 200 μm
-----	----------------	-----------------------------

Nová hodnota:

6.3	veľkosť pixelu	maximálne 200 μm
-----	----------------	-----------------------------

➤ Ad bod 9) žiadosti

Vo svojej žiadosti Žiadateľ v bode 9 uvádza nasledovné:

9. V Prílohe č. 4 Špecifikácia zákazky v bode 12.6 technickej špecifikácie pre prístroj č.2 dvojrovinový angiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiológie a neurológie sa uvádza:

„Rotácia dosky stola- minimálne $\pm 150^\circ$ „

Domnievame sa, že ponechanie takéhoto nastavenie parametra je diskriminačné a požiadavka môže diskriminovať niektorých uchádzačov, okrem iného aj našu spoločnosť. V klinickej praxi sa totiž rotácia dosky najčastejšie používa pri vyšetreniach ruky, ako aj pri zavádzaní katétra radiálnym prístupom, kde rotácia dosky nedosahuje viac ako cca. $\pm 35^\circ$. Väčšia rotácia dosky sa vyžaduje len napr. pri príprave pacienta na vyšetrenie, kde je rotácia dosky $\pm 90^\circ$ úplne dostačujúca. Nami ponúkané riešenie je celosvetovo používané a jeho parametre v plnom rozsahu umožňujú plnohodnotné diagnostické aj terapeutické využitie bez najmenších obmedzení. V záujme zachovania nediskriminačných podmienok verejného obstarávania navrhujeme úpravu parametra nasledovne:

„Rotácia dosky stola- minimálne $\pm 90^\circ$ „

Výsledok vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ v tejto časti žiadosti o nápravu Žiadateľa vyhovuje. Verejný obstarávateľ súčasne so zaslaním tohto oznámenia upraví v Kapitole C. Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 4: Špecifikácia predmetu zákazky v časti Prístroj č. 2: Dvojrovinový angiografický prístroj s

príslušenstvom pre potreby intervenčnej rádiológie a neurológie, parameter uvedený v bode 12.6 a to nasledovne:

Pôvodne uvedená hodnota:

12.6	Rotácia dosky stola	minimálne $\pm 150^\circ$
------	---------------------	---------------------------

Nová hodnota:

12.6	Rotácia dosky stola	minimálne $\pm 90^\circ$
------	---------------------	--------------------------

- **Zároveň verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a zároveň lehotu na otváranie ponúk a upravuje znenie súťažných podkladov nasledovne:**

Pôvodné znenie bodu 19.1 Kapitoly A.4 Predkladanie ponúk súťažných podkladov:

19.1 Ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **19.02.2021 o 10:00:00.**

Nové znenie bodu 19.1 Kapitoly A.4 Predkladanie ponúk súťažných podkladov:

19.1 Ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **22.02.2021 o 10:00:00.**

Pôvodné znenie bodu 23.1 Kapitoly A.5 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk súťažných podkladov:

23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa **19.02.2021 o 13:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa.

Nové znenie bodu 23.1 Kapitoly A.5 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk súťažných podkladov:

23.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa **22.02.2021 o 13:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa.

- **V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ pristúpil k úprave bodu IV.2.2) a k úprave bodu IV.2.7) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania nasledovne:**

Pôvodné znenie bodu bodu IV.2.2) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Dátum a čas: 19.02.2021 10:00

Nové znenie bodu bodu IV.2.2) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Dátum a čas: **22.02.2021 10:00**

Pôvodné znenie bodu bodu IV.2.7) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Dátum a čas: 19.02.2021 13:00

Nové znenie bodu bodu IV.2.7) Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

Dátum a čas: **22.02.2021 13:00**

Upravené znenie súťažných podkladov vrátane upravenej Prílohy č. 4: Špecifikácia predmetu zákazky verejný obstarávateľ zverejňuje na profile verejného obstarávateľa a v príslušnej zákazke v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10074/summary>

Verejný obstarávateľ zároveň vykonal redakčnú opravu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

S pozdravom,

.....
MUDr. Juraj Frajt, MPH
predseda predstavenstva

.....
MUDr. Matej Vozár, MPH
podpredseda predstavenstva