



FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA

Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Slovenská republika

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

28.12.2020

Naše číslo

FNsP FDR/RVO/1103/2020/54998

Vybavuje/☎

Mgr. Anna Špitalská
+421 48 441 3240

Banská Bystrica

30.12.2020

Vec : Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu všetkým záujemcom

Dňa 28.12.2020 bola prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE verejnému obstarávateľovi – Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, v rámci vyhlásenej verejnej súťaže na predmet zákazky „**Ultrazvukové sonografické prístroje – Projekt**“, ktorá bola vyhlásená v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2020/S 247-610690 zo dňa 18.12.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 267/2020 zo dňa 21.12.2020 s ozn. 45311-MST, doručená žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Na základe predmetnej žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní Vám oznamujeme, že verejný obstarávateľ podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

vyhovuje žiadosti o nápravu

pre časť č. 2 „USG prístroje v počte 10 ks vrátane súvisiacich služieb pre lôžkové oddelenia a ambulancie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica“ a upravuje parameter s p.č. 1.11. na nasledovné znenie „Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu: min. 20 cm“.

Žiadateľ doručil verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré smeruje proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch v časti „C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY“ pre časť č.2 „**USG prístroje v počte 10 ks vrátane súvisiacich služieb pre lôžkové oddelenia a ambulancie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica**“ a to konkrétne proti parametru s p. č. 1.11. „Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu: min. 25 cm“. Žiadateľ podal žiadosť o nápravu voči nasledujúcim skutočnostiam:

č.1: Požiadavka na výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu min. 25 cm nemá žiadne medicínske opodstatnenie, ani žiadne technické opodstatnenie, nakoľko nastaviteľná výška v rozsahu 20 cm plne postačuje pre ovládanie prístroja v sede ako aj v stoji. Definícia tohto parametra takýmto spôsobom vylučuje možnosť účasti v súťaži pre viacerých renomovaných výrobcov, ktorí inak spĺňajú špecifikáciu v plnom rozsahu, s výnimkou jediného parametra. Vzniká

tým podozrenie, že sa jedná o diskriminačný parameter, ktorého jediným účelom je zvýhodnenie konkrétneho uchádzača v súťaži, čím by mohlo dôjsť k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a Zákona o verejnom obstarávaní. Žiadame preto verejného obstarávateľa o úpravu tohto parametra na hodnotu min.20 cm“.

Stanovisko verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyhovuje žiadosti o nápravu žiadateľa a v **Súťažných podkladoch** v časti „**C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**“ upravuje :

- *požadovaný parameter s p. č. 1.11. pre časť č. 2 „USG prístroje v počte 10 ks vrátane súvisiacich služieb pre lôžkové oddelenia a ambulancie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica“:*

Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu: min. 25 cm

nasledovne:

Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu: min. 20 cm

Odôvodnenie:

Verejný obstarávateľ v Opise predmetu zákazky pre časť č. 2 v technickej špecifikácii požaduje, aby USG prístroj disponoval výškovo nastaviteľným ovládacím panelom, nakoľko táto funkcionlita má podstatný význam pre vyšetrujúceho lekára pri diagnostike pacientov, ktorých je potrebné vyšetrovať ako v sede, tak aj v stoji. Verejný obstarávateľ zbral do úvahy, že zmenšenie rozsahu o 5 cm neovplyvní naplnenie požadovaného účelu použitia obstarávaných USG prístrojov.

Uvedenú zmenu verejný obstarávateľ zároveň oznamuje v záujme zachovania transparentnosti a nediskriminácie všetkým záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.