

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SZ\_TO\_ZMZCOV\_03Vybavuje / linka  
Mikušček/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum  
Trnava/ 27.01.2021

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 3**

**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**, so sídlom Pavlova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S5 zo dňa 08.01.2021 pod značkou 2021/S 005-004509 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **5/2021 z 11.01.2021 pod zn. 718 – MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Základné medicínske zariadenia (CoV)**“.

**V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“)** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 4 predmetu zákazky **Sterilizačné kontajnery**.

**Otázka č. 3:**

Požiadavka verejného obstarávateľa č. 1:

**Parameter 4:** „Min. 5ks, Kontajner sterilizačný rozmer min. 580 x 274 x 138 mm, max. 600 x 300 x 160 - t.j. 1/1 kontajner, ventilový systém (večný), farba červená“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať sterilizačný kontajner s rozmermi **602 x 285 x 148 mm**, v prípade, že daný rozmer kontajneru 1/1 spĺňa požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky.

**Odpoveď č. 3:**

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodných rozmeroch.

**Otázka č. 4:**

Požiadavka verejného obstarávateľa č. 2:

**Parameter S:** „Min. 4 ks, Kontajner sterilizačný rozmer min. 580 x 274 x 138 mm, max. 600 x 300 x 160 - t.j. 1/1 kontajner, ventilový systém (večný) , farba zelená,“

Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozmer sterilizačných kontajnerov **602 x 285 x 148 mm**, v prípade, že daný rozmer kontajneru 1/1 spĺňa požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky?



## Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodných rozmeroch.

## Otázka č. 5:

Požiadavka verejného obstarávateľa č. 3 :

**Parameter 6:** „Min. 2ks, Kontajner sterilizačný rozmer min. 580 x 274 x 138 mm, max. 600 x 300 x 160mm - t.j. 1/1 kontajner, ventilový systém (večný), farba žltá,,

Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozmer sterilizačných kontajnerov **602 x 285 x 148 mm**, v prípade, že daný rozmer kontajneru 1/1 spĺňa požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky?

## Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodných rozmeroch.

## Otázka č. 6:

Požiadavka verejného obstarávateľa č. 4:

**Parameter 7:** „Min. 8 ks, Kontajner sterilizačný rozmer min. 580 x 274 x 138 mm, max. 600 x 300 x 160 - t.j. 1 / 1 kontajner ventilový systém (večný), farba modrá 11

Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozmer sterilizačných kontajnerov **602 x 285 x 148 mm**, v prípade, že daný rozmer kontajneru 1/1 spĺňa požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky?

## Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodných rozmeroch.

## Otázka č. 7:

Požiadavka verejného obstarávateľa č. 5:

**Parameter 8:** II Min.1 ks, Kontajner sterilizačný rozmer min. 580 x 274 x 138 mm, max. 600 x 300 x 160 - t. j. 1/ 1 kontajner ventilový systém (večný), farba čierna alebo biela11

Bude verejný obstarávateľ akceptovať rozmer sterilizačných kontajnerov **602 x 285 x 148 mm**, v prípade, že daný rozmer kontajneru 1/1 spĺňa požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky ?

## Odpoveď č. 7:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodných rozmeroch.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie