

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
SZ\_TO\_ZMZCOV\_04Vybavuje / linka  
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum  
Trnava/ 02.02.2021

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 4**

**Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**, so sídlom Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S5 zo dňa 08.01.2021 pod značkou 2021/S 005-004509 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **5/2021 z 11.01.2021 pod zn. 718 – MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Základné medicínske zariadenia (CoV)**“.

**V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“)** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 4 predmetu zákazky Sterilizačné kontajnery.

**Otázka č. 8:**

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súťažnými podkladmi predmetu zákazky Základné medicínske zariadenia (CoV) zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 5/2021 pod číslom 718-MST zo dňa 11.01.2021 by sme Vás chceli požiadať o vysvetlenie súťažných parametrov p. č.: 4, 5, 6, 7, 8 v časti 4: Sterilizačné kontajnery.

Keďže verejný obstarávateľ žiada vo svojej požiadavke, aby bol systém kontajnerov tzv. „večný“, znamená to teda, že bude akceptovať aj systém „labyrintový“, ktorý je reálne „skutočne večný“ a využíva princíp tzv. „bariérových diskov“ pracujúcich na princípe „Pasteurovej slučky“? Tento systém kontajnerov nevyžaduje žiaden spotrebný materiál a neobsahuje ani súčasti (napr. pružiny), ktoré časom podliehajú únave materiálu ako je to aj pri ventilových kontajneroch a teda z toho vyplýva, že ventilové kontajnery sa v úplnom zmysle slova nedajú považovať za večné kontajnery.

**Odpoveď č. 8:**

Verejný obstarávateľ bude akceptovať dodávku zariadenia s labyrintovým systémom využívajúcim princíp bariérových diskov pracujúcich na princípe Pasteurovej slučky

Verejný obstarávateľ zároveň predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 08.02.2021 do 09:00 s následným neverejným otváraním o 12:30.

S pozdravom

v.r.

**Daniel Mikuščák**

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie