

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 29.1.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie uplatnené v zákazke s názvom „**Rádiologické zariadenia**“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 12.1. 2021 pod č. 2021/S 007 – 010860 a vo vestníku UVO č. 7/2021 zo dňa 13.01.2021 pod č. MST-01273.

DORUČENÉ OTÁZKY PRE ČASŤ 2 USG RÁDIOLOGICKÉ

Otázka č. 1

... bude verejný obstarávateľ akceptovať úpravu na sondu s frekvenčným rozsahom 4,4-13,5 MHz? Pri vyšetrowaní lineárnou sondou lekár nepoužíva nízke rozlíšenie, a preto nenastavuje frekvenciu na minimum. Naopak sú žiadanejšie vyššie frekvencie z dôvodu vyššieho rozlíšenia.

14.2	Min. 1ks Lineárna sonda – určená na vyšetrowanie ciev a ako aj jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid	
14.2.1	Frekvenčný rozsah min. (3,5 – 10) MHz	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (3,5-10) Mhz musí byť zachovaný

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať úpravu na lineárnu sondu s frekvenčným rozsahom 4,4-13,5 MHz a upravuje parameter 14.2.1 na:

14.2.1	Frekvenčný rozsah min. (4,4 – 10) MHz	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4,4-10) Mhz musí byť zachovaný
--------	---------------------------------------	--

Otázka č. 2

Bude verejný obstarávateľ akceptovať lineárnu sondu typu matrix (najvyššia trieda) s frekvenčným rozsahom 4 - 15 MHz a počtom elementov viac ako 1000?

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj dodanie lineárnej sondy typu matrix (najvyššia trieda) s frekvenčným rozsahom 4 - 15 MHz a upravuje parameter 14.3.1 nasledovne:

14.3.1	Frekvenčný rozsah min. (8 - 15) MHz	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (8-15) Mhz musí byť zachovaný
--------	-------------------------------------	--

Verejný obstarávateľ súbežne so zverejnením tohto vysvetlenia uverejňuje aj upravenú technickú špecifikáciu pre časť 2 USG rádiologické.

PRE ČASŤ 3 USG URGENT

Otázka č. 3

.... bude verejný obstarávateľ akceptovať úpravu na sondu s frekvenčným rozsahom 1,2-5,7 MHz? ... diagnostický rozdiel je zanedbateľný pri rozdieli vo frekvencii 0,3 MHz, čo predstavuje rozdiel medzi požadovanými 6 MHz a 5,7 Mhz. Navyše pri vyšetrowaní abdoménu je preferovaná čo najnižšia možná frekvencia, obzvlášť pri obéznom pacientovi. Horný interval 6 MHz, je preto klinicky neopodstatnený v porovnaní s 5,7 MHz

16.2	Min. 1 ks - sonda konvexná - vhodná na vyšetrowanie abdoménu - multifrekvenčná	
16.2.1	Frekvenčný rozsah min. (2 -6) MHz	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-6) Mhz musí byť zachovaný

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ **trvá** na dodaní konvexnej sondy s určeným frekvenčným rozsahom a nepripúšťa úpravu tejto požiadavky na zníženie rozsahu. Verejný obstarávateľ určeným frekvenčným rozsahom sleduje dosiahnutie kvality obrazu a tým aj výsledok realizovaného USG vyšetrenia.

Otázka č. 4

Bude verejný obstarávateľ súhlasiť s nasledovným znením bodu č. 15.13: „Meranie bežných fetálnych štruktúr pre fetálnu biometriu: BPD, HC, AC, FL a HL alebo OFD. Verejný obstarávateľ požaduje: „Automatické meranie bežných fetálnych štruktúr pre fetálnu biometriu: BPD, HC, AC, FL a HL alebo OFD“.

V bode č. 1 Špecifikácie predmetu zákazky uvádzate „Ultrazvukový prístroj s plne digitálnym systémom, digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča vhodný pre potreby interného oddelenia a kardiologickej ambulancie“. Tento ultrazvukový prístroj je definovaný ako urgent, teda bude slúžiť na vyšetrenia pacientov na urgentnom prijíme. Uvedená funkcia je na meranie rastu plodu, je vysoko odborná a určená pre špecialistu – gynekológa. Na urgentnom prijíme táto funkcia nemá opodstatnenie. V prípade nevyhnutnej potreby získať dané hodnoty je možné meranie uskutočniť manuálne.

Odpoveď č. 4

Parameter už bol už upravený a verejný obstarávateľ trvá na svojej požiadavke (aktuálnom znení daného parametra). Jedná sa jednoznačne o posun v diagnostike aj vývojových väd smerom dopredu a skracuje čas na poskytnutie kvalitnej zdravotnej starostlivosti bez nutnosti presunu pacienta na iné pracovisko. Verejný obstarávateľ má jednoznačne na zreteli poskytnutie zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni.

S úctou

V. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania

Prílohy:

- Špecifikácia predmetu zákazky pre časť 2 – USG rádiologické – úprava 28.1.2021