

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 4.2.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní – III. kolo

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie uplatnené v zákazke s názvom „**Rádiologické zariadenia**“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 12.1. 2021 pod č. 2021/S 007 – 010860 a vo vestníku UVO č. 7/2021 zo dňa 13.01.2021 pod č. MST-01273.

DORUČENÉ OTÁZKY PRE ČASŤ 1 DIGITÁLNY SKIAGRAFICKÝ RTG PRÍSTROJ

Otázka č. 1

...bude verejný obstarávateľ akceptovať Týmto žiadame pre časť č.1 Digitálny skiagrafický RTG prístroj, kde požadujete podľa technickej špecifikácie v bode č.13 "Pevne zabudovaný rádiografický stôl - elevačný " o zmenu na

- "Pevne zabudovaný rádiografický stôl ",

nakoľko nami ponúkané riešenie nemá výškovo nastaviteľný stôl. Keďže nebol konkrétne špecifikovaný rozsah pohybu vo vertikálnom smere, asi nemá tento parameter vysokú dôležitosť a nami ponúkané riešenie by mohlo postačovať.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na pôvodnom parametri a svoju požiadavku odôvodňuje maximálnym záujmom na poskytovanie kompletnej zdravotnej starostlivosti svojím pacientom v požadovanom klinickom rozpätí skiagrafických vyšetrení bez limitácie a nutnosti z dôvodu tech. limitácií prístroja hľadať poskytnutie adekvátnej zdravotnej starostlivosti s vysokou radiačnou záťažou.

Verejný obstarávateľ trvá na stanovenej požiadavke tohto parametra, ktorú považuje za kľúčovú a nepripúšťa pevne zabudovaný rádiologický stôl.

Otázka č. 2

Týmto žiadame pre časť č.1 Digitálny skiagrafický RTG prístroj, kde požadujete podľa technickej špecifikácie v bode č.10 "Vertikálny posuv statívu RTG žiariča min. 1400 mm " o zmenu na:

- "Vertikálny posuv statívu RTG žiariča min. 1200 mm "

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ trvá na aktuálne stanovenom rozsahu parametra a svoju požiadavku odôvodňuje maximálnym záujmom na poskytovanie kompletnej zdravotnej starostlivosti svojím pacientom v požadovanom klinickom rozpätí skiagrafických vyšetrení a nutnosti z dôvodu tech. limitácií prístroja hľadať poskytnutie adekvátnej zdravotnej starostlivosti s vysokou radiačnou záťažou.

Otázka č. 3

V špecifikácii predmetu zákazky

- bod č.9 požadujete „Pozdĺžny posuv statívu RTG žiariča min. 2300 mm“.

Z dôvodu anonymizácie záujemcu verejný obstarávateľ parafrázuje znenie otázky, pretože presné znenie by mohlo predstavovať identifikáciu určitého prístroja a záujemcu: Budete akceptovať splnenie daného parametra kombináciou posunu statívu + posunu stola?

Odpoveď č. 3

Ak by verejný obstarávateľ akceptoval navrhovanú zmenu, podľa jeho názoru a poznanie klinických limitácií pri úprave pozdĺžneho posuvu statívu RTG žiariča, by nebol schopný v požadovanom klinickom rozsahu realizovať škálu vyšetrení u imobilných pacientov na lôžku ako aj pacientov na vozíku mimo statívu RTG prístroja, preto verejný obstarávateľ trvá na stanovenom parametri tak ako je napísaný a nepripúšťa navrhovanú alternatívu.

Otázka č. 4

.... pre časť č.1 Digitálny skiagrafický RTG prístroj, kde požadujete podľa technickej špecifikácie v bode č.15 "Nosnosť stola pri centrálnej polohe min. 210kg" žiadame o zmenu na

- "Nosnosť stola pri centrálnej polohe min. 200kg".

Odpoveď č. 4

Verejný obstarávateľ preskúmal dopady navrhovanej zmeny technickej požiadavky par. č. 15 „Nosnosť stola pri centrálnej polohe min. 210 kg“ a vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia **a neakceptuje** navrhovanú zmenu tohto parametra. V súčasnej dobe máme pacientov aj s vyššou hmotnosťou ako 200 kg, a preto by bol problém vyšetriť takýchto pacientov pri znížení nosnosti operačného stola.

Záverom si verejný obstarávateľ dovoľuje uviesť, že týmto vysvetlením odpovedal na všetky doručené otázky evidované ku dňu 4.2.2021, preto verí, že všetci záujemcovia už využili svoje právo klásť otázky a preto bude možné pristúpiť k otváraniu ponúk. Verejný obstarávateľ nespochybňuje právo záujemcov naďalej klásť otázky, avšak úctivo prosí o ich doručenie bezodkladne, pretože nemocnice potrebujú tieto prístroje k zvládaniu pandémie skôr ako skončí samotná pandémia.

S úctou

v. r.

Osoba poverená zabezpečením procesu
verejného obstarávania