

V Bratislave, dňa 3. februára 2021

VEC**Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní – II. kolo**

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**Rádiologické zariadenia**“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 18.1. 2021 pod č. **2021/S 011-021648** a vo vestníku UVO č. 11/2021 zo dňa 19.01.2021 pod č. MST-02404.

PRE ČASŤ 1 MOBILNÝ RTG PRÍSTROJ**Otázka č. 1**

Je možné požiadať pre Mobilný RTG o zmenu požiadavky c.11 "Vzdialenosť ohnisko – podlaha min. (73-180) cm" na maximálne 176 cm namiesto pôvodných 180 cm.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ na uvedenú otázku odpovedal v I. kolo vysvetľovania zverejnených podkladov, (Vysvetlenie zverejnených podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 27.1.2021) a to v otázke č. 1. Vychádzajúc zo zverejnenej odpovede, verejný obstarávateľ upravil daný parameter technickej špecifikácii nasledovne:

11.	Vzdialenosť ohnisko – podlaha min. (73- 176) cm	väčší rozsah vzdialeností je prípustný, ale rozsah min. (73- 176) cm musí byť zachovaný
-----	---	---

Otázka č. 2

...bude verejný obstarávateľ súhlasiť s nasledovnou úpravou parametra: Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) min.(0,6 -1,0) mm Zadávateľ pripúšťa väčšie rozmedzie, ale len pre spodnú hranicu ohniskového žiariča, pričom vrchná hranica rozmedzia ohniskového žiariča musí byť maximálne 1,0 mm

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ **nesúhlasí** s úpravou parametrov, pretože takáto zmena by podľa názoru verejného obstarávateľa znamenala zhoršenie resp. sprísnenie vstupných parametrov pre potencionálnych uchádzačov v predmetnom obstarávaní.

Otázka č. 3

.....bude verejný obstarávateľ súhlasiť s takouto úpravou parametra: Pri šírke mobilného RTG prístroja 80 cm hrozí, že nebude možné prechádzať s prístrojom cez dvere so štandardnou šírkou a tým pádom nebude splnený účel mobilného RTG prístroja. V záujme naplnenia požiadavky technickej špecifikácie na dodanie mobilného RTG prístroja navrhujeme verejnému obstarávateľovi úpravu parametra nasledovne: Šírka prístroja max. 60 cm

Odpoveď č. 3

Verejný obstarávateľ **nesúhlasí** s úpravou parametrov, pretože takáto zmena by podľa názoru verejného obstarávateľa znamenala zhoršenie resp. sprísnenie vstupných parametrov pre potencionálnych uchádzačov v predmetnom obstarávaní.

Otázka č. 4

...bude verejný obstarávateľ súhlasiť s úpravou parametra: Hmotnosť prístroja max. 400 kg?

Odpoveď č. 4

Verejný obstarávateľ **nesúhlasí** s úpravou parametrov, pretože takáto zmena by podľa názoru verejného obstarávateľa znamenala zhoršenie resp. sprísnenie vstupných parametrov pre potencionálnych uchádzačov v predmetnom obstarávaní.

PRE ČASŤ 2 USG URGENT**Otázka č. 1:**

.....Bude verejný obstarávateľ akceptovať úpravu na sondu s frekvenčným rozsahom 1,2-5,7 MHz?

..... vysvetlenie: diagnostický rozdiel je zanedbateľný pri rozdieli vo frekvencii 0,3 MHz, čo predstavuje rozdiel medzi požadovanými 6 MHz a nami ponúkanými 5,7 Mhz. Navyše pri vyšetrovaní abdoménu je preferovaná čo najnižšia možná frekvencia, obzvlášť pri obéznom pacientovi. Horný interval 6 MHz, je preto klinicky neopodstatnený v porovnaní s 5,7 MHz. Diskriminuje a zbytočne zužuje počet uchádzačov a počet predložených ponúk.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na dodaní konvexnej sondy s určeným frekvenčným rozsahom a nepripúšťa úpravu tejto požiadavky. Verejný obstarávateľ určeným frekvenčným rozsahom sleduje dosiahnutie kvality obrazu a tým aj výsledok realizovaného USG vyšetrenia.

Otázka č. 2:

..bude verejný obstarávateľ súhlasiť s nasledovným znením bodu č. 15.13: „Meranie bežných fetálnych štruktúr pre fetálnu biometriu: BPD, HC, AC, FL a HL alebo OFD?

Odpoveď č. 2:

Daný parameter bol verejným obstarávateľom upravený v I. kole vysvetlení zverejnených podkladov a verejný obstarávateľ trvá na aktuálnom znení daného parametra, ktoré je zverejnené v upravenej technickej špecifikácii zo dňa 27.1.2021 s nasledovným znením:

- *Plnoautomatické meranie bežných fetálnych štruktúr pre fetálnu biometriu: BPD, HC, AC, FL HL alebo ODF a poloautomatické meranie HL alebo OFD“.*

Jedná sa jednoznačne o posun v diagnostike aj vývojových väd smerom dopredu a daná funkcionálna skracať čas na poskytnutie kvalitnej zdravotnej starostlivosti bez nutnosti presunu pacienta na iné pracovisko. Verejný obstarávateľ má jednoznačne na zreteli poskytnutie zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni.

Otázka č. 3

V technickej špecifikácii pre USG urgent sa uvádza:

- *„Konvexná sonda-Frekvenčný rozsah min. (2 -6) MHz-väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-6) Mhz musí byť zachovaný“*

Nami ponúkané zariadenie disponuje konvexnou sondou s frekvenčným rozsahom 1.4 – 5.0 MHz. Tento frekvenčný rozsah je štandardne používaným frekvenčným rozsahom v klinickej praxi a odchýlka 1MHz nemá žiaden vplyv na kvalitu zobrazenia alebo použitie danej sondy.

.....bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie konvexnej sondy s frekvenčným rozsahom 1.4 – 5.0 MHz?

Odpoveď č. 3

Verejný obstarávateľ trvá na dodaní konvexnej sondy s určeným frekvenčným rozsahom a nepripúšťa úpravu tejto požiadavky. Verejný obstarávateľ určeným frekvenčným rozsahom sleduje dosiahnutie kvality obrazu a tým aj výsledok realizovaného USG vyšetrenia.

Otázka č. 4

V technickej špecifikácii pre USG urgent sa uvádza:

- *„Konvexná sonda- Počet elementov min.192“*

Nami ponúkané zariadenie disponuje konvexnou sondou s počtom elementov 128. Daný počet elementov je štandardom v rámci klinickej praxe a poskytuje dostačujúcu kvalitu zobrazenia prístroja.

...bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie konvexnej sondy s počtom elementov 128?

Odpoveď č. 4

Verejný obstarávateľ trvá na dodaní konvexnej sondy s určeným počtom elementov min. 192 a nepripúšťa úpravu požiadavky na zníženie počtu elementov, pretože daný parameter priamo súvisí

s kvalitu obrazu (jeho znížením sa zmení kvalita obrazu). Verejný obstarávateľ určeným parametrom sleduje dosiahnutie kvality obrazu a tým aj výsledok realizovaného USG vyšetrenia.

V. r.

Osoba poverená realizáciou
procesu verejného obstarávania