

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 26.2.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „Rádiologické zariadenia“ - I. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Rádiologické zariadenia“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 15.2.2021 pod č. 2021/S 031-076615 a vo vestníku UVO č. 48/2021 zo dňa 16.02.2021 pod č. MST - 13347.

PRE ČASŤ 1 DIGITÁLNY SKIAGRAFICKÝ RTG PRÍSTROJ

Otázka č.1

Bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie zariadenia s vertikálnym statívom s funkciou plnej motorizácie bez možnosti vyklopenia?

V technickej špecifikácii pre digitálny skiagrafický RTG prístroj sa uvádza:

„Sklápanie do horizontálnej roviny od vertikály v rozsahu min. (-20/+90)° stupňov“

Nami ponúkané RTG zariadenie má možnosť naklopenia RTG žiariča, čo umožňuje robiť snímkovanie pod iným uhlom, čo plne postačuje pre potreby klinickej praxe.

	Požadovaný parameter	Ponúkaný parameter
26.	Sklápanie do horizontálnej roviny od vertikály v rozsahu min. (-20/+90)° stupňov	Bez sklápania

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ trvá na stanovenej požiadavke na dodanie vertigrafu so sklápaním v uvedenom rozsahu a odôvodňuje to potrebou realizovania škály skiagrafických vyšetrení u pacientov s ochorením COVID alebo suspektných na toto ochorenie, a to v rámci diagnostiky traumy hrudníka, taktiež šikmé snímky na abdomen a ostatný skelet / špec. proj. na končatiny/ - medicínsky rozsah traumatológia, chirurgia, ortopédia dospelí i deti.

Zároveň verejný obstarávateľ si dovoľí doplniť, že nie možné aj s ohľadom na radiačnú hygienu pacientov, tieto vyšetrenia realizovať na CT prístroji s výrazne väčšou radiačnou záťažou pre pacienta. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ **nevyhovuje** požiadavke záujemcu.

PRE ČASŤ 2 USG RÁDIOLOGICKÉ

Otázka č. 1

V technickej špecifikácii pre USG rádiologické sa uvádza:

„Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde“

..... Takýmto typom elastografie zároveň disponujú viacerí dodávatelia zariadení na trhu, ktorých účasť je však takýmto nastavením parametrov vylúčená. V záujme umožnenia účasti v súťaži viacerým dodávateľom na trhu preto navrhujeme verejnému obstarávateľovi úpravu parametra nasledovne:

Elastografia typu strain s farebným mapovaním, umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ takúto funkcionálnu v technickej špecifikácii neuvádza.

PRE ČASŤ 3 USG URGENT

Otázka č. 1

Bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie konvexnej sondy s frekvenčným rozsahom 1.4 – 5.0 MHz?

V technickej špecifikácii pre USG urgent sa uvádza:

„Konvexná sonda-Frekvenčný rozsah min. (2 -6) MHz-väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2-6) Mhz musí byť zachovaný“

.....Tento frekvenčný rozsah je štandardne používaným frekvenčným rozsahom v klinickej praxi a odchýlka 1MHz nemá žiaden vplyv na kvalitu zobrazenia alebo použitie danej sondy.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ **trvá** na dodaní konvexnej sondy s určeným frekvenčným rozsahom a nepripúšťa úpravu tejto požiadavky. Verejný obstarávateľ určeným frekvenčným rozsahom sleduje dosiahnutie kvality obrazu a tým aj výsledok realizovaného USG vyšetrenia.

Otázka č. 2

Bude verejný obstarávateľ akceptovať dodanie konvexnej sondy s počtom elementov 128? V technickej špecifikácii pre USG urgent sa uvádza:

„Konvexná sonda- Počet elementov min.192“

Nami ponúkané zariadenie disponuje konvexnou sondou s počtom elementov 128. Daný počet elementov je štandardom v rámci klinickej praxe a poskytuje dostačujúcu kvalitu zobrazenia prístroja.

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ **trvá** na dodaní konvexnej sondy s určeným počtom elementov min. 192 a nepripúšťa úpravu požiadavky na zníženie počtu elementov, pretože daný parameter priamo súvisí s kvalitou obrazu (jeho znížením sa zmení kvalita obrazu). Verejný obstarávateľ určeným parametrom sleduje dosiahnutie kvality obrazu a tým aj výsledok realizovaného USG vyšetrenia.

Keďže verejný obstarávateľ neupravuje technické špecifikácie na základe doručených otázok a súčasne dané otázky neboli doručené viac ako 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania