



V Trenčíne, dňa 14.05.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 3

Označenie verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Predmet zákazky:	Mobilný RTG prístroj
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 09.02.2021, pod č. 2021/S 027-066276 a vo Vestníku VO č. 43/2021 dňa 10.02.2021 pod sp.zn.č. 12139-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie poskytuje záujemcom nasledovné vysvetlenie.

Otázka 3-1

A) Požadujete:

- Automatické nabíjanie akumulátora detektoru alebo nabíjačka s min. 2 akumulátormi pre detektor
- Externá nabíjačka batérií s funkciou súbežného nabíjania viacerých batérií

Prosíme Vás o objasnenie:

Ak prístroj dodáme s „Automatické nabíjanie akumulátora detektoru“ a „Externá nabíjačka batérií s funkciou súbežného nabíjania viacerých batérií“ s jednou batériou, ako vyplýva zo zadania splníme požiadavku zadania v plnom rozsahu.

My doporučujeme prístroj s jednou batériou pre detektor, lebo ak je detektor v prístroji s Automatickým nabíjaním akumulátora detektoru nemôže sa stať, že akumulátor detektoru bude nenabitý. Pri dvoch batériách obe rovnako stratia životnosť, hoci sa bude využívať len jedna batéria. Skúsenosť s DONsP Dolný Kubín.

Odpoveď 3-1:

Verejný obstarávateľ trvá na dodržaní požiadaviek na predmet zákazky a dodaní externého nabíjania batérií pre súbežne nabíjanie viacerých batérií ako aj na možnosti zhotovenia snímok aj zo siete 230V 50Hz pri vybitom akumulátore. Tieto požiadavky vyplynuli z našich skúseností s prácou a dlhodobého používania už u nás zakúpeného digitálneho pojazdného prístroja.

Otázka 3-2

B) Požadujete:

- Automatické nabíjanie akumulátora detektoru alebo nabíjačka s min. 2 akumulátormi pre detektor
- Externá nabíjačka batérií s funkciou súbežného nabíjania viacerých batérií
- Možnosť zhotovenia snímok aj zo siete 230V 50Hz pri vybitom akumulátore

Prosíme Vás o objasnenie:



Ak prístroj dodáme s „Automatické nabíjanie akumulátora detektoru“ a „Externá nabíjačka batérií s funkciou súbežného nabíjania viacerých batérií“ s jednou batériou, ako vyplýva zo zadania splníme požiadavku zadania v plnom rozsahu.

My dodávame prístroj s „Automatické nabíjanie akumulátora detektoru v prístroji“ a celý prístroj s nabíja z elektrickej siete 230V 50Hz, to značí že pri nenabíjaní prístroja nebude nabitá batéria prístroja ani batéria detektoru, ale ak personál bude dôslední a bude prístroj vždy dobíjaný 230V 50Hz (predpokladáme že nemocnica má záložný zdroj) tento stav nemôže nastať.

Odpoveď 3-2:

Verejný obstarávateľ trvá na dodržaní požiadaviek na predmet zákazky a dodaní externého nabíjania batérii pre súbežne nabíjanie viacerých batérii ako aj na možnosti zhotovenia snímkov aj zo siete 230V 50Hz pri vybitom akumulátore. Tieto požiadavky vyplývajú z našich skúsenosti s prácou a dlhodobého používania už u nás zakúpeného digitálneho pojazdného prístroja.

Otázka 3-3

C) Požadujete:

V návrhu kúpnej zmluvy článok IV. Bod 5. odstavec

- dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná predávajúcim.

Prosíme Vás o objasnenie:

Je požiadavka obstarávateľa včítane röntgenky, detektoru, batérie prístroja na pohon a expozície a batérie do detektoru?

Batéria detektoru je spotrebný materiál a jej životnosť veľmi závisí od pravidelnosti nabíjania a prevádzky detektoru obsluhujúcim personálom. Bude vedieť obstarávateľ zabezpečiť pravidelné denné dobíjanie batérie detektoru a garantovať jej správne používanie?

Odpoveď 3-3:

Verejný obstarávateľ má za to, že zmluvné podmienky sú stanovené jasne a zrozumiteľne. Pokiaľ Vami vymenované komponenty spĺňajú definíciu „všetky potrebné náhradné diely a súčiastky, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná predávajúcim“, v prípade ich poruchy sa v zmysle zmluvných podmienok uplatní ich dodávka a výmena za účelom bezporuchovej prevádzky tovaru a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii. Verejný obstarávateľ zabezpečí pravidelné denné dobíjanie batérie detektoru a garantuje jej správne používanie a dlhodobú starostlivosť v rámci záručných podmienok

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa