



Bratislava, 01.02.2021

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov

Vo verejnom obstarávaní ku Výzve č. 22 – „Antigénové testy“ zadávanej v rámci dynamického nákupného systému „Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“ vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 136/2020 zo dňa 29.06.2020 pod značkou 23030 – MUT, bola dňa 29.01.2021 doručená nasledovná otázka:

Otázka č. 1:

Vo vašich požiadavkách na predmet obstarávania podľa prílohy č. 1 uvádzate, že akceptujete výhradne testy odporúčané svetovou zdravotníckou organizáciou. Uvádzate, že na zozname sú dva a to Abbott PanBio a SD Biosenzor, zároveň požadujete, aby minimálna senzitivita bola 93%. Uvádzame, že ani jeden z uvedených dvoch testov nemá senzitivitu, ktorá spĺňa viac ako 93%. Abbot hovorí o 80-90% senzitivite, ale napr. veľký test v Nórsku preukázal len 74% a test v Dánsku menej ako 70%. Ani ostatné antigénové testy nespĺňajú požadovanú senzitivitu, ale ich senzitivita je max. 75%.

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ si je vedomý, že posúdenie senzitivity antigénových testov môže byť variabilné a závisí od hodnoty virálnej nálože, pri ktorej sa posudzuje. Verejný obstarávateľ si je vedomý aj toho, že v súčasnosti sa objavujú prakticky na týždennej báze nové a nové štúdie, z ktorých viaceré sú spoľahlivé a pochádzajú od renomovaných organizácií, ale viaceré sú vykonávané na veľmi malej vzorke a ich pôvod je nejasný. V tomto neprehľadnom a rýchlo sa meniacom stave je náročné sa orientovať.

Práve to bolo dôvodom, prečo sa verejný obstarávateľ rozhodol odvolať na medzinárodnú autoritu, konkrétne na Svetovú zdravotnícku organizáciu, ktorá disponuje adekvátnymi odbornými kapacitami. Keďže antigénové testy môžu priamo prispieť k zvýšeniu ochrany zdravia zamestnancov a klientov hlavného mesta, je na mieste riadiť sa odporúčaním svetových odborníkov pracujúcich v renomovanej svetovej agentúre.

Verejný obstarávateľ pre odstránenie akýchkoľvek pochybností vypúšťa niektoré konkrétne požiadavky a upravuje **a)** súťažné podklady, **b)** kúpnu zmluvu, ako aj **c)** opis predmetu zákazky.

Aktuálne verzie zasiela s týmto oznámením a zmeny sú v dokumentoch farebne zvýraznené. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, aby používali vyššie uvedené aktuálne verzie.

S pozdravom

V. r.

Mgr. Michal Garaj

vedúci oddelenia verejného obstarávania